

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO
DE JALISCO**
Comité Técnico de Evaluación
Proceso de invitación a cuando menos 3 proveedores
**"REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AUDIÓMETRO" No. CPASA-2016-08-
00047"**

ACTA DE DICTAMEN TÉCNICO

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:00 (doce horas) del día 15 de septiembre del 2016, y de conformidad a los artículos 52, 53, 54 y 55 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco, se reunieron en la sala de juntas de la Subdirección General Administrativa del Sistema DIF los miembros del Comité Técnico de Evaluación ubicado en la calle Alcalde con número 1220 en la colonia Miraflores, para celebrar el acto de dictamen técnico del proceso de invitación a cuando menos 3 proveedores para la adquisición y/o contratación de reparación y mantenimiento de audiómetro, con la finalidad de evaluar técnicamente las propuestas de los participantes. Para tal efecto se encuentran presentes miembros del Comité Técnico de Evaluación, por lo que existe quórum legal para llevarse a cabo esta reunión, según el artículo 54 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco; por lo que los acuerdos tendrán plena validez. Para llevar a cabo el Dictamen, se hace la siguiente relación de:

ANTECEDENTES:

Que el Organismo convocó a las compañías interesadas en participar en el proceso de invitación a cuando menos 3 proveedores citado en la parte introductoria del presente, cumpliéndose con los requisitos a que se refieren los Artículos (1, 3, 8 frac. III) de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco, del cual 3 empresas recogieron la solicitud de compra con las especificaciones requeridas siendo las siguientes:

- 1.- BLAUTON MÉXICO S.A. DE C.V.
- 2.- STRICTER DE MÉXICO S.A. DE C.V.
- 3.- ECOUTTE MEXICANA S.A. DE C.V.

Con fecha 14 de septiembre del 2016, se abrieron los sobres con las propuestas técnicas y económicas, de las empresas antes mencionadas, siendo los únicos que presentaron propuestas técnicas, mismas que se analizan en este acto por los integrantes del Comité Técnico de Evaluación que asisten a esta reunión, el cual emite el siguiente:

DICTAMEN TÉCNICO

La presente hoja forma parte integral de acta de dictamen técnico de fecha 15 de septiembre del 2016 relativa al proceso de invitación a cuando menos 3 proveedores CPASA-2016-08-00047 relativo a reparación y mantenimiento de audiómetro.

Con base en el análisis de las propuestas técnicas elaborado por el Comité Técnico de Evaluación (se adjunta cuadro comparativo), se determinó por sus miembros:





Que el participante BLAUTON MÉXICO S.A. DE C.V., De la CPASA-2016-08-00047, de las partidas 1 a la 2, cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas.

Que el participante STRICTER DE MÉXICO S.A. DE C.V., De la CPASA-2016-08-00047, de las partidas 1 a la 2, cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas.

Que el participante ECOUTTE MEXICANA S.A. DE C.V., De la CPASA-2016-08-00047, de las partidas 1 a la 2, cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas.

En tal virtud el Comité Técnico de Evaluación emite el presente dictamen para que la Dirección de Recursos Materiales realice los procesos que en su caso procedan.

Con lo anterior se da por terminado el presente dictamen técnico mismo que firman los integrantes del Comité Técnico de Evaluación que asisten a esta reunión.

| | |
|--|--|
|  <p><u>C. LIC. NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES</u> SUBDIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y REPRESENTANTE DESIGNADA DEL SISTEMA DIF JALISCO</p>  <p><u>C. LIC. ADOLFO GAMEZ ESTRADA</u> REPRESENTANTE DE LA CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO Y SERVICIOS TURÍSTICOS DE GUADALAJARA</p> |  <p><u>C. DRA. SANDRA ERMILA DAU IÑIGUEZ</u> DIRECTORA PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR</p> <p>TESTIGO</p>  <p><u>C. LIC. HÉCTOR MANUEL MONTES</u> <u>GUERRERO</u> DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES</p> |
|--|--|



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO

PROCESO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 PROVEEDORES
 No. CPASA-2016-08-00047 "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AUDIÓMETRO"

| | | | | | |
|--------------------------|--|-----------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| PROCESO | CPASA-2016-08-00047 | PROVEEDOR | BLAUTON DE MÉXICO S.A. DE C.V. | STRICTER DE MÉXICO S.A. DE C.V. | ECOUTTE MEXICANA S.A. DE C.V. |
| DEPARTAMENTO SOLICITANTE | DIRECCIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | | | | |
| FECHA | 15/09/2016 | | | | |

| PARTIDA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
|---------|----------|---|----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| 1 | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REPARACION Y CALIBRACION DE AUDIOMETRO AC40 Mantenimiento al cuerpo del equipo que consiste en: Desensamble del equipo Limpieza interna de tarjetas electrónicas Verificación de voltajes de operación Corrección de falsos contactos (en caso de existir) Calibración de acuerdo al manual del fabricante Pruebas generales de correcto funcionamiento Limpieza externa en general Diadema de vía aérea completa TDH39 Diadema de vía ósea completa B71 Cable UCA 40 para transmisión de estudios a computadora | SERVICIO | X | | X | | X | |
| 2 | 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REPARACION Y CALIBRACION DE IMPEDANCIOMETRO AZ2B 199683 Sonda, Diadema con auricular TDH39 C153233 Cable de alimentación original. EQUIPO NECESITA MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, EL EQUIPO NO ENVAIA ESTIMULO IPSI Calibración Cambio de 2 Mangueras de la bomba, 1 Soporte de Transductor y 1 Transmisor de Ipsi N. de parte 8004731 | SERVICIO | X | | X | | X | |
| | | | | | | | | | |

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten mark in blue ink]