

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL  
ESTADO DE JALISCO**

**Comité Técnico de Evaluación**

**Proceso de invitación a cuando menos 3 proveedores**

"EQUIPO DE REHABILITACION" No. CPASA-2016-08-00108

**ACTA DE DICTAMEN TÉCNICO**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:30 (catorce horas con treinta minutos) del día 12 de Septiembre del 2016, y de conformidad a los artículos 52, 53, 54 y 55 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco, se reunieron en la sala de juntas de la Subdirección General Administrativa del Sistema DIF los miembros del Comité Técnico de Evaluación ubicado en la calle Alcalde con número 1220 en la colonia Miraflores, para celebrar el acto de dictamen técnico del proceso de invitación a cuando menos 3 proveedores para la adquisición de Equipo de Rehabilitación con la finalidad de evaluar técnicamente las propuestas de los participantes. Para tal efecto se encuentran presentes (3 tres) miembros del Comité Técnico de Evaluación, por lo que existe quórum legal para llevarse a cabo esta reunión, según el artículo 54 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco; por lo que los acuerdos tendrán plena validez. Para llevar a cabo el Dictamen, se hace la siguiente relación de:

**ANTECEDENTES:**

Que el Organismo convocó a las compañías interesadas en participar en el proceso de invitación a cuando menos 3 proveedores citado en la parte introductoria del presente, cumpliéndose con los requisitos a que se refieren los Artículos (1, 3, 8 frac. III) de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco, del cual 3 empresas recogieron la solicitud de compra con las especificaciones requeridas siendo las siguientes:

- 1.-ORTOPRODUCTOS, SA DE CV
- 2.-HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE MÉXICO SA DE CV
- 3.-ZITRO MEDICAL SA DE CV

Con fecha 12 de septiembre del 2016, se abrieron propuestas técnicas y económicas, las empresas antes mencionadas, siendo los únicos que presentaron propuestas técnicas, mismas que se analizan en

La presente hoja forma parte integral de acta de dictamen técnico de fecha 12 de Septiembre del 2016 relativa al proceso de invitación a 3 proveedores CPASA-2016-08-00108, para a la adquisición de Equipo de Rehabilitación.

1  
[Handwritten signature]  
[Handwritten signature]  
[Handwritten signature]

este acto por los integrantes del Comité Técnico de Evaluación que asisten a esta reunión, el cual emite el siguiente:

### DICTAMEN TÉCNICO

Con base en el análisis de las propuestas técnicas elaborado por el Comité Técnico de Evaluación (se adjunta cuadro comparativo), se determinó por sus miembros:

Que la empresa ORTOPRODUCTOS, SA DE CV,  
Cumple en la partida 1

No cumple en las partidas:

**Partida 2,** Se solicita Bascula clínica con especificación de 350 LB x 4 Onzas y no lo menciona en su propuesta.

**Partida 3,** Se solicita Esfigmo Aneroide con válvula de liberación de aire con resorte, el medidor de presión de aire este provisto de una bolsa de plástico de vinilo y no lo menciona en su propuesta.

**Partida 4,** Se solicita linterna de bolsillo tipo pluma de uso profesional, Médico, Material: aluminio, color de la luz blanco cálido, modo de iluminación: consta de tipo de grano de la lámpara F5 (diametro: 5 mm) tapón dimensión: 1 x 13 cm. y no lo menciona en su propuesta.

**Partida 5,** Se solicita Mesa de exploración con gabinete, sin ruedas, calibre 22, ya incluye el colchón de hule espuma forrado en vinil y no lo menciona en su propuesta.

Que la empresa HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO SA DE CV., cumple en las partidas de la 1 a la 5.

Que la empresa ZITRO MEDICAL SA DE CV.,  
Cumple en las partidas 2, 4 y 5.





No cumple en las partidas:

**Partida 1,** Se solicita Estetoscopio doble campana de zinc y su propuesta no lo menciona.

**Partida 3,** Se solicita Esfigmo Aneroide de escritorio y la propuesta no menciona ser de escritorio.

En tal virtud el Comité Técnico de Evaluación emite el presente dictamen para que la Dirección de Recursos Materiales realice los procesos que en su caso procedan.

Con lo anterior se da por terminado el presente dictamen técnico mismo que firman los integrantes del Comité Técnico de Evaluación que asisten a esta reunión.

 <p><b>C. LIC. NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES</b> SUBDIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y REPRESENTANTE DESIGNADA DEL SISTEMA DIF JALISCO.</p>  <p><b>C. LIC. ADOLFO GAMEZ ESTRADA</b> REPRESENTANTE DE LA CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO Y SERVICIOS TURÍSTICOS DE GUADALAJARA.</p>	<p><b>AREA TÉCNICA</b></p>  <p><b>DRA. BEATRIZ ADRIANA GARCÍA SALAZAR</b> DIRECTORA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA.</p> <p><b>TESTIGOS</b></p>  <p><b>LIC. HÉCTOR MANUEL MONTES GUERRERO</b> DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES.</p>
--	--



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO

PROCESO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 PROVEEDORES  
CPASA-2016-08-00108, "EQUIPO MÉDICO"

PROCESO	CPASA-2016-08-00108	PROVEEDOR	HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO SA DE CV	ORTOPRODUCTOS SA DE CV	ZITRO MEDICAL SA DE CV			
DEPARTAMENTO SOLICITANTE	DIRECCION DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA							
FECHA	13-sep-16							
PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	LA ESPECIFICACION DEL PROVEEDOR NO SEÑALA: DOBLE CAMPANA DE ZINC
1	2	4413001024 - ESTETOSCOPIO DE ACERO INOXIDABLE, DOBLE CAMPANA DE ZINC, DISEÑO DE DOS TUBOS EN UNO. OLIVAS BLANDAS. INCLUYE UN JUEGO ADICIONAL DE OLIVAS Y DIAFRAGMA DE REFACCION. COLOR NEGRO.		X		X		
2	2	4413001021 - BASCULA CLINICA, CON ESTADIMETRO BAME PARA ADULTOS DE 160 KGS. LECTURA DE UNIDADES EN KILOS Y LIBRAS. ESCALAS GRADUADAS CON RANGO DE 160 KG. X 10 GRS. Y 350 LB. X 4 ONZAS. ESTRUCTURA EN LÁMINA DE ACERO ACABADO EN ESMALTE HORNEADO. ESTADIMETRO FORMADO POR DOS SECCIONES EN LÁMINA DE ACERO CON RANGO DE GRADUACIÓN DE 75 A 192 CMS. Y DE 2 A 6 PIES (3 1/2'). ACABADO EN ESMALTE, MECANISMO TRATADO CON BAÑO ELECTRÓNICO ZINCADO EN TODAS SUS PARTES. CUCHILLAS Y COJINETES DE ACERO CEMENTADO. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 54 CMS. X 43.5 CMS. DE ANCHO X 1.50 DE ALTO. PESO DE EMPAQUE 18 KGS.		X				LA ESPECIFICACION DEL PROVEEDOR NO SEÑALA LAS DENOMINACIONES: 350 LB. X 4 ONZAS
3	2	4413001811 - ESFIGMO ANEROIDE DE ESCRITORIO, PORTÁTIL, CON TRES BRAZALLETES. Reloj de 0 a 300 mg/Hg Y UNA VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE AIRE CON RESORTE. EL MEDIDOR DE PRESIÓN DE AIRE ESTA PROVISTO DE UNA BOLSA DE PLÁSTICO DE VINILO. Brazalete de Nailon Resistente a líquidos reactivos para desinfección.		X			X	LA ESPECIFICACION DEL PROVEEDOR NO SEÑALA: MEDIDOR DE PRESIÓN DE AIRE ESTA PROVISTO DE UNA BOLSA DE PLÁSTICO DE VINILO.
4	2	4413001812 - LINTERNAS DE BOLSILLO TIPO PLUMA, USO PROFESIONAL, MÉDICO, LUZ DE LED. Material: aluminio. Color de la luz: blanco cálido. modo de iluminación: constante de tipo de grano de la lámpara: F5 (diámetro: 5 mm) Tapón Dimension: 1 * 13CM (no incluidas)		X			X	LA ESPECIFICACION DEL PROVEEDOR NO SEÑALA: USO PROFESIONAL. MÉDICO, Material: aluminio, Color de la luz: blanco cálido, modo de iluminación: constante de tipo de grano de la lámpara: F5 (diámetro: 5 mm) Tapón Dimension: 1 * 13CM
5	2	4413000816 - MESA DE EXPLORACIÓN PEDIÁTRICA CON GABINETE, ALTURA DE 1.88 CMS X 50 CMS DE ANCHO X 1.12 DE PROFUNDIDAD, SIN RUEDAS, FABRICADA EN ESTRUCTURA DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22 EN ACABADO ESMALTADO HORNEADO, CON ESTADIMETRO, CAJÓN Y PORTA BASCULA (NO INCLUYE BASCULA), YA INCLUYE EL COLCHÓN DE HULE ESPUMA FORRADO EN VINIL.		X			X	LA ESPECIFICACION DEL PROVEEDOR NO SEÑALA: CON GABINETE, SIN RUEDAS, CALIBRE 22, YA INCLUYE EL COLCHÓN DE HULE ESPUMA FORRADO EN VINIL.

*Beatz Olayo*

*Wendy*

*Jim*

*[Signature]*

*[Signature]*