

**ACTA DE RESOLUCION DE ADJUDICACION
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LA 914012998-E6-2016
“EQUIPO DIVERSO DE REHABILITACIÓN”
(PRESENCIAL)**


En la ciudad de Guadalajara, Jal. a los 22 veintidós días del mes de Septiembre del año 2016, siendo las 12:30 horas, en la Sala de Juntas Madre Teresa de Calcuta, en el DOMICILIO, se reunieron los Servidores Públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, a efecto de emitir el acto de Resolución de Adjudicación de la CONVOCATORIA correspondiente de la **Licitación Pública Nacional LA 914132999-E6-2016 EQUIPO DIVERSO DE REHABILITACIÓN**, de conformidad con el **artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 36, 36 bis y 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público** (en adelante, La Ley), así como el **punto 30** de las bases, se procedió a realizar el análisis del cuadro comparativo de las propuestas técnicas y económicas presentadas por los participantes, y para este efecto se hace la siguiente relación de:-----

-----ANTECEDENTES-----

El Sistema para El Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, Convoco a las empresas interesadas en participar en la licitación que se ha hecho alusión en el proemio de la presente acta, cumpliendo con los requisitos establecidos en los artículos **35 fracción III y 36**, de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector publico; Proceso al cual comparecieron las empresas:-----

No.	EMPRESA
1.	GRUPO INDUSTRIAL JOME, SA DE CV
2.	TECNO LOGICA MEXICANA, SA DE CV
3.	VITAMEX DE OCCIDENTE, SA DE CV
4.	OSCAR VARGAS ANDRADE
5.	COMERCIALIZADORA LA CASA DE MARIANNA, SA DE CV
6.	BRUCE MEDICA INTERNACIONAL, SA DE CV
7.	HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO, SA DE CV
8.	FISIO LAB, SA DE CV
9.	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO, SA DE CV
10.	BTL LABORATORIOS DE TECNOLOGIA, SA DE CV

En cumplimiento con el **Artículo 37 fracción I, II y IV de la Ley**, se hace mención a continuación de los licitantes cuyas proposiciones se desecharon, las razones legales, técnicas o económicas que sustentan tal determinación, así como los licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes.-



SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO
COMITÉ INTERNO DE ADQUISICIONES,
JALISCO ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO

GRUPO INDUSTRIAL JOME SA DE CV

Cumple en la partida.- 3, 14, 16, 23, 25.

No cumple en las partidas: **21**, SE SOLICITA COLCHÓN Y LA IMAGEN DE SU CATALOGO NO COINCIDE CON LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA.

No propone las partidas: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26.

Queda descalificado en la(s) partidas que incumple con fundamento en el punto 36 inciso c), de las bases que rigen el presente proceso.

TECNO LOGICA MEXICANA SA DE CV

Cumple en la partida.- 1, 2, 26.

No propone las partidas: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.

VITAMEX DE OCCIDENTE SA DE CV

Cumple en la partida.- 1, 2, 26.

No propone las partidas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.

OSCAR VARGAS ANDRADE

Cumple en la partida.- 9, 10, 12, 16, 24, 25.

No cumple en las partidas: **14**, SE SOLICITA MESA DE EXPLORACION QUE EL COLCHÓN VENGA ADHERIDO A LA MESA EN SU CATALOGO ESTA INDEPENDIENTE EL COLCHON A LA MESA.

15, SE SOLICITA ESCALERILLA DE DEDOS Y NO COINCIDE SU DESCRIPCIÓN TÉCNICA CON LA IMAGEN EN SU CATALOGO, SE SOLICITAN 36 ESCALONES Y LA IMAGEN SOLO TIENE 24.

No propone las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26.

Queda descalificado en la(s) partidas que incumple con fundamento en el punto 36 inciso c), de las bases que rigen el presente proceso.

COMERCIALIZADORA LA CASA DE MARIANNA SA DE CV

No cumple en las partidas: 10, 15, 19, 20, 21, 22, SE SOLICITA CONFORME AL PUNTO 28 NUMERAL 9.1 DE LAS BASES, CATALOGOS ORIGINALES Y NO LO PRESENTA DENTRO DE SU PROPUESTA.

No propone las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26.

Queda descalificado en la(s) partidas que incumple con fundamento en el punto 36 inciso c), de las bases que rigen el presente proceso.

BRUCE MEDICA INTERNACIONAL SA DE CV

Cumple en la partida.- 11.

No cumple en las partidas: **4**, SE SOLICITA COMPRESERO, SU CATALOGO VIENE EN INGLÉS POR LO QUE NO SE CONFIRMAN QUE SEAN LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS.

7, SE SOLICITA PARAFINERO CON TANQUE INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE Y SU PROPUESTA ES CON RECIPIENTE DE ALUMINIO.

14. SE SOLICITA MESA DE EXPLORACION QUE EL COLCHON VENGA ADHERIDO A LA MESA Y NO LO ESPECIFICA EN SU CATALOGO.

26. SE SOLICITA TINA DE REMOLINO Y EN LAS RESPUESTAS DE LA JUNTA ACLARATORIA EL RANGO MÁXIMO DE LITRO PARA LA TINA ES DE 385 A 390 LITRO Y EL PROVEEDOR PROPONE 397.5 LITROS.

No propone las partidas 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.
Queda descalificado en la(s) partidas que incumple con fundamento en el punto 36 inciso c), de las bases que rigen el presente proceso.

HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO SA DE CV

Cumple en la partida.- 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,

No cumple en las partidas: **1.** SE SOLICITA ELECTROESTIMULADOR CON CORRIENTE ALTERNA Y DIRECTA, PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO, CON OPCIÓN DE ALMACENAR TRATAMIENTOS, TRATAMIENTO, SE CORRIENTE MODULADORA SINUSOIDAL DE 5 A 200 HZ Y CUADRIPOLOAR SINUSOIDAL DE 2000 A 5000HZ Y MODULADORA DE 5 A 200HZ, CORRIENTE FARADICA, IMPULSOS UNIDIRECCIONALES Y POSIBILIDAD DE PONER EN SECUENCIA PROTOCOLOS, MENU EN ESPAÑOL, ARCHIVO DE PACIENTES QUE PERMITA MEMORIZA DATOS DEL PACIENTE (PATOLOGIA, TRATAMIENTO) Y EL CATALOGO DEL EQUIPO QUE PROPONE NO LO TIENE.

2. SE SOLICITA ULTRASONIDO CON CABEZAL DE 5 CM, TEMPORIZADOR VARIAS OPCIONES DE CABEZAL, OSIBILIDAD DE PONER EN SECUENCIA PROTOCOLOS, MEMORIA INTERNA PARA SALVAR PROGRAMAS DEFINIDOS POR EL USUARIO, MENU EN ESPAÑOL Y NO LO ESPECIFICA SU CATALOGO, SE SOLICITA EN LA EMISIÓN CONTINUA CON POTENCIA MÁXIMA DE 3W/CM2 Y PROPONE DE 2.5W/CM2.

4. SE SOLICITA COMPRESERO CON TERMOSTATO PARA REGULAR LA TEMPERATURA DE ALTA PRECISIÓN DE +-5%,Y NO LO ESPECIFICA EN EL CATALOGO.

5. SE SOLICITA BICICLETA FIJA CON ASIENTO FABRICADO CON MALLA VENTILADA Y PROPONE DE TELA; SE SOLICITA CON VENTILADOR DE 3 VELOCIDADES, CON RUEDAS DELANTERAS PARA TRANSPORTAR, SISTEMA DE FRENADO MAGNÉTICO Y NO LO ESPECIFICA EN SU CATALOGO.

14. SE SOLICITA MESA DE EXPLORACIÓN QUE EL COLCHÓN VENGA ADHERIDO A LA MESA EN SU CATALOGO ESTA INDEPENDIENTE EL COLCHON A LA MESA.

18. SE SOLICITAN BARRAS PARALELAS QUE VENGA SIN UNIONES AL PISO ENTRE LOS SOPORTES DE LAS BARRAS PARA EVITAR OBSTACULOS EN LOS PACIENTES Y SU PROPUESTA ES CON BASES METALICAS DE SOLERA COLD ROLL.

26, SE SOLICITA TINA DE REMOLINA Y LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA NO CONCUERDA CON LA IMAGEN DEL CATALOGO YA QUE NO CUENTA CON LOS FRENSOS REQUERIDOS.

Queda descalificado en la(s) partidas que incumple con fundamento en el punto 36 inciso c), de las bases que rigen el presente proceso.

FISIOLAB SA DE CV

Cumple en la partida.- 6, 7, 8, 11, 12, 15, 18.

No cumple en las partidas: **1,** SE SOLICITA ELECTROESTIMULADOR CON CORRIENTE DIRECTA Y ALTERNA, PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO, DURACIÓN DE LA FASE EN EL PULSO DE 100 MICROSEGUNDOS +-10% Y FRECUENCIA DE TRATAMIENTO DE 2 A 200 HZ, TIPO DE CORRIENTE MODULADORA SINUSOIDAL DE 5 A 200HZ EVALUACIÓN DEL NIVEL DEL DOLOR AL PRINCIPIO Y AL FINAL DEL TRATAMIENTO, BANDAS DE SUJECIÓN CON VELCRO Y SU CATALOGO NO LO ESPECIFICA.
2, SE SOLICITA ULTRASONIDO CON EMISIÓN CONTINUA CON POTENCIA MÁXIMA DE 3W/CM² Y PROPONE DE 2W/CM²; SE SOLICITA INDICADOR VISUAL Y SONORA POR LA FALTA DE CONTACTO Y NO LO ESPECIFICA.
4, SE SOLICITA COMPRESERO CON TERMOSTATO PARA REGULAR LA TEMPERATURA DE ALTA PRECISIÓN DE +-5% Y NO LO ESPECIFICA.
5, SE SOLICITA BICICLETA FIJA CON RETROALIMENTACIÓN QUE INDIQUE LAS CALORIAS POR HORA, RESISTENCIA, WATS, METS, RITMO CARDIACO, RITMO CARDIACO META, TIEMPO EN LA ZONA DEL RITMO CARDIACO Y NO LO ESPECIFICA EN EL CATALOGO.
9, SE SOLICITA BARRA SUECA DE SOPORTE PARA EMPOTRAR A LA PARED Y EN EL CATALOGO NO LO REFIERE.
10, SE SOLICITAN RAMPAS Y ESCALERAS CON LA RAMPA CON UNA INCLINACIÓN DEL 6% PERO DA UNA LONGITUD DE 2 MT Y NO SE CUBRE LA INCLINACIÓN SOLICITADA.
13, SE SOLICITA PLANTOSCOPIO EN EL CATALOGO NO SE APRECIA LA VARILLA QUE PERMITE HACER MOVIMIENTOS HACIA ATRÁS Y AL FRENTE, ADEMÁS QUE NO LO REFIERE EN SUS ESPECIFICACIONES.
14, SE SOLICITA MESA DE EXPLORACION QUE EL COLCHON VENGA ADHERIDO A LA MESA EN COLOR NEGRO Y NO LO ESPECIFICA.
16, SE SOLICITA BANCOS DE 2 PELDAÑOS QUE LA PATAS CUENTEN CON REGATONES ANTIDERRAPANTES Y PROPONE TACONES ANTIDERRAPANTES
17, SE SOLICITA TIMON SISTEMA DE CONTROL DE TENSIÓN POR BALATA CON PERILLA PARA AJUSTAR TENSIÓN Y NO LO ESPECIFICA EN SU CATALOGO.



SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO
COMITÉ INTERNO DE ADQUISICIONES,
JALISCO ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO

19. SE SOLICITA KIT DE 3 CILINDROS RELLENO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD Y NO LO ESPECIFICA Y SE REQUIERE EN COLORES LLAMATIVOS Y SOLO PROPONE UN COLOR A ELEGIR.

20. SE SOLICITA KIT DE 3 CUÑAS CON RELLENO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD Y NO LO ESPECIFICA Y SE REQUIERE EN COLORES LLAMATIVOS Y SOLO PROPONE UN COLOR A ELEGIR.

21. SE SOLICITA COLCHON EN COLOR NEGRO O AZUL MARINO Y NO LO ESPECIFICA, ADEMAS DE RELLENO DE AGLUTINADO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD Y NO LO ESPECIFICA EN EL CATALOGO.

24. SE SOLICITA ESPEJO DE MEDIDAS DE 1.85MTS DE ALTO X 61 DE ANCHO Y PROPONE DE 185CM ALTO X 70CM DE LARGO Y 60 DE ANCHO.

26. SE SOLICITA TINA DE REMOLINO QUE EL DESAGÜE DE LA TINA SE POR GRAVEDAD CONTROLADA A TRAVÉS DE UNA LLAVE DE PASO, CON INTERRUPTOR Y CONTACTO GFI O GFCI Y NO LO ESPECIFICA EL CATALOGO.

No propone las partidas: 3, 22, 23, 25.

Queda descalificado en la(s) partidas que incumple con fundamento en el punto 36 inciso c), de las bases que rigen el presente proceso.

EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV

Cumple en la partida.- 4, 5, 7, 8, 9, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24.

No cumple en las partidas: **1.** SE SOLICITA ELECTROESTIMULADOR CON CORRIENTE DIRECTA Y ALTERNA, PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO, DURACIÓN DE LA FASE EN EL PULSO DE 100 MICROSEGUNDOS +-10% Y SE PIDEN TIPOS DE CORRIENTE ESPECÍFICAS, EVALUACIÓN DEL NIVEL DEL DOLOR AL PRINCIPIO Y AL FINAL DEL TRATAMIENTO Y SU CATALOGO NO LO ESPECIFICA.

2. SE SOLICITA ULTRASONIDO CON EMISIÓN CONTINUA Y PULSTIL CON CABEZAL DE 5CM Y EL CATALOGO NO LO ESPECIFICA Y LAS MEDIDAS SON 1,2 Y 10CM

10. SE SOLICITA RAMPA Y ESCALERA CON UN DESCANSO DE 90X90CMS Y UNA INCLINACIÓN DE LA RAMPA DE 6% Y EN SU CATALOGO NO CUMPLE CON LO SOLICITADO.

17. SE SOLICITA TIMÓN CON SISTEMA DE CONTROL DE TENSIÓN POR BALATA Y NO LO ESPECÍFICA.

20. SE SOLICITA KIT DE 3 CUÑAS DE 40X40X25, 60X40X15 Y 60X60X20 Y LAS MEDIDAS QUE PROPONE SON 20X60X60, 25X60X60 Y 30X60X80.

No propone las partidas: 3, 6, 11, 12, 13, 14, 23, 25, 26.

Queda descalificado en la(s) partidas que incumple con fundamento en el punto 36 inciso c), de las bases que rigen el presente proceso.



SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

COMITÉ INTERNO DE ADQUISICIONES,
JALISCO ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO

BTL LABORATORIOS DE TECNOLOGIA SA DE CV

Cumple en la partida.- 6, 9, 15, 18, 19, 20, 24.

No cumple en las partidas: 1, SE SOLICITA ELECTROESTIMULADOR CON CORRIENTE DIRECTA Y ALTEÑA, PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO, OPCIÓN PARA ALMACENAR TRATAMIENTO, SE CORRIENTE MODULADORA SINUSOIDAL DE 5 A 200 HZ, SOLICITA LA SELECCIÓN DE PARÁMETROS DE 1 A 60MIN Y PROPONE DE 0 A 30MIN.

2, SE SOLICITA ULTRASONIDO CON EMISIÓN CONTINUA CON POTENCIA MAXIMA DE 3W/CM2 Y PROPONE DE 2W/CM2; CON PROGRAMA LIBRE PARA DEFINICION DE PARAMETROS DEL USUARIO, CON AMPLIA PANTALLA GRÁFICA, SE SOLICITA INDICADOR VISUAL Y COMO DETENCIÓN DEL TAIMER POR FALTA DE CONTACTO, TEMPORIZADOR VARIAS OPCIONES DE CABEZAL Y NO LO ESPECIFICA, SE SOLICITA LA SELECCIÓN DE PARÁMETROS DE 1 A 60MIN Y PORPONE DE 0 A 30MIN.

4, SE SOLICITA COMPRESERO CON TERMOSTATO PARA REGULAR LA TEMPERATURA DE ALTA PRECISIÓN DE +-5%, SE REQUIEREN DE LAS 4 LLANTAS 2 CON FRENO Y NO LO ESPECIFICA

7, SE SOLICITA PARAFINERO CON CAPACIDAD PARA 6LIB Y PROPONE PARA 4 LIBRAS.

8, SE SOLICITA MESA DE KANAVEL CON PESAS GRADUADAS Y EL PROVEEDOR LO PONE COMO OPCIONAL.

10, SE SOLICITA RAMPA Y ESCALERA CON 4 ESCALONES Y PROPONE 5, ADEMÁS EN LA INCLINACIÓN SE SOLICITA DE 6% Y CON LA ALTURA DE LOS ESCALONES Y LO LARGO DE LA RAMPA NO CUMPLE CON LA INCLINACIÓN SOLICITADA.

11, SE SOLICITA RAYOS INFRARROJOS CON 4 ESCALONES Y PROPONE 5, ADEMÁS EN LA INCLINACIÓN SE SOLICITA DE 6% Y CON LA ALTURA DE LOS ESCALONES Y LO LARGO DE LA RAMPA NO CUMPLE CON LA INCLINACIÓN SOLICITADA.

14, SE SOLICITA MESA DE EXPLORACION CON VINIL ANTIBACTERIAL Y NO LO ESPECIFICA.

16, SE SOLICITA BANCO DE 2 PELDAÑOS Y NO COINCIDE LA IMAGEN DEL CATALOGO CON LA DESCRIPCIÓN YA QUE SE SOLICITA TUBULAR REDONDO Y LA IMAGEN ES TUBULAR CUADRADA.

17, SE SOLICITA TIMÓN CON RUEDA FABRICADA CON TUBO DE ACERO CALIBRE 18, SISTEMA DE CONTROL DE TENSIÓN POR BALATA Y EN LAS ESPECIFICACIONES DEL CATALOGO NO LO ESPECIFICA.

21, SE SOLICITA COLCHÓN DE 2 MX2M X 10 CM EN COLOR NEGRO O AZUL MARINO Y EN EL CATALOGO DICE 200X200X100 CMS EN COLOR AZUL SIN ESPECIFICAR TONO LA IMAGEN ES AZUL REY.

26. SE SOLICITA TINA DE REMOLINO CON SOLDADURA DE ARCO DE PUNTO CONTINUO A PRUEBA DE FUGAS SIN COSTURAS EN LAS UNIONES Y NO LO ESPECIFICA, ADEMÁS CON 4 RUEDAS MULTIDIRECCIONALES CON FRENO Y EN EL CATALOGO SOLO 2 VIENEN CON FRENO, LA TURBINA NO DEBE VACEARCE A CERO, EL DESAGÜE DE LA TINA ES POR GRAVEDAD Y NO LO ESPECIFICA EN SU CATALOGO.

No propone las partidas: 3, 5, 12, 13, 22, 23, 25.

Queda descalificado en la(s) partidas que incumple con fundamento en el punto 36 inciso c), de las bases que rigen el presente proceso.

Por lo anterior y una vez analizadas y revisadas las características de las propuestas económicas por las áreas responsables por parte de la CONVOCANTE y en base al cuadro comparativo de las ofertas económicas presentadas, las cuales se consideran parte integral del expediente para los efectos legales correspondientes, este Comité determina que se le adjudique a la empresa **GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V.** las partidas 3, 14, 23 y 25, a la empresa **TECNO LOGICA MEXICANA, S.A. DE C.V.** las partidas No. 1, 2 y 26, a la empresa **OSCAR VARGAS ANDRADE** las partidas No. 9, 10, 12 y 24, a la empresa **HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.** las partidas 6, 8, 11, 13, 16, 17, 20, 21 Y 22, a la empresa **FISIO LAB SA DE CV** las partidas No. 15 y 18, a la empresa **EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.** las partidas 4, 5 y 7, y a la empresa **BTL LABORATORIOS DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.** la partida No. 19, con los importes especificados en los siguientes cuadros, en virtud de que sus ofertas son solventes y convenientes para el organismo. A los PARTICIPANTES que no se les adjudico alguna(s) partida cotizada, es en razón de que sus precios fueron superiores al de los adjudicados.

En consecuencia se informa que los bienes a adquirir son los siguientes:

AL PROVEEDOR GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V.-

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	24	4413000604 - MESA PASTEUR. Mesas pasteur con barandal de alambón de acero inoxidable de sección circular con 9.5 mm (3/8") de diámetro.	\$ 1,839.00	\$ 44,136.00
14	30	4413000615 - MESA DE EXPLORACION. Mesas de exploración para tratamiento de madera de pino de primera calidad barnizada color natural. ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGÚN ANEXO 1 DE LAS BASES QUE RIGEN LA PRESENTE LICITACIÓN.	\$ 4,568.00	\$ 137,040.00
23	6	4413000624 - MESA INFANTIL. Mesas con 4 sillas infantiles tipo kinder, silla jardín de niño en triplay, enchapado con formica de 9 mm. ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGÚN ANEXO 1 DE LAS BASES QUE RIGEN LA PRESENTE LICITACIÓN.	\$ 3,234.00	\$ 19,404.00
25	60	4413000626 - SILLA. Silla fija para pacientes color negro tubular, con estructura elíptica de perfil elíptico tubular de acero con dimensiones de 30 x 15mm. Calibre 16. ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGÚN ANEXO 1 DE LAS BASES QUE RIGEN LA PRESENTE LICITACIÓN.	\$ 438.00	\$ 26,280.00
SUBTOTAL				\$ 226,860.00
IVA				\$ 36,297.60
TOTAL NETO				\$ 263,157.60

DOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.

AL PROVEEDOR TECNO LOGICA MEXICANA, S.A. DE C.V.-

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	12	4413000402 - ELECTROESTIMULADOR. Electroestimulador con diferentes formas tipos de corrientes. ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGÚN ANEXO 1 DE LAS BASES QUE RIGEN LA PRESENTE LICITACIÓN.	\$ 59,000.00	\$ 708,000.00
2	12	4413000403 - ULTRASONIDO. Ultrasonido terapéutico emisión continuo y pulsátil con cabezal de 5 cm. De uso terapéutico son frecuencias de emisión de 1 y 3 MHz emisión continua con potencia máxima de 3w/cm2. ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGÚN ANEXO 1 DE LAS BASES QUE RIGEN LA PRESENTE LICITACIÓN.	\$ 55,500.00	\$ 666,000.00
26	6	4413000427 - TINA REMOLINO. Tina de remolino de cuerpo completo en acero inoxidable de aproximadamente 385 litros, medidas aproximadas: 75 cm de altura x 160 cm de largo y ancho de 61.5 cm. ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGÚN ANEXO 1 DE LAS BASES QUE RIGEN LA PRESENTE LICITACIÓN.	\$ 54,000.00	\$ 324,000.00
			SUBTOTAL	\$ 1,698,000.00
			IVA	\$ 271,680.00
			TOTAL NETO	\$ 1,969,680.00

UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

AL PROVEEDOR OSCAR VARGAS ANDRADE.-

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
9	6	4413000610 - BARRA SUECA. Barra sueca alto 240 cm. Y ancho 90 cm. Fabricada en madera de pino de 1" con 13 barras redondas y una de soporte para empotrar a la pared.	\$ 2,398.00	\$ 14,388.00
10	6	4413000611 - RAMPA Y ESCALERA. Módulo de rampa y escalera en escuadra. ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGÚN ANEXO 1 DE LAS BASES QUE RIGEN LA PRESENTE LICITACIÓN.	\$ 6,945.00	\$ 41,670.00
12	6	4413000613 - NEGASTOSCOPIO. Negatoscopios de 1 plaza, con estructura metálica, con lámpara y botón de encendido y apagado.	\$ 795.00	\$ 4,770.00
24	6	4413000625 - ESPEJO. Espejo postural con rodajas. Espejo para adulto de una sección con 2 bases para el piso y 4 ruedas, el marco de madera de pino de primera calidad barnizada color natural, luna plata de 4mm de grosor. Dimensiones de 1.85mts de alto x 61 cms de ancho.	\$ 2,887.00	\$ 17,322.00
			SUBTOTAL	\$ 78,150.00
			IVA	\$ 12,504.00
			TOTAL NETO	\$ 90,654.00

NOVENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

AL PROVEEDOR HEALTH GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO SA DE CV.-

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	6	4413000607 - POLEAS. Poleas dobles fijas de pared, fabricada en acero y terminación epoxy. Color cromo y madera barnizada al natural. Cuenta con jaladoras acolinadas. Cuenta con discos de: dobles: 4 ½ kg. 8 de 1 kg. ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGÚN ANEXO 1 DE LAS BASES QUE RIGEN LA PRESENTE LICITACIÓN.	\$ 4,807.54	\$ 28,845.24
8	6	4413000609 - MESA DE KANAVEL. Mesa de kanavel con pesas graduadas. ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGÚN ANEXO 1 DE LAS BASES QUE RIGEN LA PRESENTE LICITACIÓN.	\$ 5,967.23	\$ 35,803.38
11	6	4413000612 - RAYOS INFRARROJOS. Lámpara de chicote para rayos infrarrojos con timer. ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGÚN ANEXO 1 DE LAS BASES QUE RIGEN LA PRESENTE LICITACIÓN.	\$ 3,228.67	\$ 19,372.02
13	6	4413000614 - PLANTOSCOPIOS. Plantoscopios metálico con cristal grueso de 9mm de espesor, estructura tubular cuadrada calibre 18, acabado en pintura horneada. ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGÚN ANEXO 1 DE LAS BASES QUE RIGEN LA PRESENTE LICITACIÓN.	\$ 2,072.32	\$ 12,433.92
16	30	4413000617 - BANCO DE 2 PELDAÑOS. Banco de 2 peldaños fabricado en tubular de acero cromo de 3/4 de diámetro, escalones antiderapantes, medidas aproximadas de 30 cmsx20cm y altura tota de 37cms, las patas con regatones antiderapantes.	\$ 525.60	\$ 15,768.00
17	6	4413000618 - TIMON. Ovalo para ejercicio de hombro con mecanismo de frenado, soporte de pared, oro de acero cromado de 96 cm. ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGÚN ANEXO 1 DE LAS BASES QUE RIGEN LA PRESENTE LICITACIÓN.	\$ 2,499.00	\$ 14,994.00
20	6	4413000621 - KIT DE 3 CUÑAS. Kit de 3 cuñas medidas 40 x 40 x 25 cm, 60 x 40 x 15 cm, y 60 x 60 x 20 cm. Relleno de espuma de poliuretano de alta densidad y cubierta de vinil colores llamativos (azul rey, rojo, amarillo, verde o combinados)	\$ 960.51	\$ 5,763.06
21	6	4413000622 - COLCHON. Colchón terapéutico color azul marino o negro, medidas 2mts x 2mts x 10cms (ancho x largo x espesor) relleno de aglutinado de espuma de poliuretano de alta densidad	\$ 2,904.24	\$ 17,425.44
22	6	4413000623 - KIT DE 4 PELOTAS. Kit de 4 pelotas terapéuticas de diferentes colores llamativos (azul rey, rojo, amarillo, verde) de medidas 45" 55" 65" y 75"	\$ 1,450.00	\$ 8,700.00
			SUBTOTAL	\$ 159,105.06
			IVA	\$ 25,456.81
			TOTAL NETO	\$ 184,561.87

CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 87/100 M.N.



SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

COMITÉ INTERNO DE ADQUISICIONES, JALISCO ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO

AL PROVEEDOR FISIOLAB SA DE CV.-

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15	6	4413000616 - ESCALERILLA DE DEDOS. Escalerilla de dedos de madera de alta calidad barniz color natural, con 36 escalones, de 1 metro de largo y aproximadamente de 10 cms. a 15 cms. de ancho.	\$ 535.95	\$ 3,215.70
18	6	4413000619 - BARRAS PARALELAS Barras paralelas de pino en acero cromado p/adulto y niño, con longitud de 3mts. Sin uniones al piso entre los soportes de las barras para evitar obstáculos en los pacientes.	\$ 6,682.16	\$ 40,092.96
SUBTOTAL				\$ 43,308.66
IVA				\$ 6,929.39
TOTAL NETO				\$ 50,238.05

CINCUENTA MIL DOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 05/100 M.N.

AL PROVEEDOR EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV.-

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	6	4413000605 - COMPRESERO. Para calentar compresas químicas con capacidad para 12 compresas incluidas en el equipo (6 compresas lumbares y 6 compresas cervicales). ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGÚN ANEXO 1 DE LAS BASES QUE RIGEN LA PRESENTE LICITACIÓN.	\$ 24,705.00	\$ 148,230.00
5	6	4413000606 - BICICLETA. Bicicleta recumbente que proporcione comodidad y fácil accesibilidad al usuario. ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGÚN ANEXO 1 DE LAS BASES QUE RIGEN LA PRESENTE LICITACIÓN.	\$ 49,240.28	\$ 295,441.68
7	6	4413000608 - PARAFINERO. Parafinero con capacidad de 6 lbs. ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGÚN ANEXO 1 DE LAS BASES QUE RIGEN LA PRESENTE LICITACIÓN.	\$ 4,957.49	\$ 29,744.94
SUBTOTAL				\$ 473,416.62
IVA				\$ 75,746.66
TOTAL NETO				\$ 549,163.28

QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 28/100 M.N.

AL PROVEEDOR BTL LABORATORIOS DE TECNOLOGIA SA DE CV.-

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
19	6	4413000620 - KIT DE 3 CILINDROS. Cilindro hule espuma de 10cm x 60 cm , 50cm X 70cm y 30cm X 90cm relleno de espuma de poliuretano de alta densidad y cubierta de vinil colores llamativos (azul, rojo, amarillo, verde o combinados)	\$ 2,850.00	\$ 17,100.00
SUBTOTAL				\$ 17,100.00
IVA				\$ 2,736.00
TOTAL NETO				\$ 19,836.00




DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

De conformidad a lo señalado en el artículo 37 fracción V, 46 y 48 de la ley, esta acta surte efectos de notificación para las empresas adjudicadas, haciendo exigibles a partir de este momento los derechos y obligaciones, por ello se comprometen y se obligan a firmar los contratos respectivos y sus anexos, dentro de los quince días naturales siguientes a la resolución de adjudicación, presentando en el área jurídica de este organismo la garantía correspondiente.-----

En caso de incumplimiento en la entrega de los bienes, se harán acreedores a cubrir la pena convencional señalada en las Bases, lo anterior con fundamento en el artículo 53 de la Ley.-----

Para efectos de notificación y en terminos de los articulos 37 bis de la ley, a partir de esta fecha se pone a disposicion de los licitantes, una copia de el acta y de la evaluacion técnica y económica y se fija un ejemplar en: Av. Alcalde 1220, col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco, primer piso, en el Departamento de Compras. Este procedimiento sustituye a la notificación personal, la información también estará disponible en la Dirección Electrónica www.compranet.gob.mx-----

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuacion firman el presente documento las personas que intervinieron en este acto de adjudicacion, siendo las 13:00 hrs, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.-----

COMITE DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES
LIC. NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES**PRESIDENTA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
SECTOR PÚBLICO**
LIC. HECTOR MANUEL MONTES GUERRERO**VOCAL DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
SECTOR PÚBLICO**
MTRO. DANIEL ALEJANDRO PINZON ESTEVES**VOCAL DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
SECTOR PÚBLICO**
LIC. RICARDO MAGDALENO SANCHEZ**VOCAL DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR
PÚBLICO.**
DRA. SANDRA ERMILA DAU IÑIGUEZ**VOCAL DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
SECTOR PÚBLICO**



LIC. SERGIO IVAN MC CORMICK SALAS

DIRECTOR DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS DE INFORMACION DEL SISTEMA DIF
JALISCO Y SECRETARIO TECNICO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO



MTRO. MANUEL MANZO PARTIDA

ASESOR DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
SECTOR PUBLICO

