



COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:30 dieciséis horas treinta minutos del día 19 diecinueve del mes de diciembre del año 2016 dos mil dieciséis, se procedió a realizar la junta aclaratoria del concurso C119/2016 "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DIVERSO DE REHABILITACIÓN PARA EL DIF JALISCO", ante la presencia de Adriana Jiménez Navarro, Coordinadora de Compras de la Dirección de la Comisión de Adquisiciones de la Subsecretaría de Administración y la Dra. Sandra E. Dau Íñiguez, Directora para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

A este acto no se registro ningún participante.

Precisión aclaratoria:

En las partidas 10 y 18 serán recibidas en el almacén de DIF Estatal haciendo el armado de un módulo de rampa con escalera y una barra paralela para visto bueno del área solicitante para que se pueda recibir en su totalidad. Una vez validado se desarmará nuevamente. La partida 24 se validará el perfecto estado.

Se procedió a dar lectura a las preguntas formuladas por los participantes y las respuestas proporcionadas por el DIF Jalisco.

Las preguntas recibidas el día 16 de diciembre del año 2016 de conformidad al numeral 7 de las bases correspondientes al proceso antes mencionado; recibiendo así las siguientes preguntas:

EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

1 ¿ Punto 9: Presentación y Apertura de Propuestas.

Dice:

Este acto se llevará a cabo a las 13:00 horas del día 22 de diciembre año 2016, en la sala de juntas de la Comisión, con domicilio en Prolongación Avenida Alcalde No. 1221, colonia Miraflores, en esta ciudad, con entrada opcional por la puerta posterior del edificio, ubicada en Magisterio s/n. Horario de registro de 16:20 hrs. a 16:50 hrs.

Solicitamos amablemente a la convocante aclare el horario del acto, ya que el registro está establecido de 16:20 a 16:50, posterior a las 13:00 hrs en que está programado el acto.

R. El horario de registro es de 12:30 a 13:00 hrs.

1. Anexo 1, Partida 4: Compresero.

Entendemos que el equipo solicitado deberá contar con al menos las siguientes características y especificaciones:

Características:

- Fabricado en acero inoxidable y controlado termostáticamente para garantizar la temperatura terapéutica ideal de las compresas.
- Aislamiento con fibra de vidrio para evitar la pérdida de calor.
- Diseño en acero inoxidable.
- Fácil llenado con agua. No necesita tuberías.



Secretaría de Planeación
Administración y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



Contraloría del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



CÁMARA NACIONAL
DE COMERCIO DE
GUADALAJARA




CONSEJO DE CÁMARAS
INDUSTRIALES
DE JALISCO



CONSEJO MEXICANO
DE COMERCIO EXTERIOR



CENTRO
EMPRESARIAL
DE JALISCO, S.R





COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

- La temperatura de las compresas permanece constante.
- Tanque móvil con cuatro ruedas giratorias de goma de 8 cm que permiten el fácil desplazamiento.

Especificaciones técnicas:

- Fuente de Alimentación: 110~240V, 50/60Hz.
- Clase de seguridad eléctrica: Clase 1, Tipo B.
- Pruebas de Seguridad: EN 60601-1.
- Certificaciones: ISO 13485
- Peso: 39kg.
- Dimensiones: 67 x 40 x 84 cm.
- Consumo de energía: 1000W.
- Incluye: 6 compresas de cuello y 6 compresas lumbares
- Capacidad del Tanque: 69L
- Tiempo de Calentamiento (a 70°C): 8hr
- Tiempo de Enfriamiento: 3hr
- Aislamiento térmico de fibra de vidrio: Sí
- Rango de Temperatura: 71°-74°C
- Rango de Temperatura Máxima por Seguridad: 82°-85°C
- Precisión: 10%

¿Es esto correcto??

R. **Si es correcto**

2. Anexo 1, Partida 7: Parafinero

Entendemos que el parafinero debe contar al menos con las siguientes especificaciones y características:

Características:

- Tanque interior de acero inoxidable.
- Ligero y fácil de desplazar en la clínica.
- Mantenimiento sencillo.

Especificaciones técnicas

- Rango de temperatura de operación: 52° a 57°C.
- Temperatura de fusión para adicionar parafina: 75°C.
- Temperatura de esterilización: 75°C.
- Capacidad de 2.72 Kg. 6 lbs.
- Dimensiones del tanque: 15.2 x 15.2 x 30.4 cm.
(ancho x alto x largo)
- Dimensiones externas: 26.6 x 22.2 x 41.2 cm.
- Estándares UL, FDA y CSA.
- Tina de acero inoxidable.

Especificaciones técnicas Parafina

- Cera blanca de petrolato hidrocarbón.
- Punto de fusión: 51.11° a 53.89°C.
- Viscosidad cinemática.



Secretaría de Planeación
Administración y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



Contraloría del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



CÁMARA NACIONAL
DE COMERCIO DE
GUADALAJARA




CONSEJO DE CÁMARAS
INDUSTRIALES
DE JALISCO



CONSEJO MEXICANO
DE COMERCIO EXTERIOR



CENTRO
EMPRESARIAL
DE JALISCO, S.F.





COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

- Porcentaje de aceite: 0.5 mínimo.
- listado en el código federal de regulaciones de E.E.U.U.No.21CFR178.371e.

Accesorios estándar

- Cubierta plástica.
- Parafina terapéutica 2.72Kg. 6 lbs.
- Cable toma corriente grado hospitalario.
- Manual de operación.

¿Es esto correcto?

R. **Si es correcto**

Una vez la leída el acta a los asistentes indicaron no tener observación alguna.-----

La presente acta forma parte integral de las bases del concurso C119/2016 para los efectos legales a que haya lugar. -----

No habiendo más preguntas por parte de los asistentes a esta junta aclaratoria, manifiestan no tener dudas con relación a las bases del concurso objeto de las mismas, por lo cual se da por terminado este acto a las 16:40 dieciséis horas cuarenta minutos horas, firmando los que intervinieron y quisieron hacerlo. -----

-----FIN DE ACTA-----



Secretaría de Planeación
Administración y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



Contraloría del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



CONSEJO DE CÁMARAS
INDUSTRIALES
DE JALISCO



CONSEJO MEXICANO
DE COMERCIO EXTERIOR



CENTRO
EMPRESARIAL
DE JALISCO, S.P

