



**JUNTA ACLARATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON  
CONCURRENCIA DE COMITÉ  
LPLSC 06/2017 "EQUIPO DIVERSO DE REHABILITACIÓN"**

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:00 horas del día 24 de Noviembre del 2017 dos mil diecisiete, en la Unidad Centralizada de Compras, ante la presencia de los testigos que al calce firman, se procedió a realizar la junta aclaratoria de la Licitación Pública Local con Concurrencia de Comité LPLCC 06/2017 "EQUIPO DIVERSO DE REHABILITACIÓN", ante la presencia del LIC. HÉCTOR MANUEL MONTES GUERRERO.- DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y MGSS. VERONICA DEL ROCÍO DÍAZ ESCOBAR.- DIRECTORA PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUERENTE.-

<b>EMPRESA :</b> EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MÉXICO, SA DE CV	<b>REPRESENTANTE :</b> VICTOR MANUEL VELÁSICO ARRIAGA
--	--

**EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**

1.- ¿Se solicita, amablemente a la convocante, amplíe el plazo de entrega de los bienes a 45 días posteriores al fallo, esto obedece a que 15 días es un plazo muy corto tomando en consideración los tiempos que utilizan nuestros fabricantes. ¿se acepta?

R.- No se acepta, apegarse a lo solicitado.

2.- Partida 4 Caminadora. Entendemos que las especificaciones mínimas de la caminadora solicitada deberán ser las siguientes:

- Excelente calidad que proporciona una larga duración
- Seguridad al usuario con controles de fácil acceso.
- Versatilidad por la longitud y ancho de la banda y velocidad lentas para rehabilitación y alta para deportistas de alto rendimiento.
- Diseño vanguardista que combinan en diferentes ambientes.
- Banda con VTX (Shock Absorbition) que amortigua el impacto de la pisada.
- Velocidad de 0.1 a 12.0 Mph
- Potencia: 4HP
- Inclinación: 15°
- Capacidad de carga: 181 kg
- Peso del equipo: 120 kg
- Dimensiones: 88 cm de ancho x 193 cm de largo x 149 cm de alto
- Superficie de carrera: 50 cm x 147 cm
- Fuente de Alimentación: 110 VAC 60Hz 15 A
- Rodillo: 6 cm / 6 kg
- Altura del paso: 13 cm

¿Es esto correcto?

R.- Si, se acepta

3.- Partida 3 Tina remolino. Dada la capacidad solicitada de la tina de 385 litros (105 galones) entendemos se podrá cotizar una tina con las siguientes dimensiones:

- Largo: 167.6cm (66")
- Ancho: 63.5 cm (25")
- Profundidad Interna: 45.7 cm (18")
- Altura total de la tina: 63.5 cm (25")

¿Es esto correcto?

R.- Si, se acepta

*PAK*

*[Handwritten signature]*



**JUNTA ACLARATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON  
CONCURRENCIA DE COMITÉ  
LPLSC 06/2017 "EQUIPO DIVERSO DE REHABILITACIÓN"**

La presente acta forma parte integral de las bases que rigen la presente Licitación. Por lo que los acuerdos tomados en la misma tendrán el carácter de definitivos.

Dando por terminada la junta y firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo.



**LIC. HÉCTOR MANUEL MONTES GUERRERO**  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  
UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS



**MGSS. VERONICA DEL ROCÍO DÍAZ ESCOBAR**  
DIRECTORA PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD