

**SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO**

**FALLO Y RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA CON CONCURRENCIA DE COMITÉ  
LPLCC-17/2020  
“ADQUISICIÓN DE AUXILIARES AUDITIVOS”  
(Sistema de Evaluación Binario)**

En la ciudad de Guadalajara, Jal. a los 03 Tres días del mes de septiembre del año 2020, siendo las 09:45 horas, en la Sala de Juntas Madre Teresa de Calcuta, ubicado Av. Alcalde No. 1220, en la colonia Miraflores, se reunieron en la Décima Tercera Sesión Extraordinaria los miembros del Comité de Adquisiciones mismos que firman al calce, a efecto de emitir el fallo de la **Licitación Pública Local con Concurrencia de Comité LPLCC-17/2020 “ADQUISICIÓN DE AUXILIARES AUDITIVOS”**, de conformidad con los artículos 66 y 67 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (en adelante, La Ley), artículo 69 del Reglamento de la citada Ley, se hace la siguiente relación de:

**RESULTANDO Y CONSIDERANDO:**

1.- Con fecha 13 trece del mes agosto del año 2020, en cumplimiento al artículo 60 de La Ley, fue publicada la convocatoria, correspondiente a la Licitación LPLCC-17/2020 “ADQUISICIÓN DE AUXILIARES AUDITIVOS”.

2.- El día 24 veinticuatro del mes de agosto del año 2020, se fijó como fecha para desahogo de la Junta Aclaratoria correspondiente al presente proceso de adquisición, conforme al punto 3 de las bases y el artículo 63 de La Ley, dirigiendo y desahogando la misma el Lic. Roberto Alejandro Valladares Zamudio, Director de Recursos Materiales, representante de la Unidad Centralizada de Compras, M. en D. Francisco Alonso Moreno Muñoz, Jefe del Departamento de Acuerdos y Asuntos Jurídicos, Lic. María Eugenia Gutiérrez Solís, Jefa de Trabajo Social, como representante del área requirente.

3.- Con fecha 27 veintisiete del mes de agosto del año 2020 y como parte del proceso de adquisición, fueron presentadas y aperturadas las propuestas de los licitantes interesados, ante la presencia del Comité de adquisiciones, evento que se desarrolló de acuerdo a los hechos en el acta correspondiente, presentado propuesta los siguientes licitantes:

1. **SERVICIOS INTEGRALES RENOVA SA DE CV**
2. **RM ADVANCE GROUP SA DE CV**
3. **POWERMED DE MEXICO SA DE CV**
4. **SOLUMED AF, SA DE CV**
5. **SALAMANCA AUDIFONOS PARA SORDERA SA DE CV**

Vistos los antecedentes dentro del proceso de licitación que nos ocupa, se exponen los siguientes;

**CONSIDERANDOS**

Una vez analizadas y revisadas las propuestas técnicas y económicas, y conforme al dictamen realizado por la Lic. María Eugenia Gutiérrez Solís, Jefa de Trabajo Social, como representante del área requirente, a continuación, se exponen las mismas para un mejor proveer, identificando los aspectos técnicos y económicos requeridos por la convocante en las bases del proceso LPLCC-17/2020 “ADQUISICIÓN DE AUXILIARES AUDITIVOS”.

# SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

## FALLO Y RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA CON CONCURRENCIA DE COMITÉ LPLCC-17/2020 "ADQUISICIÓN DE AUXILIARES AUDITIVOS" (Sistema de Evaluación Binario)

| ASPECTOS TÉCNICOS |        |   | PROPUESTAS TÉCNICAS   |  |   |   |   |           |                     |           |   |           |
|-------------------|--------|---|---|--|---|---|---|-----------|---------------------|-----------|---|-----------|
|                   |        |   | SERVICIOS INTEGRALES RENOVISA SA DE CV  |  | RM ADVANCE GROUP SA DE CV   |   | POWERMED DE MEXICO SA DE CV   |           | SOLUMED AF SA DE CV |           | SALAMANCA AUDIFONOS PARA SORDERA SA DE CV |           |
| PARTIDA           | UNIDAD | ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS  | CUMPLE  | NO CUMPLE  | CUMPLE  | NO CUMPLE   | CUMPLE  | NO CUMPLE | CUMPLE              | NO CUMPLE | CUMPLE                                    | NO CUMPLE |
| 1                 | PIEZA  | <p>APARATOS AUDITIVOS:<br/>DIGITALES PROGRAMABLES TIPO CURVETA PARA PERDIDA: LIGERA-MODERADA, SEVERA, PROFUNDA-RESTOS AUDITIVOS LIGERA-MODERADA, 8 CANALES DE AJUSTE DE FRECUENCIA, 16 BANDAS, 4 MICROFONOS (DIRECCIONALIDAD FIA, OMNIDIRECCIONAL, DIRECCIONAL ADAPTATIVA Y SOFT SWITCHING), BOBINA TELEFONICA, ENTRADA DIRECTA DE AUDIO (DA), COMPATIBLE CON SISTEMA FIA, COMPATIBLE CON SISTEMA CROSS/BUCIOS, REGISTRO DE TIEMPO DE USOS DEL PACIENTE, PROGRAMA 4, AUDIOMETRIA IN-SITU, ADECUADO PARA ADAPTACION ABIERTA O CERRADA, CODO ESTANDAR, MINI Y ADAPTADOR DE TUBO FHO, INDICADOR DE BATERIA BAJA, INDICADOR DE CAMBIO DE PROGRAMA, PORTA PILA CON FUNCIONES ON/OFF, PROTECCION IPS, IMPERMEABILIZACION TOTAL CON NANOTECCNOLOGIA, GANANCIA MAXIMA (69 db SPL), SALIDA MAXIMA (133 db SPL), DISTORSION ARMONICA TOTAL (500Hz: 1.4%, 800Hz: 1.6%, 1600 Hz: 0.7%), RANGO DE FRECUENCIA (130-6420 Hz), PILA 13 CON VIDA UTIL DE LA BATERIA (223 HORAS), 2 AÑOS DE GARANTIA BAJO DEFECTO DE FABRICACION. INCLUYENDO MOLDE INSTANTANEO O BIOPOR (A ELEGIR), 1 ESQUEMADOR, PAQUETES DE PILA PARA 6 MESES, MANUAL DE USOS Y CUIDADOS, ESTUCHE Y AUDIOMETRIA PARA UNA ADAPTACION *SEVERA, 6 CANALES DE AJUSTE DE FRECUENCIA, 12 BANDAS, 4 MICROFONOS (DIRECCIONALIDAD FIA, OMNIDIRECCIONAL, DIRECCIONALIDAD ADAPTATIVA Y SOFT SWITCHING), BOBINA TELEFONICA, ENTRADA DIRECTA DE AUDIO (DA), COMPATIBLE CON SISTEMA FIA, COMPATIBLE CON SISTEMA CROSS/BUCIOS, REGISTRO DE TIEMPO DE USO DEL PACIENTE, PROGRAMAS 4, PROGRAMACION ALAMBRICA E INALAMBRICA, GENERADOR DE SONIDO PARA TINNITUS, AUDIOMETRIA IN-SITU, INDICADOR DE BATERIA BAJA, INDICADOR DE CAMBIO DE PROGRAMA, PORTA PILA CON FUNCIONES ON/OFF, PROTECCION IPS, IMPERMEABILIZACION TOTAL CON NANOTECCNOLOGIA, GANANCIA MAXIMA (74 db SPL), SALIDA MAXIMA (74 db SPL), DISTORSION ARMONICA TOTAL (500Hz: 1.2%, 800Hz: 0.8%, 1600Hz: 0.7%), RANGO DE FRECUENCIA (100-7000 Hz), PILA 13 CON VIDA UTIL DE LA BATERIA (210 HORAS), * PROFUNDA Y RESTOS AUDITIVOS, 100% DIGITALES (ENTRADA Y PROCESAMIENTO DE SEÑAL), 2 CANALES, 3 TUNNERS, RECUBRIMIENTO TOTAL (WASHFIELD), ASESORAMIENTO PARA CALIBRACION POR MEDIO DE SOFTWARE, GANANCIA MAXIMA (86 db SPL), SALIDA MAXIMA (145 db SPL), DISTORSION ARMONICA TOTAL (500Hz: 3.0%, 600Hz: 1.5%, 1600Hz: 0.8%), RANGO DE FRECUENCIA (150-4000Hz), PILA 675 CON VIDA UTIL DE LA BATERIA (635 HORAS).</p> | <p>NO cumple con la modificación que se realizó en la junta ocalatoria en la que se menciona que deberá ser 16 canales y 8 bandas de ajuste, además que bajo la investigación que se realizó por parte del área, se descubre que el proveedor menciona tener para: PERDIDA MODERADA: 8 canales de ajuste de frecuencia, 4 microlabios, ser compatible con sistema FM, compatible con Cross/bios, registro de tiempo de uso del paciente, indicador de batería baja, indicador de cambio de programa, PERDIDA SEVERA: 12 bandas, 4 microlabios, compatible con FM, Cross/bios, programación Alámbrica e inalámbrica, indicador de batería baja, indicador de cambio de programa, porta pila con función ON/OFF, PERDIDA PROFUNDA-RESTOS AUDITIVOS: 2 microlabios, pero no se encontraron en las fichas del modelo indicado de la página oficial de la marca en internet!</p> | <p>NO cumple con la modificación que se realizó en la junta ocalatoria en la que se menciona que deberá ser 16 canales y 8 bandas de ajuste, además que bajo la investigación que se realizó por parte del área, se descubre que el proveedor menciona tener para: PERDIDA LIGERA-MODERADA: 8 canales de ajuste de frecuencia, 4 microlabios, ser compatible con sistema FM, compatible con Cross/bios, registro de tiempo de uso del paciente, indicador de batería baja, indicador de cambio de programa, PERDIDA SEVERA: 12 bandas, 4 microlabios, compatible con FM, Cross/bios, programación Alámbrica e inalámbrica, indicador de batería baja, indicador de cambio de programa, porta pila con función ON/OFF, PERDIDA PROFUNDA-RESTOS AUDITIVOS: 2 microlabios, pero no se encontraron en las fichas del modelo indicado de la página oficial de la marca en internet!</p> | <p>NO cumple con la modificación que se realizó por parte del área, se descubre que el proveedor menciona tener las siguientes características: PERDIDA LIGERA-MODERADA: 4 microlabios, programa 4, registro de tiempo de usos del paciente, programación abierta o cerrada, indicador de batería baja, indicador de cambio de programa, tipo de pila, PERDIDA SEVERA: Registro de tiempo de usos del paciente, indicador de batería baja, indicador de cambio de programa, porta pila con función ON/OFF, PERDIDA PROFUNDA-RESTOS AUDITIVOS: Menciona tener una ganancia max. 86db SPL, sin embargo se encontro que la ganancia es de 82db SPL, Salida max de 86db SPL, y se encontro ser de 143db SPL, distorsion armonica de 500hz: al 1.0% y no al 3%, 1600Hz al 0.5% y no de al 0.8%, pero no se encontraron en las fichas del modelo indicado de la pagina oficial de la marca en internet!</p> | <p>NO cumple con la modificación que se realizó en la junta ocalatoria en la que se menciona que deberá ser 16 canales y 8 bandas de ajuste, además que bajo la investigación que se realizó por parte del área, se descubre que el proveedor menciona tener para PERDIDA LIGERA MODERADA: 8 canales de frecuencia, no menciona las bandas, microlabios, no menciona el tipo direccionalidad, entrada de audio, compatible con Cross/bios, menciona tener programa 4, registro del tiempo, audiometria In-Situ, tipo de programación, codo estandar, indicador de cambio de programa, porta pila con función ON/OFF, la ganancia debe ser de 69db SPL, Salida max de 133db SPL, y se encontro ser de ganancia 4db SPL, Salida max de 11 db SPL, no menciona la distorsion</p> | <p>No cumple con la modificación que se realizó en la junta ocalatoria en la que se menciona que deberá ser 16 canales y 8 bandas de ajuste, además que bajo la investigación que se realizó por parte del área, se descubre que el proveedor menciona tener PERDIDA LIGERA-MODERADA: 16 Canales de frecuencia, 8 Bandas, 4 microlabios, bobina telefonica, entrada directa de audio, compatible con sistema FM, Cross/bios, registro de tiempo de uso del paciente, audiometria In-Situ, programación abierta o cerrada, indicador de batería baja, indicador de cambio de programa, porta pila con función ON/OFF, protección IP58 con nanotecnología, tipo de pila, además menciona tener programa 4 y tiene 3, PERDIDA SEVERA: Dice tener 12 canales de ajuste, 6 bandas, 4 microlabios, bobina telefonica, entrada directa de audio, compatible con FM, Cross/bios, audiometria In-Situ, indicador de batería baja, indicador de cambio de programa, porta pila con funciones ON/OFF, Protección IP58 con nanotecnología, se pide la ganancia max. de 74 db SPL, y Salida Max de 143 db SPL, y se encontro que es de ganancia max. de 70 db SPL, y Salida Max de 128 db SPL, no menciona si cuenta con garantía, molde, desmoldador, estuche paquete de pilas? PERDIDA SEVERA: Menciona tener 2 canales, 2 microlabios, entrada directa de audio, PERDIDA PROFUNDA-RESTOS AUDITIVOS, Menciona tener 2 canales, 2 microlabios, entrada directa de audio, el rango de frecuencia solicitada es de 160-6900Hz y se encontro que es de 100-5000Hz, según lo encontrado en la ficha técnica del modelo encontrado en la página oficial de la marca en internet!</p> |           |                     |           |   |           |

FALLO Y RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN  
 LICITACIÓN PÚBLICA CON CONCURRENCIA DE COMITÉ  
 LPLCC-17/2020  
 “ADQUISICIÓN DE AUXILIARES AUDITIVOS”  
 (Sistema de Evaluación Binario)

| ASPECTOS ADMINISTRATIVOS |   | LICITANTES                           |                |                           |                |                             |             |                     |                |   |                |
|--------------------------|---|--------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|-------------|---------------------|----------------|---|----------------|
|                          |   | SERVICIOS INTEGRALES RENOVA SA DE CV |                | RM ADVANCE GROUP SA DE CV |                | POWERMED DE MEXICO SA DE CV |             | SOLIMED AF SA DE CV |                | SALAMANCA AUDIFONOS PARA SORDERA SA DE CV |                |
| NUMERO                   | DOCUMENTOS  | PRESENTA                             | NO PRESENTA    | PRESENTA                  | NO PRESENTA    | PRESENTA                    | NO PRESENTA | PRESENTA            | NO PRESENTA    | CUMPLE                                    | NO CUMPLE      |
| 1                        | ANEXO 2 (PROPUESTA TÉCNICA)   | X                                    |                | X                         |                | X                           |             | X                   |                | X   |                |
| 2                        | ANEXO 3 (PROPUESTA ECONÓMICA)   | X                                    |                | X                         |                | X                           |             | X                   |                | X   |                |
| 3                        | ANEXO 4 (CARTA DE PROPOSICIÓN)  | X                                    |                | X                         |                | X                           |             | X                   |                | X   |                |
| 4                        | ANEXO 5 (ACREDITACIÓN O DOCUMENTOS QUE LO ACREDITE.)  | X                                    |                | X                         |                | X                           |             | X                   |                | X   |                |
| 5                        | ANEXO 6 (DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y NO COLUSIÓN DE PROVEEDORES)  | X                                    |                | X                         |                | X                           |             | X                   |                | X   |                |
| 6                        | ANEXO 7 (ESTRATIFICACIÓN) OBLIGATORIO PARA PARTICIPANTES* MIPYMES.  | X                                    |                | X                         |                | X                           |             | X                   |                |   | NO SE PRESENTA |
| 7                        | ANEXO 8 (COPIA LEGIBLE DEL DOCUMENTO DE CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES CON UNA VIGENCIA NO MAYOR DE 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA PROPUESTA, EN EL QUE SE EMITA EL SENTIDO POSITIVO EMITIDO POR EL SAT, CONFORME AL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y LAS REGLAS DE LA RESOLUCIÓN MECCLANEA FISCAL PARA EL 2019). | X                                    |                | X                         |                | X                           |             | X                   |                | X   |                |
| 8                        | ANEXO 9 (COPIA LEGIBLE DE OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL); EN CASO DE NO ENCONTRARSE EN EL RUPC DEBERÁ PRESENTAR LA CONSTANCIA DE OPINIÓN EN SENTIDO POSITIVO.  | X                                    |                | X                         |                | X                           |             | X                   |                | X   |                |
| 9                        | ANEXO 10 (IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE)   | X                                    |                | X                         |                | X                           |             | X                   |                | X   |                |
| 10                       | FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO CON FOTOGRAFÍA   | X                                    |                | X                         |                | X                           |             | X                   |                | X   |                |
| 11                       | RELACIÓN DE ANEXOS (NO OBLIGATORIO)   | X                                    |                | X                         |                | X                           |             | X                   |                | X   |                |
| 12                       | CARTA DE MANIFIESTO DEL FABRICANTE DONDE ESPECIFIQUE QUE EL LICITANTE ES DISTRIBUIDOR AUTORIZADO REFERENCIANDO EL NÚMERO Y NOMBRE DE LA PRESENTE LICITACIÓN.  | X                                    |                | X                         |                | X                           |             | X                   |                | X   |                |
| 13                       | LISTADO DE MUESTRAS FÍSICAS FIRMADO Y SELADO POR EL AREA REQUERENTE   | X                                    |                | X                         |                | X                           |             | X                   |                | X   |                |
| 14                       | CARTA DEL LICITANTE DONDE SE INDIQUE QUE LOS EQUIPOS NO SON REFABRICADOS  | X                                    |                | X                         |                | X                           |             | X                   |                | X   |                |
| 15                       | REGISTRO DE COFEPRIS  | X                                    |                | X                         |                | X                           |             | X                   |                | X   |                |
| 16                       | RELACIÓN DE ANEXOS (NO OBLIGATORIO)   |                                      | NO SE PRESENTA |                           | NO SE PRESENTA | X                           |             | X                   |                |   | NO SE PRESENTA |
| 17                       | COPIA DEL RUPC, EN CASO DE CONAR CON EL (NO OBLIGATORIO)  |                                      | NO SE PRESENTA |                           | NO SE PRESENTA | X                           |             |                     | NO SE PRESENTA |   | NO SE PRESENTA |

RESULTANDO

**PRIMERO.-** Con base en el dictamen y una vez considerados todos los documentos que integran el expediente del proceso de adquisición identificado LPLCC-17/2020 “ADQUISICIÓN DE AUXILIARES AUDITIVOS”, se declara **DESIERTO** toda vez que no se cuenta con propuesta alguna que cumpla con las especificaciones mínimas solicitadas, de conformidad con el artículo 71, numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y punto 14 inciso b) y e) de las Bases que rigen la presente licitación y se convocara a un nuevo procedimiento conforme al Artículo 71 numeral 2 de la misma Ley.


**SEGUNDO.-** Para efectos de notificación a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes, una copia del acta y del dictamen y se fija un ejemplar en: Av. Alcalde 1220, col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco, primer piso, en la Unidad Centralizada de Compras. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

**TERCERO.-** Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuación firman el presente documento las personas que intervinieron en este acto de adjudicación, siendo las 10:10 hrs., firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.

**SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO**  
**FALLO Y RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN**  
**LICITACIÓN PÚBLICA CON CONCURRENCIA DE COMITÉ**  
**LPLCC-17/2020**  
**“ADQUISICIÓN DE AUXILIARES AUDITIVOS”**  
**(Sistema de Evaluación Binario)**



**MTRO. JUAN CARLOS OROZCO VILLASEÑOR**  
**PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES**



**LIC. ROBERTO ALEJANDRO VALLADARES ZAMUDIO**  
**SECRETARIO EJECUTIVO Y TÉCNICO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES**




**ING ANTONIO BAUTISTA GALINDO**  
**VOCAL EN REPRESENTACIÓN DEL CAMARA DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE**  
**GUADALAJARA , A.C.**



**SRA. ROSA MARIA NAVA CAZARES**  
**VOCAL EN REPRESENTACIÓN DE COMCE DE OCCIDENTE, AC.**



**LIC. JUANA MARGARITA LARA RAMIREZ**  
**VOCAL EN REPRESENTACIÓN DE LA SECREARÍA DE ADMINISTRACIÓN**



**MTRA. JUANA ELIZABETH GUZMÁN ELÍAS**  
**TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
**DEL SISTEMA DIF JALISCO.**

**SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO**


**FALLO Y RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA CON CONCURRENCIA DE COMITÉ  
LPLCC-17/2020  
“ADQUISICIÓN DE AUXILIARES AUDITIVOS”  
(Sistema de Evaluación Binario)**



**MTRO. LUIS ALBERTO CASTRO ROSALES**  
DIRECTOR JURIDICO DEL SISTEMA DIF JALISCO.



**M.EN D. FRANCISCO ALONSO MORENO MUÑOZ**  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ACUERDOS Y ASUNTOS JURÍDICOS  
DEL SISTEMA DIF JALISCO.



**LIC. ANA ELENA GONZÁLEZ JAIME**  
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS  
DEL SISTEMA DIF JALISCO.



**MTRA. MARGARITA GASPAR CABRERA**  
INVITADA EN REPRESENTACION DE LA SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DEL  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



**LIC. MARIA EUGENIA GUTIÉRREZ SOLÍS**  
DIRECTORA DE TRABAJO SOCIAL, RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN DE  
LAS PROPOSICIONES