

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:00 horas del día 21 de Julio del 2015 dos mil quince, ante la presencia de los testigos que al calce firman, se procedió a realizar la junta aclaratoria del Concurso 11/2015 "KIT DE PROTESIS", ante la presencia de LIC. HÉCTOR MANUEL MONTES GUERRERO.- SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, MTRO. MANUEL MANZO PARTIDA.- CONTRALOR INTERNO, DRA. SANDRA ERMILA DAU IÑIGUEZ.- DIRECTORA PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MEND. FRANCISCO ALONSO MORENO MUÑOZ.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ACUERDOS Y ASUNTOS JURIDICOS, CPA. MA. OFELIA OLIVA NUÑEZ.- JEFA DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, LCP. ANTONIO JAVIER HERNANDEZ PADILLA.- SECRETARIO EJECUTIVO SUPLENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, LIC. VERONICA DEL ROCIO DIAZ ESCOBAR.- JEFE DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, todos ellos del SISTEMA DIF JALISCO, no habiéndose presentado ningún proveedor, se hace constar las preguntas que se presentaron en tiempo y forma.-

ZITRO MEDICAL SA DE CV

1.- Referencia: ANEXO 1.

Preguntamos de la forma más respetuosa ¿Si podemos ofertar PIE SACH en todos los kits en lugar de pies dinámicos?

R.- No, apegarse a lo establecido en bases.

2.- Referencia: ANEXO 1. Partidas 6 y 7.

¿Preguntamos de la forma más respetuosa ¿A qué tallas de mangas de neopreno hacen referencia con "talla 2" y talla 2.5"?

R.- Si las prótesis son de importación las medidas de las mangas serian 2 y 2.5 y si las prótesis son nacionales las medidas serian mediana y grande.

HEALT GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO SA DE CV

1.- Referencia Punto 2. Tiempo de entrega

¿Se solicita de la manera más atenta a la Convocante ampliar el tiempo de entrega a 20 días hábiles, se acepta?

R.- No.


ORTOPRODUCTOS SA DE CV

1.- En el anexo 1, en todas las partidas requieren pie dinámico, sin embargo solicitan entre los componentes de todos los kits, "ADAPTADOR PARA PIE SACH", ¿preguntamos si lo que requieren en realidad es adaptador para pie dinámico o requieren que los kits lleven PIE SACH?


R.- Se requieren PIE DINAMICO con adaptador a PIE SACH.


La presente acta forma parte integral de las bases que rigen el presente concurso. Por lo que los acuerdos tomados en la misma tendrán el carácter de definitivos.


LIC. HÉCTOR MANUEL MONTES GUERRERO
SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES


MEND. FRANCISCO ALONSO MORENO MUÑOZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ACUERDOS Y ASUNTOS JURIDICOS

JUNTA ACLARATORIA DEL CONCURSO
11/2015 "KIT DE PROTESIS"


CPA. MA. OFELIA OLIVA NUÑEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA


LCP. ANTONIO JAVIER HERNANDEZ PADILLA
SECRETARIO EJECUTIVO SUPLENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES


DRA. SANDRA ERMILA DAU INIGUEZ
DIRECTORA PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.


LIC. VERONICA DEL ROCIO DIAZ ESCOBAR
JEFE DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.