

ACTA DE JUNTA ACLARATORIA**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL
IPEJAL-DAS-CA-LPL-004/2018****“SERVICIOS DE CONTRATACIÓN EN COMODATO DE LOS EQUIPOS Y ABASTECIMIENTOS DE INSUMOS DE
HEMODIALISIS 2018”**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:44 horas del día 10 de octubre del 2017, se procedió a realizar la junta aclaratoria de la Licitación Pública Local IPEJAL-DAS-CA-LPL-004/2018 “SERVICIOS DE CONTRATACIÓN EN COMODATO DE LOS EQUIPOS Y ABASTECIMIENTOS DE INSUMOS DE HEMODIALISIS 2018”, ante la presencia de la L.C.P. Berenice Belen Aguilar Hernández, Jefa de Recursos Materiales y Servicios, de la Dirección Administrativa y de Servicios, (Unidad Centralizada de Compras), el C. Jesus Pablo Barajas Solorzano, Director de Contraloría Interna, la Lic. Gloria Elizabeth Guerra Macías, Jefa de Procesos Normativos y Responsabilidades, de la Dirección de Contraloría Interna, el Dr. Artemio González Sánchez, Director de Servicios Médicos, el Dr. José de Jesus Menchaca Cota, Jefe Médico, la C. Maria de la Luz Aldaz Zamora, Coordinadora de Contabilidad, Vigencias y Procedimientos, todos de la Dirección de Servicios Médicos y la Mtra. Cristina García Magallón, Analista Especializado, de la Dirección Administrativa y de Servicios, contando con la asistencia de los siguientes interesados:

LICITANTE	REPRESENTANTE
1. LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	C. MELISSA EUGENIA SALCIDO VILLAVICENCIO
2.- IMPLEMENTOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	C. JANET REYES JIMENEZ

Se procedió a dar lectura a las preguntas formuladas por los licitantes y las respuestas proporcionadas por la Dirección de Servicios Médicos.

PERSONA FÍSICA O JURÍDICA: **LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V.**

REPRESENTANTE LEGAL: **CARLOS JAVIER PLASENCIA SAAVEDRA**

1	Solicito amablemente a la Convocante, aclare a mi representada si en el punto 8.2 Documentos que debe contener el sobre de la propuesta técnica, inciso m) en el caso de ser fabricante o titular del registro sanitario, ¿será suficiente con presentar una carta donde así lo manifieste?
R	Es correcta su apreciación. En caso de que el licitante, sea el fabricante será suficiente con manifestarlo en una carta bajo protesta de decir verdad y esta deberá anexarla al sobre de la propuesta técnica en sustitución de la carta de apoyo.







2	<p>Solicito amablemente a la Convocante, aclare a mi representada si en el punto 8.2 Documentos que debe contener el sobre de la propuesta técnica, inciso m) donde solicita:</p> <ul style="list-style-type: none"> Carta de apoyo del fabricante de los insumos ofertados y/o importador primario titular de los registros sanitarios, asimismo es necesario presentar, además de esta, el poder notarial vigente del representante legal y un documento oficial que acredite la identidad del mismo <p>¿Si este requerimientos será necesario presentarlo también para los equipos ofertados al igual que para los insumos que solicita?</p>
R	Es correcta su apreciación. Es necesario presentar la carta de apoyo del fabricante de los equipos ofertados así como de los insumos.
3	<p>Solicito amablemente a la Convocante, aclare a mi representada si es correcto entender que en el Anexo 1 Especificaciones, apartado Especificaciones de los Equipos y los Insumos, punto 1.2. inciso b), donde manifiesta:</p> <ul style="list-style-type: none"> Análisis químicos, bacteriológicos y los necesarios para mantener la pureza del agua que se utiliza en los equipos, de acuerdo al programa del "PROVEEDOR". <p>¿Si estos análisis se entregaran solo en el caso de que mi representada sea adjudicada?</p>
R	Es correcta su apreciación. Los análisis se les solicitara al licitante que resulte adjudicado en el momento que la convocante lo crea conveniente.
4	<p>Solicito amablemente a la Convocante, aclare a mi representada en el Anexo 1 Especificaciones, apartado Especificaciones de los Equipos y los Insumos, punto 1.2. inciso c) donde manifiesta:</p> <ul style="list-style-type: none"> Contar con una línea telefónica de atención, para que el personal de la Unidad de Hemodiálisis realice consultas en caso de ser necesario, con la finalidad de proporcionar un servicio oportuno y continuo. Con un horario de 7:00 a 20:00 horas. <p>¿Si para acreditar con este requerimiento. Será suficiente con presentar una carta bajo protesta de decir verdad donde se manifieste que se cuenta con una línea telefónica de atención para el personal de la Unidad de Hemodiálisis?</p>
R	Es correcta su apreciación, para acreditar este punto, será necesario presentar una carta bajo protesta de decir verdad, donde manifieste que el licitante cuenta con este servicio o bien que se compromete a tenerlo antes de que inicie el contrato respectivo. Dicho documento deberá presentarse en la propuesta técnica como inciso p)
5	<p>Solicito amablemente a la Convocante, aclare a mi representada en referencia al Anexo 1 Especificaciones, apartado Especificaciones de los Equipos y los Insumos, punto 1.2. inciso d), donde manifiesta:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mantenimiento preventivo de acuerdo a un programa presentado por el "PROVEEDOR" a la Unidad de Hemodiálisis Pila Seca, así como compromiso de mantenimiento correctivo y de reposición para los equipos en préstamo en caso de ser necesario durante la vigencia del contrato, por lo que deberá contar con personal técnico capacitado en posibilidad de otorgar el servicio a los equipos en la Unidad de Hemodiálisis Pila Seca.


	¿Si este programa de mantenimiento preventivo se integrara a los documentos de la propuesta técnica o se entregará sólo en el caso de ser adjudicados?
R	El programa de mantenimiento preventivo se le solicitara al licitante que resulte adjudicado en el momento que la convocante lo crea conveniente

Se reitera sobre el cuidado del llenado de todos los anexos y demás documentos **COMPLETOS Y LEGIBLES** requeridos.

Por otro lado, serán sujetos de Responsabilidad Administrativa y penal, los **“LICITANTES”, LOS PARTICULARES Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS** que intervengan en cualquier etapa del procedimiento de adjudicación, que incurran en cualquiera de las conductas señaladas en los artículos 70, 72, 73 o cualquier otra de las referidas en los Capítulos III y IV de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como las que competan en materia penal. Le serán aplicadas las sanciones señaladas en los artículos 75, 78 y 81, en términos del artículo 46 de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco.

Se da por terminado el acto de Junta Aclaratoria a las **11:50 horas**, firmando los que intervinieron y quisieron hacerlo.

C. MELISSA EUGENIA SALCIDO VILLAVICENCIO REPRESENTANTE DEL LICITANTE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	
C. JANET REYES JIMENEZ REPRESENTANTE DEL LICITANTE IMPLEMENTOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	
LIC. GLORIA ELIZABETH GUERRA MACÍAS JEFA DE PROCESOS NORMATIVOS Y RESPONSABILIDADES	
L.C.P. BERENICE BELÉN AGUILAR HERNÁNDEZ JEFA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	
DR. ARTEMIO GONZÁLEZ SÁNCHEZ DIRECTOR DE SERVICIOS MÉDICOS	
DR. JOSÉ DE JESUS MENCHACA COTA JEFE MÉDICO	

C. MARIA DE LA LUZ ALDAZ ZAMORA COORDINADORA DE CONTABILIDAD, VIGENCIAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MÉDICOS	
MTRA. CRISTINA GARCÍA MAGALLÓN ANALISTA ESPECIALIZADO	

Esta hoja forma parte del Acta de la Junta Aclaratoria de la Licitación Pública Local IPEJAL-DAS-CA-LPI-004/2018 "SERVICIOS DE CONTRATACIÓN EN COMODATO DE LOS EQUIPOS Y ABASTECIMIENTOS DE INSUMOS DE HEMODIALISIS 2018", celebrada el día 10 de Octubre del 2017.