

ACTA DE JUNTA ACLARATORIA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL IPEJAL-DAS-CA-LPL-014/2018 "ADQUISICIÓN A CONSUMO DE MATERIAL DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA 2018"

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:07 horas del día 23 veintitrés de agosto de 2018, se procedió a realizar la junta aclaratoria de la Licitación Publica Local IPEJAL-DAS-CA-LPL-014/2018 "ADQUISICIÓN A CONSUMO DE MATERIAL DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA 2018", ante la presencia Licenciado Mario Gómez Valdes, Jefe de Recursos Materiales y de Servicios (Titular de la Unidad Centralizada de Compras), la Maestra Gloria Elizabeth Guerra Macías, Jefa de Procesos Normativos y Responsabilidades de la Dirección de Contraloría Interna, el Doctor German Guillermo Lopez Guillen, Coordinador de Servicios Médicos Subrogados, Francisco Javier Castillo Sanchez, Médico Ortopedista, la C. Maria de la Luz Aldaz Zamora, Coordinadora de Contabilidad, Vigencias y Procedimientos, los tres de la Direccion de Servicios Médicos y la C. Eva Elizabeth Moreno Flores, Analista de la Direccion Administrativa y de Servicios, contando con la asistencia de los siguientes interesados:

LICITANTE	REPRESENTANTE DEL LICITANTE
1.- GALLARDO MEDICAL, S.A. DE C.V.	C. OLGA ROCIO PINTO ALVAREZ
2.- PROVEEDORA DE MATERIAL QUIRURGICO, S.A. DE C.V.	C. VERONICA PARTIDA RINCON
3.- GDL ORTHOPEDIC, S.A. DE C.V.	C. BERTHA SOLEDAD FRAGUA HUERTA
4.- EXORTA, S. DE R.L. DE C.V.	C. SELENE SALINAS DE LA CRUZ
5.- AVANCE ORTOPEDICO, S. DE R.L. DE C.V.	C. LUIS FERNANDO FERNÁNDEZ MORALES
6.- MOLAISON MEDICAL GROUP DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	C. ALEJANDRA GUADALUPE SANCHEZ COVARRUBIAS
7.-BIOMEDICAL GLOBE, S.A. DE C.V.	C. ROSA AURORA SOLIS MARTÍNEZ

Se procedió a dar lectura a las preguntas formuladas por los licitantes y las respuestas proporcionadas por la Dirección de Servicios Médicos.

PERSONA FÍSICA O JURÍDICA: AVANCE ORTOPEDICO, S. DE R.L. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL: LUIS FERNANDO FERNANDEZ MORALES

1	<p>Se trata del sistema 23 en donde menciona lo siguiente:</p> <p>SET de placa DISTAL de tibia en todas sus longitudes y diferentes números de orificios con pernos de bloqueo y tornillos convencionales en titanio en todas sus longitudes, set de instrumental de colocación, equipo de perforación y set de apoyo de ortopedia.</p>
---	---

	PREGUNTA: Pido de manera respetuosa a la convocante que confirme: el set de Placas de Tibia Distal tiene que ser únicamente de TITANIO.
R	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LAS PLACAS DEBEN DE SER DE TITANIO POR SU MAYOR COMPATIBILIDAD AL CUERPO HUMANO Y MAYOR RESISTENCIA OBVIAMENTE CON TORNILLOS CONVENCIONALES Y PERNOS DE BLOQUEO DE TITANIO. FAVOR DE APEGARSE AL ANEXO 1 ESPECIFICACIONES CLAVE 23, DE LAS BASES.
2	Se trata del sistema 20 en donde menciona lo siguiente: SET de placas filos para humero proximal diferentes longitudes y números de orificios, con pernos de 3.5 mm. En todas las longitudes, mas tornillos convencionales de 3.5 mm y 4.5 mm en todas sus longitudes, set completo especial para su colocación y set de apoyo de ortopedia con equipo de perforación. PREGUNTA: Con todo respeto a la convocante, le pido me confirme si este sistema es en TITANIO y con orificios combinados?
R	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LA PLACA DE PHILOS DEBE SER DE TITANIO CON TORNILLOS CONVENCIONALES Y PERNOS DE BLOQUEO CON ORIFICIOS COMBINADOS PARA USO DE DIFERENTES TIPO DE TORNILLERA CONVENCIONALES EN TITANIO.
3	Se trata del sistema 21 en donde menciona lo siguiente: SET completo de placa liss de fémur distal con perno de bloqueo 5.0 mm y tornillos de cortical y esponjosa de titanio en todas las longitudes, set de instrumental de colocación y placas en todas sus longitudes, set de apoyo de ortopedia y set de colocación. PREGUNTA: Pido de manera respetuosa a la Convocante, confirme a la Proveeduría que este sistema es en TITANIO y con Tornillos corticales, esponjosos y de bloqueo. (LCP).
R	ES CORRECTA SU APRECIACION, LA PLACA LISS DE FEMUR DISTAL DEBE DE LLEVAR REGLETA PARA SU COLOCACION Y TRES TIPOS DE TORNILLERA CONVENCIONALES CORTICALES Y ESPONJOSOS CON PERNOS DE BLOQUEO. FAVOR DE APEGARSE AL ANEXO 1 ESPECIFICACIONES DE LAS BASES.
4	Se trata de sistema 26, que dice así: SET de placas especiales para fractura de fémur distal de apoyo condilar en todas sus longitudes y números de orificios con pernos de convencionales tanto corticales como esponjosos en titanio más set especial de instrumental de colocación y set de apoyo de ortopedia con equipo de perforación. PREGUNTA: Solicito a la convocante, confirme a la Proveeduría que este sistema de Placas es en TITANIO y con pernos de bloque, tornillos esponjosos así como tornillos corticales Sistema LCP.
R	ES CORRECTA SU APRECIACION, LAS PLACAS ESPECIALES DEBE DE LLEVAR TRES TIPOS DE TORNILLERIA CON INSTRUMENTAL DE APOYO Y EQUIPOS DE PERFORACION EN TODAS LAS MODALIDADES DE OSTEOSINTESIS Y EN TITANIO ES LO IDEAL.

FAVOR DE APEGARSE AL ANEXO 1 ESPECIFICACIONES, DE LAS BASES.

PERSONA FÍSICA O JURÍDICA:

GALLARDO MEDICAL, S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL:

OLGA ROCIO PINTO ALVAREZ

5	CLAVE 1 HEMIARTROPLASTIA DE CADERA TIPO THOMPSON Requerimos amablemente a la convocante nos confirme si dentro de los accesorios que se solicitan en la clave 1, específicamente, sistema de cementación al vacío de tercera generación confirme que es necesario ofertar únicamente cementación al vacío puesto que dicho sistema evita la generación de burbujas lo cual minimiza el riesgo de aflojamiento de la prótesis. ¿Es correcta nuestra apreciación?
R	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LA CEMENTACION AL VACIO ES IDEAL POR MENOR RIESGO DE AFLOJAMIENTO DE IMPLANTE A CAUSA DE UNA MALA CEMENTACION. FAVOR DE APEGARSE AL ANEXO 1 ESPECIFICACIONES, DE LAS BASES.
6	CLAVE 2 PROTESIS DE RODILLA PRIMARIA ESTABILIZADA Solicitamos a la convocante nos permita ofertar en esta clave la prótesis con característica de hiperflexión mínimo de 155° en el componente femoral toda vez que esto ayuda al paciente a contar con un mayor rango de movimiento lo cual permite realizar más actividades su vida cotidiana, haciendo extensivo esta característica a todos los participantes con el fin de ofrecer en iguales condiciones las generaciones más actuales, toda vez que las anteriores no ofrecen este rango de flexión. ¿Se Acepta?
R	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA FAVOR DE APEGARSE A BASES, LOS RANGOS DE MOVILIDAD DE LAS PROTESIS QUE EXISTEN EN EL MERCADO CON EL RANGO DE MOVIMIENTO QUE SE MANEJA ES ADECUADO DEPENDE MUCHO DE LA TECNICA QUIRURGICA DEL MEDICO QUE LA COLOQUE QUE ES LO MAS IMPORTANTE.
7	CLAVE 2 PROTESIS DE RODILLA PRIMARIA ESTABILIZADA Solicitamos a la convocante permita ofertar nueve medidas de componentes femorales a partir del número 3, 4,5,6,7,8,9,11 y 13 lo cual permite tener una mejor simetría para cada tipo de paciente, haciendo extensiva esta característica a todos los participantes. ¿ Se Acepta?
R	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES, LAS MEDIDAS QUE EXISTEN EN EL MERCADO DE LOS DIFERENTES SISTEMAS QUE HAY EN EL MERCADO LLENAN ADECUADAMENTE LAS

	EXPECTATIVAS DE NUESTROS PACIENTES YA QUE LA POBLACION DEL MEXICANO NO ES MUY GRANDE EN GENERAL, FAVOR DE APEGARSE A LOS LINEAMIENTOS DE DICHA SOLICITUD DE LA INSTITUCION.
8	<p>CLAVE 5 CLAVO CENTROMEDULAR BLOQUEADO PARA FEMUR</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ampliar los componentes del instrumental incluyendo la regleta distal la cual permite mayor porcentaje de efectividad en el proceso de bloqueo distal del clavo, generando con esto minimizar el tiempo quirúrgico de este procedimiento. haciendo extensivo esta característica a todos los participantes. ¿Se Acepta?</p>
R	SI SE ACEPTA SU PROPUESTA , LO IDEAL ES EL CLAVO QUE UTILIZA LA REGLETA PARA EL PERNADO DISTAL AUNQUE LA MAYORIA DE LOS IMPLANTES FALLA MUCHO EN SU EFECTIVIDAD PARA EL PERNADO DISTAL NO SIENDO TAN EXACTA EN OCASIONES, POR LO QUE SE DEBE SEGUIR UTILIZANDO EL USO DE FLUROSCOPIO PARA ASEGURAR UN PERNADO EFICIENTE Y SEGURO.
9	<p>CLAVE 13 ARTROPLASTIA TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA</p> <p>Solicitamos a la convocante permita ofertar vástago femoral con recubrimiento poroso proximal en titanio e hidroxiapatita para una mejor fijación metafisaria, haciendo extensivo esta característica a todos los participantes Se acepta?</p>
R	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA , FAVOR DE APEGARSE AL ANEXO 1 DE LAS BASES, EL RECUBRIMIENTO DEL VASTOGO FEMORAL EN TITANIO SE HA VISTO QUE ES EL MEJOR PARA LA OSTEointegracion SEGÚN LOS ESTANDARES MUNDIALES DE DICHOS IMPLANTES.
10	<p>CLAVE 13 ARTROPLASTIA TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA</p> <p>Solicitamos a la convocante permita ofertar varios tipos de angulaciones iniciando en 127 y hasta 135 grados con sus medidas intermedias en el vástago femoral para una mejor biomecánica y variedad de la prótesis en el paciente, toda vez que al solicitar únicamente el vástago de 135 grados se limita al área médica a solo un tipo de paciente. Se acepta?</p>
R	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA FAVOR DE APEGARSE AL ANEXO 1 ESPECIFICACIONES DE LAS BASES, LA SOLICITUD QUE SOLICITA LA INSTITUCION QUE SON LOS ESTANDARES MUNDIALES QUE RIGEN ESTE TIPO DE CASOS.
11	<p>CLAVE 14 ARTROPLASTIA TOTAL DE CADERA HIBRIDA</p> <p>Solicitamos a la convocante permita ofertar varios tipos de angulaciones iniciando en 127 y hasta 135 grados con sus medidas intermedias en el vástago femoral para una mejor biomecánica y variedad de la prótesis en el paciente, toda vez que al solicitar únicamente el vástago de 135 grados se limita al área médica a solo un tipo de paciente. Se acepta?</p>
R	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA , LA PROTESIS CONVENCIONALES Y DE MAYOR USO EN EL MUNDO SON LAS DE 135 GRADOS HABRA CASOS MUY ESPECIALES QUE SE UTILICEN OTRO TIPO DE ANGULACION PERO ES IMPORTANTE APEGARSE A LOS LINIAMIENTOS QUE LA INSTITUCION SOLICITA.

12	<p>CLAVE 20 SET DE PLACAS PHILOS PARA HUMERO PROXIMAL</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante permita ofertar esta clave en titanio toda vez que debido a su grado de maleabilidad comparado con el acero es anatómicamente mayor, haciendo extensiva esta característica a todos los participantes. Se acepta?</p>
R	<p>SI SE ACEPTA SU PROPUESTA EL TITANIO ES LO MEJOR CON AGUJEROS CONBINADOS PARA DIFERENTES TIPOS DE TORNILLERA CONVENCIONALES CORTICALES Y ESPONJOSAS MAS PERNOS DE BLOQUEO Y MATERIAL DE APOTO CON EQUIPO DE PERFORACION GRADO MEDICO.</p>
13	<p>CLAVE 21 SET COMPLETO DE PLACA LISS DE FEMUR DISTAL</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ampliar los componentes del instrumental incluyendo la regleta distal la cual permite realizar colocación de mínima invasión. haciendo extensivo esta característica a todos los participantes ¿Se Acepta?</p>
R	<p>SI SE ACEPTA SU PROPUESTA, LO IDEAL ES EL USO DE LA REGLETA Y ES COMO MARCA LA TECNICA QUIRURGICA PARA SU COLOCACION. SIENDO MAS EFECTIVA RAPIDA Y MENOS INVASIVA SU COLOCACION CON EL EQUIPO DE APOYO Y PERFORACION.</p>
14	<p>CLAVE 27 SET DE PLACAS DHS</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante permita ofertar esta clave en titanio toda vez que debido a su grado de maleabilidad comparado con el acero es anatómicamente mayor, haciendo extensiva esta característica a todos los participantes. Se acepta?</p>
R	<p>SI SE ACEPTA SU PROPUESTA, EL TITANIO ES LO MEJOR CON ORIFICIOS COMBINADOS PARA COLOCACION DE TORNILLERIA CONVENCIONAL Y PERNOS DE BLOQUEO CUANDO ASI ESTE INDICADO.</p>
15	<p>CLAVE 28 SET DE PLACAS DCS</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante permita ofertar esta clave en titanio toda vez que debido a su grado de maleabilidad comparado con el acero es anatómicamente mayor, haciendo extensiva esta característica a todos los participantes. Se acepta?</p>
R	<p>SI SE ACEPTA SU PROPUESTA, EL TITANIO MEJOR OPCION ORIFICIOS COMBINADOS PARA USO DE TRES TIPOS DE TORNILLERIA CORTICALES ESPONJOSA Y PERNOS DE BLOQUEO CON EQUIPO DE APOYO Y PERFORACION GRADO MEDICO.</p>
16	<p>CLAVE 29 SET DE PLACAS EN T Y L PARA MECETA TIBIAL</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante permita ofertar esta clave en titanio toda vez que debido a su grado de maleabilidad comparado con el acero es anatómicamente mayor, haciendo extensiva esta característica a todos los participantes. Se acepta?</p>
R	<p>SI SE ACEPTA SU PROPUESTA, TITANIO LO MEJOR CON TORNILLOS AGUJEROS COMBINADOS Y USO DE TRES TIPOS DE TORNILLERIA CON INSTRUMENTAL DE APOYO Y PERFORACION USO MEDICO COMO LO MARCO LOS LINEAMIENTOS SOLICITADOS POR ESTA INSTITUCION FAVOR DE APEGARSE A ELLA.</p>
17	<p>PUNTO 21 SANCIONES.</p>

	Solicitamos amablemente a la convocante que para el proceso de ingreso y pago de facturas se elimine el plazo de 30 días que en la actualidad manejan en los contratos, es decir, se limita al proveedor a ingresar la factura 30 días posteriores como máximo desde el momento en el que se realiza la cirugía, sin embargo, el armado del set de ingreso de facturas para su revisión consta de documentación proveniente de terceros, principalmente médicos los cuales no siempre están disponibles para proporcionar dicha documentación en tiempo y forma. Se acepta?
R	FAVOR DE APEGARSE A BASES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PUNTO 19. FORMA DE PAGO QUE A LA LETRA ESTABLECE QUE SON 35 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES.

PERSONA FÍSICA O JURÍDICA:

PROVEEDORA DE MATERIAL QUIRURGICO, S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL:

CARMEN OROZCO PEARSON

18	PUNTO 19 INCISO E PARRAFO 2 DESCRIPCIÓN EL "PROVEEDOR" DEBERÁ DE PRESENTAR LA FACTURA PARA SU COBRO DENTRO DE LOS 35 TREINTA Y CINCO DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA SOLICITADOS POR EL "IPEJAL". PREGUNTA: DEBEMOS DE ENTENDER QUE SI NO SE PRESENTA FACTURA EN EL PERIODO INDICADO SERÁ RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, ESTO SI TENER ALGUNA PENALIZACIÓN DE INCUMPLIMIENTO QUE MENCIONAN EN EL PUNTO 21.1 ES ESTO CORRECTO
R	ES CORRECTA SU APRECIACION
19	PUNTO 19 INCISO B DESCRIPCIÓN REPORTE MÉDICO ELABORADO POR EL MÉDICO ESPECIALISTA QUE HAYA REALIZADO LA CIRUGÍA. PREGUNTA: FAVOR DE ACLARAR A QUE SE REFIERE CON REPORTE MEDICO E INDICAR EL TIEMPO QUE TENEMOS PARA RECABAR DICHA INFORMACIÓN Y SABER SI HAY PENALIZACIÓN.
R	EL REPORTE MEDICO ES EL REPORTE MÉDICO QUIRURGICO, DONDE SE INDICA EL MATERIAL QUE REQUIRIO Y USO EL ESPECIALISTA, Y DEBER IR ANEXO A LA FACTURA POR LO QUE EL TIEMPO ES 35 DIAS HABLES COMO LO MARCAN LAS BASES, PARA ESTE PUNTO NO HAY PENALIZACION. SE CAMBIARÁ EL PROCESO, REALIZANDO ORIGINAL Y COPIA DEL REPORTE MÉDICO QUIRURGICO, ENTREGANDO LA COPIA EN QUIROFANO AL PROVEEDOR.

20	<p>PUNTO 9.2 INCISO M</p> <p>DESCRIPCIÓN COPIAS DE LOS REGISTROS SANITARIOS DE CADA CLAVE Y SEÑALAR CON MARCA TEXTOS LAS DESCRIPCIONES PARA CADA CLAVE</p> <p>PREGUNTA: LE SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE PRESENTAR REGISTROS SANITARIO POR FAMILIA Y NO POR CLAVE SE ACEPTA</p>
R	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.
21	<p>PUNTO 9.2 INCISO N</p> <p>DESCRIPCIÓN CATÁLOGOS Y/O FOLLETOS, EN QUE PUEDAN IDENTIFICARSE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS POR CLAVE Y SEÑALAR CON MARCA TEXTOS LAS DESCRIPCIONES PARA CADA CLAVE.</p> <p>PREGUNTA: LE SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE EL PRESENTAR CATÁLOGOS POR FAMILIA Y NO POR CLAVE SE ACEPTA?</p>
R	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.
22	<p>PUNTO 9.3 INCISO B</p> <p>DESCRIPCIÓN PROPUESTA ECONÓMICA CONFORME AL ANEXO 6 EN MEDIOS MAGNÉTICOS, DEBIENDO SER USB, CON ETIQUETA QUE SEÑALE EL NOMBRE DEL "LICITANTE" Y DEL ARCHIVO QUE INCLUYE. EL DISPOSITIVO QUEDARÁ EN RESGUARDO DE LA "UCC".</p> <p>PREGUNTA: LE SOLICITO RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE EL PRESENTAR LA PROPUESTA ECONÓMICA EN CD SE ACEPTA</p>
R	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.
23	<p>ANEXO 1 CLAVE 4</p> <p>DESCRIPCIÓN PRÓTESIS TOTAL DE RODILLA DE REVISIÓN ESTABILIZADA, ANATÓMICA Y MODULAR, CON ESTABILIZADOR POSTERIOR, CONSTREÑIDA Y QUE PERMITA UN RANGO DE FLEXIÓN DE MÁS DE 120 GRADOS, QUE CONSTA DE: COMPONENTE FEMORAL IZQUIERDO Y DERECHO EN MEDIDAS 1 - 2 - 3 - 4 Y 5 QUE RECIBA TALLOS DE EXTENSIÓN Y AUMENTOS POSTERIORES Y DISTALES, AUMENTOS FEMORALES POSTERIORES Y DISTALES CON TORNILLO DE FIJACIÓN AL COMPONENTE FEMORAL EN MEDIDAS 5 Y 10 MM, BASE TIBIAL CON QUILLA EN DELTA DE ALEACIÓN DE TITANIO QUE RECIBA TALLOS DE EXTENSIÓN Y AUMENTOS MEDIALES, LATERALES Y COMPLETOS EN MEDIDAS 1, 2, 3, 4, 5, AUMENTOS MEDIALES, LATERALES Y COMPLETOS CON TORNILLO DE FIJACIÓN AL COMPONENTE TIBIAL EN MEDIDAS 5, 10, 15 Y 20 MM, TALLOS DE EXTENSIÓN</p>

	<p>FEMORAL Y TIBIAL RECTOS Y EXCÉNTRICOS (OFFSET) EN MEDIDAS DE 100 Y 200 MM DE LONGITUD Y DIÁMETROS DE 10 A 18MM, INSERTO TIBIAL DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ACERO EN MEDIDAS 10, 12, 14, 17 Y 20 MM DE ESPESOR, ROTULA DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD CON TRES TETONES PARA FIJACIÓN EN MEDIDAS PEQUEÑA, MEDIANA, GRANDE Y EXTRAGRANDE, DOSIS DE CEMENTO PARA HUESO DE 40 CC QUE RESULTE NECESARIA, EQUIPO DE LAVADO PULSÁTIL Y CEMENTACIÓN AL VACÍO DE TERCERA GENERACIÓN. INCLUYE INSTRUMENTAL PARA SU COLOCACIÓN CON PRUEBAS, INSTRUMENTAL ESPECIALIZADO PARA RODILLA DE REVISIÓN, ASÍ COMO EQUIPO DE ISQUEMIA, EQUIPO DE CORTE Y PERFORACIÓN, POSICIONADOR DE RODILLA, ASÍ COMO INSTRUMENTAL DE APOYO DE TRAUMATOLOGÍA.</p> <p>PREGUNTA: LE SOLICITO RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE PARA TENER LIBRE PARTICIPACIÓN EN ESTA CLAVE PERMITA OFERTAR 5 MEDIDAS DIFERENTES BÁSICAS DE LOS COMPONENTES FEMORALES COTIZANDO IZQUIERDO O DERECHO. SE ACEPTA</p>
R	SE ACEPTA SU PROPUESTA
24	<p>ANEXO 1 CLAVE 4</p> <p>DESCRIPCIÓN PRÓTESIS TOTAL DE RODILLA DE REVISIÓN ESTABILIZADA, ANATÓMICA Y MODULAR, CON ESTABILIZADOR POSTERIOR, CONSTREÑIDA Y QUE PERMITA UN RANGO DE FLEXIÓN DE MÁS DE 120 GRADOS, QUE CONSTA DE: COMPONENTE FEMORAL IZQUIERDO Y DERECHO EN MEDIDAS 1 - 2 - 3 - 4 Y 5 QUE RECIBA TALLOS DE EXTENSIÓN Y AUMENTOS POSTERIORES Y DISTALES, AUMENTOS FEMORALES POSTERIORES Y DISTALES CON TORNILLO DE FIJACIÓN AL COMPONENTE FEMORAL EN MEDIDAS 5 Y 10 MM, BASE TIBIAL CON QUILLA EN DELTA DE ALEACIÓN DE TITANIO QUE RECIBA TALLOS DE EXTENSIÓN Y AUMENTOS MEDIALES, LATERALES Y COMPLETOS EN MEDIDAS 1, 2, 3, 4, 5, AUMENTOS MEDIALES, LATERALES Y COMPLETOS CON TORNILLO DE FIJACIÓN AL COMPONENTE TIBIAL EN MEDIDAS 5, 10, 15 Y 20 MM, TALLOS DE EXTENSIÓN FEMORAL Y TIBIAL RECTOS Y EXCÉNTRICOS (OFFSET) EN MEDIDAS DE 100 Y 200 MM DE LONGITUD Y DIÁMETROS DE 10 A 18MM, INSERTO TIBIAL DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ACERO EN MEDIDAS 10, 12, 14, 17 Y 20 MM DE ESPESOR, ROTULA DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD CON TRES TETONES PARA FIJACIÓN EN MEDIDAS PEQUEÑA, MEDIANA, GRANDE Y EXTRAGRANDE, DOSIS DE CEMENTO PARA HUESO DE 40 CC QUE RESULTE NECESARIA, EQUIPO DE LAVADO PULSÁTIL Y CEMENTACIÓN AL VACÍO DE TERCERA GENERACIÓN. INCLUYE INSTRUMENTAL PARA SU COLOCACIÓN CON PRUEBAS, INSTRUMENTAL ESPECIALIZADO PARA RODILLA DE REVISIÓN, ASÍ COMO EQUIPO DE ISQUEMIA, EQUIPO DE CORTE Y PERFORACIÓN, POSICIONADOR DE RODILLA, ASÍ COMO INSTRUMENTAL DE APOYO DE TRAUMATOLOGÍA.</p> <p>PREGUNTA: LE SOLICITO RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE PARA TENER LIBRE PARTICIPACIÓN EN ESTA CLAVE PERMITA OFERTAR 6 MEDIDAS DIFERENTES EN CON MEDIDAS BÁSICAS DE LA BASE TIBIAL CON QUILLA EN DELTA DE ALEACIÓN DE TITANIO QUE RECIBA TALLOS DE EXTENSIÓN Y AUMENTOS SE ACEPTA</p>
R	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.
25	<p>ANEXO 1 CLAVE 4</p> <p>DESCRIPCIÓN PRÓTESIS TOTAL DE RODILLA DE REVISIÓN ESTABILIZADA, ANATÓMICA Y MODULAR, CON ESTABILIZADOR POSTERIOR, CONSTREÑIDA Y QUE PERMITA UN RANGO DE FLEXIÓN DE MÁS DE 120 GRADOS, QUE CONSTA DE: COMPONENTE FEMORAL IZQUIERDO Y DERECHO EN MEDIDAS 1 - 2 - 3 - 4 Y 5 QUE RECIBA TALLOS DE EXTENSIÓN Y AUMENTOS POSTERIORES Y</p>

	<p>DISTALES, AUMENTOS FEMORALES POSTERIORES Y DISTALES CON TORNILLO DE FIJACIÓN AL COMPONENTE FEMORAL EN MEDIDAS 5 Y 10 MM, BASE TIBIAL CON QUILLA EN DELTA DE ALEACIÓN DE TITANIO QUE RECIBA TALLOS DE EXTENSIÓN Y AUMENTOS MEDIALES, LATERALES Y COMPLETOS EN MEDIDAS 1, 2, 3, 4, 5, AUMENTOS MEDIALES, LATERALES Y COMPLETOS CON TORNILLO DE FIJACIÓN AL COMPONENTE TIBIAL EN MEDIDAS 5, 10, 15 Y 20 MM, TALLOS DE EXTENSIÓN FEMORAL Y TIBIAL RECTOS Y EXCÉNTRICOS (OFFSET) EN MEDIDAS DE 100 Y 200 MM DE LONGITUD Y DIÁMETROS DE 10 A 18MM, INSERTO TIBIAL DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD CON ALMA DE ACERO EN MEDIDAS 10, 12, 14, 17 Y 20 MM DE ESPESOR, ROTULA DE POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDAD CON TRES TETONES PARA FIJACIÓN EN MEDIDAS PEQUEÑA, MEDIANA, GRANDE Y EXTRAGRANDE, DOSIS DE CEMENTO PARA HUESO DE 40 CC QUE RESULTE NECESARIA, EQUIPO DE LAVADO PULSÁTIL Y CEMENTACIÓN AL VACÍO DE TERCERA GENERACIÓN. INCLUYE INSTRUMENTAL PARA SU COLOCACIÓN CON PRUEBAS, INSTRUMENTAL ESPECIALIZADO PARA RODILLA DE REVISIÓN, ASÍ COMO EQUIPO DE ISQUEMIA, EQUIPO DE CORTE Y PERFORACIÓN, POSICIONADOR DE RODILLA, ASÍ COMO INSTRUMENTAL DE APOYO DE TRAUMATOLOGÍA.</p> <p>PREGUNTA: LE SOLICITO RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA COTIZAR LA LONGITUD DE EXTENSIÓN FEMORAL Y SEA TOMADA LA MEDIDA CON LA QUILLA SE ACEPTA</p>
R	SE ACEPTA SU PROPUESTA
26	<p>ANEXO 1 CLAVE 13</p> <p>DESCRIPCIÓN ARTROPLASTIA TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA, VÁSTAGO FEMORAL AUTOBLOQUEANTE DE 135 GRADOS NO CEMENTADO CON RECUBRIMIENTO DE ALEACIÓN DE TITANIO DE MEDIDAS 5 AL 20 MM, CABEZA FEMORAL DE 28 Y 32 MM CUELLO CHICO, MEDIANO Y GRANDE. INSERTO DE POLIETILENO DE DOBLE ENLACES CRUZADOS CON CEJA DE 10 GRADOS, COPA ACETABULAR ATORNILLADA MULTIPERFORADA CON RECUBRIMIENTO DE TITANIO COMPATIBLE CON INSERTO DE 22, 28 Y 32 MM, AUTORROSCANTES DE TITANIO DE 6.5 MM X 15, 20, 25, 30, 35 Y 40 MM QUE SE REQUIERAN. INSTRUMENTAL DE COLOCACIÓN CON PRUEBAS Y EQUIPO DE RIMADO Y FRESADO, ASÍ COMO EQUIPO DE CORTE Y PERFORACIÓN, BASE PARA POSICIONADOR DE CADERA MÁS INSTRUMENTAL DE APOYO DE ORTOPEDIA.</p> <p>PREGUNTA: LE SOLICITO RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE EL OFERTAR SEGÚN LAS ESTADÍSTICAS LAS MEDIDAS BÁSICAS DE LOS VÁSTAGOS DE 7.5 A 17.5 MM SE ACEPTA</p>
R	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.
27	<p>ANEXO 1 CLAVE 14</p> <p>DESCRIPCIÓN ARTROPLASTIA TOTAL DE CADERA HÍBRIDA, VÁSTAGO FEMORAL AUTOBLOQUEANTE DE 135 GRADOS, CEMENTADO DE MEDIDAS 6.5 A 20 MM, PAQUETE DE CEMENTO ÓSEO, CABEZA FEMORAL DE 28 Y 32 MM CUELLO CHICO, MEDIANO Y GRANDE. INSERTO DE POLIETILENO DE DOBLE ENLACES CRUZADOS CON CEJA DE 10 GRADOS, COPA ACETABULAR ATORNILLADA CON RECUBRIMIENTO DE TITANIO Y/O HIDROXIAPATITA COMPATIBLE CON INSERTO DE 28 Y 32 MM, TORNILLOS AUTORROSCANTES DE TITANIO DE 6.5 MM X 15, 20, 25, 30, 35 Y 40 MM QUE SE REQUIERAN, EQUIPO DE LAVADO PULSÁTIL, CEMENTADO AL VACÍO DE TERCERA GENERACIÓN Y EQUIPO DE PREPARACIÓN PARA CEMENTADO FEMORAL. DEBE INCLUIR SET COMPLETO DE INSTRUMENTAL ESPECÍFICO PARA SU COLOCACIÓN Y SET DE APOYO MÁS CORTE Y PERFORACIÓN.</p>

	<p>PREGUNTA: LE SOLICITO RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE EL OFERTAR SEGÚN LAS ESTADÍSTICAS LAS MEDIDAS BÁSICAS DE LOS VÁSTAGOS DE 7.5 A 17.5 MM SE ACEPTA</p>
R	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES.
28	<p>ANEXO 1 CLAVE 14</p> <p>DESCRIPCIÓN ARTROPLASTIA TOTAL DE CADERA HÍBRIDA, VÁSTAGO FEMORAL AUTOBLOQUEANTE DE 135 GRADOS, CEMENTADO DE MEDIDAS 6.5 A 20 MM, PAQUETE DE CEMENTO ÓSEO, CABEZA FEMORAL DE 28 Y 32 MM CUELLO CHICO, MEDIANO Y GRANDE. INSERTO DE POLIETILENO DE DOBLE ENLACES CRUZADOS CON CEJA DE 10 GRADOS, COPA ACETABULAR ATORNILLADA CON RECUBRIMIENTO DE TITANIO Y/O HIDROXIAPATITA COMPATIBLE CON INSERTO DE 28 Y 32 MM, TORNILLOS AUTORROSCANTES DE TITANIO DE 6.5 MM X 15, 20, 25, 30, 35 Y 40 MM QUE SE REQUIERAN, EQUIPO DE LAVADO PULSÁTIL, CEMENTADO AL VACÍO DE TERCERA GENERACIÓN Y EQUIPO DE PREPARACIÓN PARA CEMENTADO FEMORAL. DEBE INCLUIR SET COMPLETO DE INSTRUMENTAL ESPECÍFICO PARA SU COLOCACIÓN Y SET DE APOYO MÁS CORTE Y PERFORACIÓN.</p> <p>PREGUNTA: LE SOLICITO RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE AMPLIAR LA DESCRIPCIÓN DE LOS INSERTOS DE ENLACES CRUZADOS CON CEJA DE 10° FAVOR DE ACLARAR</p>
R	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES
29	<p>ANEXO 1 CLAVE 15</p> <p>DESCRIPCIÓN PRÓTESIS TOTAL DE CADERA DE REVISIÓN, VÁSTAGO FEMORAL LARGO DE REVISIÓN SISTEMA ANTIROTACIONAL Y ÁNGULO CERVICO-DIAFISIARIO DE 125, 130 Ó 135 GRADOS, NO CEMENTADO CON RECUBRIMIENTO OSTEOINTEGRADOR EN ALEACION DE TITANIO O CROMO COBALTO, CONO 12/14 DE DIÁMETROS DESDE 10.5 HASTA 19.5 MM Y LONGITUDES DESDE 152 HASTA 254 MM O MEDIDAS EQUIVALENTES. CABEZA FEMORAL METALICA DE 28, 32 Y 36 MM Y LONGITUD DE CUELLOS CHICO, MEDIANO, GRANDE, EXTRAGRANDE Y EXTRA-EXTRAGRANDE O MEDIDAS EQUIVALENTES EN CONO 12/14. INSERTO DE DOBLE ENLACES CRUZADOS CON CEJA DE 10 GRADOS. COPA ACETABULAR ATORNILLADA MULTIPERFORADA CON RECUBRIMIENTO OSTEOINTEGRADOR COMPATIBLE CON INSERTO DE 28, 32 Y 36 MM CON DIÁMETRO EXTERNO DESDE 44 HASTA 66 MM; INCLUYE LOS TORNILLOS AUTORROSCANTES DE TITANIO DE 6.5 MM X 15, 20, 25, 30, 35, 40 Y 45 MM O MEDIDAS EQUIVALENTES QUE SE REQUIERAN. INSTRUMENTAL DE COLOCACIÓN CON PRUEBAS Y EQUIPO DE RIMADO Y FRESADO ASÍ COMO EQUIPO DE CORTE Y PERFORACIÓN, BASE PARA POSICIONADOR DE CADERA. INCLUYE CEMENTO NECESARIO DE TERCERA GENERACIÓN, MÁS INSTRUMENTAL DE APOYO DE ORTOPEDIA.</p> <p>PREGUNTA: LE SOLICITO RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE SEGÚN ESTADÍSTICAS DE UNA CADERA DE REVISIÓN LOS DIÁMETROS DEBEN DE SER MÁS AMPLIOS PROONGO UN DIÁMETRO DE 14MM A 22MM SE ACEPTA</p>
R	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES
30	ANEXO 1 CLAVE 15

	<p>DESCRIPCIÓN PRÓTESIS TOTAL DE CADERA DE REVISIÓN, VÁSTAGO FEMORAL LARGO DE REVISIÓN SISTEMA ANTIROTACIONAL Y ÁNGULO CERVICO-DIAFISIARIO DE 125, 130 Ó 135 GRADOS, NO CEMENTADO CON RECUBRIMIENTO OSTEOINTEGRADOR EN ALEACION DE TITANIO O CROMO COBALTO, CONO 12/14 DE DIÁMETROS DESDE 10.5 HASTA 19.5 MM Y LONGITUDES DESDE 152 HASTA 254 MM O MEDIDAS EQUIVALENTES. CABEZA FEMORAL METALICA DE 28, 32 Y 36 MM Y LONGITUD DE CUELLOS CHICO, MEDIANO, GRANDE, EXTRAGRANDE Y EXTRA-EXTRAGRANDE O MEDIDAS EQUIVALENTES EN CONO 12/14. INSERTO DE DOBLE ENLACES CRUZADOS CON CEJA DE 10 GRADOS. COPA ACETABULAR ATORNILLADA MULTIPERFORADA CON RECUBRIMIENTO OSTEOINTEGRADOR COMPATIBLE CON INSERTO DE 28, 32 Y 36 MM CON DIÁMETRO EXTERNO DESDE 44 HASTA 66 MM; INCLUYE LOS TORNILLOS AUTORROSCANTES DE TITANIO DE 6.5 MM X 15, 20, 25, 30, 35, 40 Y 45 MM O MEDIDAS EQUIVALENTES QUE SE REQUIERAN. INSTRUMENTAL DE COLOCACIÓN CON PRUEBAS Y EQUIPO DE RIMADO Y FRESADO ASÍ COMO EQUIPO DE CORTE Y PERFORACIÓN, BASE PARA POSICIONADOR DE CADERA. INCLUYE CEMENTO NECESARIO DE TERCERA GENERACIÓN, MÁS INSTRUMENTAL DE APOYO DE ORTOPEdia.</p> <p>PREGUNTA: LE SOLICITO RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE FAVOR DE SER MÁS ESPECÍFICOS EN LA LONGITUD DE LOS CUELLOS YA QUE PUEDE VARIAR EN TODAS LAS MARCAS FAVOR DE ACLARAR</p>
R	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES
31	<p>ANEXO 1 CLAVE 15</p> <p>DESCRIPCIÓN PRÓTESIS TOTAL DE CADERA DE REVISIÓN, VÁSTAGO FEMORAL LARGO DE REVISIÓN SISTEMA ANTIROTACIONAL Y ÁNGULO CERVICO-DIAFISIARIO DE 125, 130 Ó 135 GRADOS, NO CEMENTADO CON RECUBRIMIENTO OSTEOINTEGRADOR EN ALEACION DE TITANIO O CROMO COBALTO, CONO 12/14 DE DIÁMETROS DESDE 10.5 HASTA 19.5 MM Y LONGITUDES DESDE 152 HASTA 254 MM O MEDIDAS EQUIVALENTES. CABEZA FEMORAL METALICA DE 28, 32 Y 36 MM Y LONGITUD DE CUELLOS CHICO, MEDIANO, GRANDE, EXTRAGRANDE Y EXTRA-EXTRAGRANDE O MEDIDAS EQUIVALENTES EN CONO 12/14. INSERTO DE DOBLE ENLACES CRUZADOS CON CEJA DE 10 GRADOS. COPA ACETABULAR ATORNILLADA MULTIPERFORADA CON RECUBRIMIENTO OSTEOINTEGRADOR COMPATIBLE CON INSERTO DE 28, 32 Y 36 MM CON DIÁMETRO EXTERNO DESDE 44 HASTA 66 MM; INCLUYE LOS TORNILLOS AUTORROSCANTES DE TITANIO DE 6.5 MM X 15, 20, 25, 30, 35, 40 Y 45 MM O MEDIDAS EQUIVALENTES QUE SE REQUIERAN. INSTRUMENTAL DE COLOCACIÓN CON PRUEBAS Y EQUIPO DE RIMADO Y FRESADO ASÍ COMO EQUIPO DE CORTE Y PERFORACIÓN, BASE PARA POSICIONADOR DE CADERA. INCLUYE CEMENTO NECESARIO DE TERCERA GENERACIÓN, MÁS INSTRUMENTAL DE APOYO DE ORTOPEdia.</p> <p>PREGUNTA: LE SOLICITO RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE PARA TENER LIBRE PARTICIPACIÓN Y SEGÚN ESTADÍSTICAS LOS INSERTOS DE DOBLE ENLACE CRUZADO SU DIÁMETRO EXTERNO ABARCA DE 42 A 60 MM ES ESTO CORRECTO</p>
R	NO SE ACEPTA, FAVOR DE APEGARSE A BASES
32	<p>ANEXO 1 CLAVE 13, 14 Y 15</p> <p>DESCRIPCIÓN ARTROPLASTIA TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA, ARTROPLASTIA TOTAL DE CADERA HIBRIDA Y PRÓTESIS TOTAL DE CADERA DE REVISIÓN.</p> <p>PREGUNTA:</p>

	LE SOLICITO RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE EN CASO DE SER NEGATIVA A LA RESPUESTA DE MIS PREGUNTAS ANTERIORES AMPLIAR LAS DESCRIPCIONES DE ESTAS MISMAS CLAVES SIN ESTAR FAVORECIDAS PARA NINGÚN PROVEEDOR FAVOR DE ACLARAR
R	SE PIDE LO QUE ES MAS COMUN Y NO SE ESPECIFICAN CARACTERISTICAS DE CIERTA PROTESIS SINO CARACTERISTICAS EN GENERAL Y MEDIDAS UNIVERSALES

PERSONA FÍSICA O JURÍDICA: GDL ORTHOPEDIC, S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL: BERTHA SOLEDAD FRAGUA HUERTA

33	PUNTO 19 CLAVE INCISO B DESCRIPCIÓN El Formato múltiple original debidamente requisitado por el médico solicitante, autorizado por el Coordinador de Hospitalizaciones y firmado de conformidad por el paciente o familiar responsable. PREGUNTA: Solicitamos respetuosamente a la convocante el apoyo para agilizar el trámite del formato múltiple por el medico responsable de la cirugía, para evitar sanciones por no entregar en tiempo las facturas.
R	EL REPORTE MEDICO ES EL REPORTE MÉDICO QUIRURGICO, DONDE SE INDICA EL MATERIAL QUE REQUIRIO Y USO EL ESPECIALISTA, Y DEBER IR ANEXO A LA FACTURA POR LO QUE EL TIEMPO ES 35 DIAS HABILES COMO LO MARCAN LAS BASES, PARA ESTE PUNTO NO HAY PENALIZACION. SE CAMBIARÁ EL PROCESO, REALIZANDO ORIGINAL Y COPIA DEL REPORTE MÉDICO QUIRURGICO, ENTREGANDO LA COPIA EN QUIROFANO AL PROVEEDOR.
34	PUNTO 19 CLAVE INCISO B DESCRIPCIÓN Reporte médico elaborado por el médico especialista que haya realizado la cirugía. PREGUNTA: Solicitamos respetuosamente a la convocante el apoyo para agilizar el trámite del reporte médico por el medico responsable de la cirugía, para evitar sanciones por no entregar en tiempo las facturas.
R	EL REPORTE MEDICO ES EL REPORTE MÉDICO QUIRURGICO, DONDE SE INDICA EL MATERIAL QUE REQUIRIO Y USO EL ESPECIALISTA, Y DEBER IR ANEXO A LA FACTURA POR LO QUE EL TIEMPO ES 35 DIAS HABILES COMO LO MARCAN LAS BASES, PARA ESTE PUNTO NO HAY PENALIZACION. SE CAMBIARÁ EL PROCESO, REALIZANDO ORIGINAL Y COPIA DEL REPORTE MÉDICO QUIRURGICO, ENTREGANDO LA COPIA EN QUIROFANO AL PROVEEDOR.

Se reitera sobre el cuidado del llenado de todos los anexos y demás documentos **COMPLETOS Y LEGIBLES** requeridos.

Asimismo, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se realizan las siguientes modificaciones a las bases de la licitación:

1. Se modifica el punto **9.2. DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA**, inciso d) de las para quedar de la siguiente manera:

d) **Copia simple legible del Acta Constitutiva y sus modificaciones, para el caso de personas jurídicas, acompañando de igual manera copia simple de la boleta registral de las mismas.**

Entendiendo de tal manera que se modifica la redacción respecto a este inciso en el Índice de la propuesta técnica.

-
2. Se modifica el punto **9.2. DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA**, inciso o) de las para quedar de la siguiente manera:

o) **Copia simple de la Escritura Pública mediante la cual se otorgue poder del firmante de las propuestas, acompañando de igual manera copia simple de la boleta registral de la misma.**

Entendiendo de tal manera que se modifica la redacción respecto a este inciso en el Índice de la propuesta técnica.

-
3. Se modifica el **ANEXO 8 DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y NO COLUSIÓN**, para quedar de la siguiente manera:
A N E X O 8

MANIFIESTO DE VINCULOS Y RELACIONES Y LA DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y NO COLUSIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL
IPEJAL-DAS-CA-LPL-014/2018

"ADQUISICIÓN A CONSUMO DE MATERIAL DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA 2018"

De conformidad con el artículo 59 numeral 1 fracción IX de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipio, los artículos 183 y 187 de su Reglamento así como los artículos 28, 37 y 39 del Protocolo de Actuación de los Servidores Públicos en Materia de Contrataciones Públicas, referentes a las Reglas de Contacto, al Sistema de Registro de Servidores Públicos y al Sistema de Manifiestos de Vínculos y Relaciones y de Declaraciones de Integridad y No Colusión.

Yo _____ (NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL O LICITANTE) _____ (PUESTO O CARGO QUE DESEMPEÑA EN LA EMPRESA) _____ (NOMBRE DE LA EMPRESA), en mi

carácter de _____ (CARÁCTER CON EL QUE COMPARECE) _____ (si es persona jurídica deberá de señalar el nombre su representada, así como:

NOMBRE DE LOS SOCIOS: _____

NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS: _____

NOMBRE DE LOS ADMINISTRADORES CON MÁS DEL 50% DE ACCIONES: _____

NOMBRE DEL GERENTE: _____

NOMBRE DE GERENTE GENERAL: _____

NOMBRE DE GERENTE ESPECIAL: _____

NOMBRE DE MANDATARIO: _____

NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO: _____, comparezco a realizar la Declaración de Integridad y No Colusión, como requisito que debe de cumplirse dentro de la Licitación Pública Local IPEJAL-DAS-CA-LPL-014/2018 "ADQUISICIÓN A CONSUMO DE MATERIAL DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA 2018".

Por tal motivo, manifiesto en pleno goce de mis derechos y bajo protesta de decir verdad que mi representada, los socios que la conforman y el personal que en ella labora, nos abstendremos de adoptar conductas que induzcan a los servidores públicos de la "CONVOCANTE" a alterar las evaluaciones técnicas y económicas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás "LICITANTES".

Asimismo, manifiesto que mi representada no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y 7 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos

(NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL)

GUADALAJARA, JAL; XXX DE XXX DE 2018

4. Derivado de la modificación al anexo 8, se modifica el punto 9.2. **DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA**, inciso j) de las para quedar de la siguiente manera:

j) **MANIFIESTO DE VINCULOS Y RELACIONES Y LA DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y NO COLUSIÓN**, conforme al Anexo 8.


Entendiendo de tal manera que se modifica la redacción respecto a este inciso en el Índice de la propuesta técnica.

El presente proceso licitatorio esta regulado bajo las reglas señaladas en las "Normas complementarias referentes a las reglas de contacto, al sistema de registro de Servidores Públicos y al sistema de manifiestos de vínculos,

Recibi copia de acta del junta actoratoia.

23/08/2018.

Alqandra Senchez Cacerubias







A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned over a horizontal line.

Molaw Medical
Group S A de C. U.

relaciones y de declaraciones de integridad y no colusión" emitidas por la Contraloría del Estado de Jalisco y Publicadas el 27 de enero de 2018 en el periódico oficial El Estado de Jalisco.

Por otro lado, serán sujetos de Responsabilidad Administrativa y penal, los **LICITANTES, LOS PARTICULARES Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS** que intervengan en cualquier etapa del procedimiento de adjudicación, que incurran en cualquiera de las conductas señaladas en los artículos 70, 72, 73 o cualquier otra de las referidas en los Capítulos III y IV de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como las que competan en materia penal. Le serán aplicadas las sanciones señaladas en los artículos 75, 78 y 81 del mismo ordenamiento, en los términos del artículo 46 de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco.

Se da por terminado el acto de Junta Aclaratoria a las **11:30 horas**, firmando los que intervinieron y quisieron hacerlo.

C. OLGA ROCIO PINTO ALVAREZ REPRESENTANTE DEL LICITANTE GALLARDO MEDICAL, S.A. DE C.V.	
C. VERONICA PARTIDA RINCÓN REPRESENTANTE DEL LICITANTE PROVEEDORA DE MATERIAL QUIRÚRGICO, S.A. DE C.V.	
C. BERTHA SOLEDAD FRAGUA HUERTA REPRESENTANTE DEL LICITANTE GDL ORTHOPEDIC, S.A. DE C.V.	
C. SELENE SALINAS DE LA CRUZ REPRESENTANTE DEL LICITANTE EXORTA, S. DE R.L. DE C.V.	
C. LUIS FERNANDO FERNÁNDEZ MORALES REPRESENTANTE DEL LICITANTE AVANCE ORTOPEDICO, S. DE R.L. DE C.V.	
C. ALEJANDRA GUADALUPE SANCHEZ COVARRUBIAS REPRESENTANTE DEL LICITANTE MOLAISON MEDICAL GROUP DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	

Recibi copia de acta aclaratoria
Luis Fernando Fernandez M








23-Ago-18




Recibi copia de acta aclaratoria

Bertha Soledad Traguera Huerta


23 Agosto 2018

C. ROSA AURORA SOLIS MARTINEZ REPRESENTANTE DEL LICITANTE BIOMEDICAL GLOBE, S.A. DE C.V.	
LIC. MARIO GÓMEZ VALDES JEFE DE RECURSOS MATERIALES Y DE SERVICIOS (TITULAR DE LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS)	
MTRA. GLORIA ELIZABETH GUERRA MACÍAS JEFA DE PROCESOS NORMATIVOS Y RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA	
DR. GERMAN GUILLERMO LOPEZ GUILLEN COORDINADOR DE SERVICIOS MÉDICOS SUBROGADOS	
C. MARIA DE LA LUZ ALDAZ ZAMORA COORDINADOR DE CONTABILIDAD, VIGENCIAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS	
C. EVA ELIZABETH MORENO FLORES ANALISTA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS	
FRANCISCO JAVIER CASTILLO SANCHEZ MÉDICO ORTOPEDISTA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS	

Esta hoja forma parte del Acta de la Junta Aclaratoria de la Licitación Publica Local **IPEJAL-DAS-CA-LPL-014/2018** "ADQUISICIÓN A CONSUMO DE MATERIAL DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA 2018", celebrada el día 23 veintitrés de agosto de 2018.



Recibi copia de Acta ^{de Junta} Aclaratoria Rosa Aurora Solis Martinez 23/08/18
~~23/08/18~~

Recibi copia de junta de Aclaracione Veronica Patricia Rincón 23/08/18

Recibi copia de la Junta de Aclaraciones.
Olga Rocio Pinto Alvarez. Olga 23 Agosto 2018

Recibi copia de la Junta de aclaratoria
Solene Salinas 23/AGOSTO/2018

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
REGISTRO DE ASISTENCIA DE PARTICIPANTES
JUNTA ACLARATORIA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL
IPEJAL-DAS-CA-LPL-014/2018
"ADQUISICIÓN A CONSUMO DE MATERIAL DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA 2018"

23 de agosto de 2018









10:00 horas

HORA

RAZÓN SOCIAL

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

FIRMA

1	10:00	Gallardo Medical, S.A. de C.V.	Olga Rocio Pinto Alvarez	
2	10:00	Provedora de Material Quirúrgico, S.A. de C.V.	Veronica Patricia Rincon	
3	10:00	GDL Orthopedic, S.A. de C.V.	Bertha Soledad Frayga Huerta	
4	10:00	EXORSA, S. de R.L. de C.V.	Selene Salinas de la Cruz	
5	10:00	Avance Ortopédico, S. de R.L. de C.V.	Luis Fernando Fernández Morales	
6	10:00	Melaison Medical Group de México, S.A. de C.V.	Alejandra Guadalupe Sanchez Contreras	
7	10:00	BioMedical Globe, S.A. de C.V.	Rosa Aurora Solis Martinez	
8				
9		lic. Mario Lopez X		
10		U.C.C.	lic. Alejandra Contreras	
11			Contraloría Interna	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

Anexo 8

c) Actas agregar registro
Poder