

ACTA DE JUNTA ACLARATORIA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL IPEJAL-DAS-CA-LPL-034/2019 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ANÁLISIS CLÍNICOS 2019"

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:35 (diez horas con treinta y cinco minutos) del día 17 (diesiete) de mayo del 2019 (dos mil diecinueve), se procedió a realizar la junta aclaratoria de la Licitación Pública Local IPEJAL-DAS-CA-LPL-034/2019 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ANÁLISIS CLÍNICOS 2019", ante la presencia de Eduardo Ruvalcaba Hernández, Director de Adquisiciones (Titular de la Unidad Centralizada de Compras), Valeria Hurtado Fernández, Abogado "A", de la Dirección de Responsabilidades de la Contraloría Interna, Carlo Edoardo Nuñez Morga, Asesor de la Coordinación de Servicios Médicos Subrogados de la Dirección General de Servicios Médicos (Área Requiriente) y Erika Alexandra Guzmán Navarro, Auxiliar de Compras de la Dirección de Adquisiciones.

Se contó con la asistencia de los siguientes interesados al acto:

LICITANTE	NOMBRE DEL REPRESENTANTE
DICIPA, S.A. DE C.V.	OSCAR SOLÍS ACOSTA
VE-GALAB, S.A. DE C.V.	GUADALUPE VALENZUELA MARTINEZ

Acto seguido, se procedió a dar lectura a las preguntas formuladas por los interesados, así como a las respuestas proporcionadas por la Dirección General de Servicios Médicos de acuerdo a lo siguiente:

PERSONA FÍSICA O JURÍDICA:

VE-GALAB, S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE DEL LICITANTE:

MIGUEL GARCIA FIGUEROA

1. En el Anexo 5 PROPUESTA TÉCNICA ¿el oferta y no oferta es por prueba o por toda la licitación?
R= Es por la cantidad total de paquete único ofertado.
2. En el Anexo 6 PROPUESTA ECONOMICA ¿se tiene que poner marca de los reactivos y presentación?
R= No es necesaria la marca, pero si la presentación del producto, la cual ya viene especificada en el Anexo 6.
3. En el punto 9.2. DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA, inciso b), dice que en caso de que el poder se encuentre inserto en el acta constitutiva favor de señalarlo con el numero de foja y por escrito. Mi pregunta es si, ¿tengo que ponerlo en un formato especial o como debe de redactarse?
R= En caso de que el poder venga inserto en el Acta Constitutiva, podrá adjuntar una hoja en formato libre en la cual especifique en que cláusula, párrafo o fracción se menciona el otorgamiento del poder.

PERSONA FÍSICA O JURÍDICA:

DICIPA, S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE DEL LICITANTE:

MARIA AZUCENA LIZARRAGA CASTRO

<p>4. ANEXO 1, ESPECIFICACIONES EQUIPO DE QUIMICA CLINICA TIPO 1 Punto 4. Solicitan Volumen de muestra de 1 – 35 microlitros. Solicitamos que se acepte un volumen de muestra de 5 a 11 microlitros, ya que este volumen es adecuado para realizar pruebas pediátricas y geriátricas.</p>
<p>R= Se acepta sin ser limitativo.</p>
<p>5. ANEXO 1, ESPECIFICACIONES EQUIPO DE QUIMICA CLINICA TIPO 1 Punto 5. Solicitan Capacidad mínima de muestras a bordo de 100. Solicitamos se acepte que la capacidad mínima de muestras a bordo sea de 40 con carga continua de muestras, con esto el instrumento puede cargar muestras en cualquier momento.</p>
<p>R= Se acepta sin ser limitativo.</p>
<p>6. ANEXO 1, ESPECIFICACIONES EQUIPO DE QUIMICA CLINICA TIPO 1 Punto 8. Solicitan Control de calidad con graficas de levey jennings y reglas de westgard. Solicitamos que el instrumento cuente con graficas de Levey-Jennings y/o reglas de Westgard, ya que con las graficas y/o las reglas se utilizan igualmente para llevar el control de calidad.</p>
<p>R= Se acepta siempre y cuando cuente con el control de calidad interno.</p>
<p>7. ANEXO 1, ESPECIFICACIONES EQUIPO DE QUIMICA CLINICA TIPO 1 Punto 9. Solicitan Almacenamiento mínimo de 10,000 resultados Solicitamos se acepte un almacenamiento de 5,000 resultados, ya que el instrumento con la interfase puede almacenar una cantidad mayor a 10,000 resultados.</p>
<p>R= Se acepta sin ser limitativo.</p>
<p>8. ANEXO 1, ESPECIFICACIONES EQUIPO DE QUIMICA CLINICA TIPO 1 Punto 10. Solicitan Reejecuciones automaticas o manual, repeticiones y reflejo automático. Solicitamos se acepte que el instrumento realice diluciones automaticas y diluciones manuales por el operador.</p>
<p>R= Se acepta sin ser limitativo.</p>



<p>9. ANEXO 1, ESPECIFICACIONES EQUIPO DE QUIMICA CLINICA TIPO 1 Punto 12. Solicitan que tenga la capacidad de procesar suero, plasma, orina, LCR, sangre total. Solicitamos se acepte que el instrumento tenga la capacidad de procesar suero, plasma, orina y otros liquidos organicos, ya que estos materiales son los que se manejan de rutina en quimica clinica.</p> <p>R= Se acepta sin ser limitativo.</p>
<p>10. ANEXO 1, ESPECIFICACIONES EQUIPO DE QUIMICA CLINICA TIPO 1 Punto 15. Solicitan Cubetas de reacción semidesechables Solicitamos se acepten instrumentos que no utilizan cubetas de reaccion semidesechables, y utilizan laminillas o slides donde se encuentra el reactivo y ahí se lleva a cabo la reaccion, con lo cual no se requiere de agua y tuberia de desechos.</p> <p>R= Se acepta sin ser limitativo.</p>
<p>11. ANEXO 1, ESPECIFICACIONES EQUIPO DE QUIMICA CLINICA TIPO 2 Punto 3. Solicitan Capacidad de procesar suero, plasma, orina y sangre total. Solicitamos que se acepte capacidad de procesar suero, plasma, orina y otros liquidos, ya que estos materiales son los que se usan de rutina en el laboratorio.</p> <p>R= Se acepta sin ser limitativo.</p>
<p>12. ANEXO 1, ESPECIFICACIONES EQUIPO DE QUIMICA CLINICA TIPO 2 Punto 5. Solicitan Unidad fotométrica con mínimo ocho longitudes de onda Solicitamos que se acepte que el instrumento ofrecido cuente con las longitudes de onda necesarias para la realizacion de las pruebas que se solicitan en la presente licitacion, ya que cada casa comercial fabrica sus reactivos de acuerdo a las longitudes de onda que maneja cada equipo.</p> <p>R= Se acepta sin ser limitativo, siempre y cuando realice las pruebas solicitadas.</p>
<p>13. ANEXO 1, ESPECIFICACIONES BIOMETRIA HEMATICA TIPO 1 Referencia: Ficha técnica de equipos, BIOMETRIA HEMATICA TIPO 1, Punto 1, 2 y 6 Pregunta: Las especificaciones en esta ficha técnica limitan la libre participación, solicitamos poder ofertar un equipo con 21 parámetros, diferencial en 5 partes y los siguientes parámetros: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, LY%, LY#, MO%, MO#, NE%, NE#, EO%, EO#, BA%, BA#, sin la determinación de granulocitos inmaduros.</p> <p>R= Se acepta sin ser limitativo.</p>



<p>14. _ANEXO 1, ESPECIFICACIONES BIOMETRIA HEMATICA TIPO 1 Referencia: Ficha técnica de equipos, BIOMETRIA HEMATICA TIPO 1, Punto 9 Pregunta: Las especificaciones en esta ficha técnica limitan la libre participación, solicitamos poder ofertar un equipo con proceso de muestra manual únicamente.</p> <p>R= Se acepta sin ser limitativo.</p>
<p>15. _ANEXO 1, ESPECIFICACIONES BIOMETRIA HEMATICA TIPO 2 Referencia: Ficha técnica de equipos, BIOMETRIA HEMATICA TIPO 2, Punto 3 Pregunta: Las especificaciones en esta ficha técnica limitan la libre participación, solicitamos poder ofertar un equipo con principio de medición de Impedancia y trazas de cianuro demostrando su inocuidad con su carta de seguridad (MSDS).</p> <p>R= Se acepta sin ser limitativo.</p>
<p>16. ANEXO 1, ESPECIFICACIONES BIOMETRIA HEMATICA TIPO 2 Referencia: Ficha técnica de equipos, BIOMETRIA HEMATICA TIPO 2, Punto 5 Pregunta: Las especificaciones en esta ficha técnica limitan la libre participación, solicitamos poder ofertar un equipo con memoria de 250 resultados, siendo que la interfaz almacena una cantidad enorme de resultados.</p> <p>R= Se acepta sin ser limitativo.</p>
<p>17. ANEXO 1, ESPECIFICACIONES BIOMETRIA HEMATICA TIPO 2 Referencia: Ficha técnica de equipos, BIOMETRIA HEMATICA TIPO 2, Punto 8 Pregunta: Las especificaciones en esta ficha técnica limitan la libre participación, solicitamos que esta especificación sea opcional ya que siendo un comodato no influye en el precio ni en la calidad de resultados.</p> <p>R= Se acepta sin ser limitativo.</p>
<p>18. ANEXO 1, ESPECIFICACIONES BIOMETRIA HEMATICA TIPO 2 Referencia: Ficha técnica de equipos, BIOMETRIA HEMATICA TIPO 2, Punto 9 Pregunta: Solicitamos poder ofertar un equipo con interfaz unidireccional.</p> <p>R= Se acepta sin ser limitativo.</p>
<p>19. _ANEXO 1, ESPECIFICACIONES COAGULACIÓN TIPO 1 Referencia: Ficha técnica de equipos, COAGULACIÓN TIPO 1, Punto 1 y 2 Pregunta: Solicitamos poder ofertar un equipo con capacidad de detección únicamente de pruebas Coagulométricas y detección Óptico mecánica, suficiente para el proceso de las pruebas solicitadas.</p> <p>R= Se acepta sin ser limitativo.</p>



<p>20. _ANEXO 1, ESPECIFICACIONES COAGULACIÓN TIPO 1 Referencia: Ficha técnica de equipos, COAGULACIÓN TIPO 1, Punto 6 Pregunta: Solicitamos poder ofertar un equipo con reporte de resultados sin rangos de referencia ni testigo.</p> <p>R= Se acepta sin ser limitativo.</p>
<p>21. _ANEXO 1, ESPECIFICACIONES LECTOR DE TIRAS DE ORINA TIPO 1 En relación al anexo 1 especificaciones lector de tiras de orina tipo 1 punto 1.-principio de medición: fotometría de reflexión. Semiautomatizado, solicitamos se acepte fotometría de reflectancia. Lo cual no afecta a la calidad de los resultados. ¿se acepta?</p> <p>R= Se acepta su propuesta, sin ser limitativo.</p>
<p>22. ANEXO 1, ESPECIFICACIONES LECTOR DE TIRAS DE ORINA TIPO 1 En relación al anexo 1 especificaciones lector de tiras de orina tipo 1 punto 3.-capacidad de procesamiento de muestra: mínimo 800 muestras por hora sin incubar o 300 en modo uno a uno. Al solicitar la convocante un equipo semiautomatizado la velocidad depende de la pericia del químico para ingresar la tira al instrumento. Por lo que con la finalidad de no limitar la libre participación solicitamos se acepte velocidad de 500 muestras por hora. ¿se acepta?</p> <p>R= Se acepta su propuesta, sin ser limitativo.</p>
<p>23. _ANEXO 1, ESPECIFICACIONES LECTOR DE TIRAS DE ORINA TIPO 1 En relación al anexo 1 especificaciones lector de tiras de orina tipo 1 punto 5.-capacidad hasta de 2,000 resultados en memoria. Solicitamos a la convocante acepte velocidad interna de 500 muestras e ilimitada una vez interfazado el equipo. ¿se acepta?</p> <p>R= Se acepta su propuesta, sin ser limitativo.</p>
<p>24. _ANEXO 1, ESPECIFICACIONES LECTOR DE TIRAS DE ORINA TIPO 1 En relación al anexo 1 especificaciones lector de tiras de orina tipo 1 punto 11.-calibración una vez al mes. Solicitamos se acepte calibración automática con una periodicidad de acuerdo a marca y modelo del equipo. ¿se acepta?</p> <p>R= Se acepta su propuesta, sin ser limitativo.</p>
<p>25. NUMERAL 7. LOS "PROVEEDORES" TENDRÁN LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES: INCISO f) El "PROVEEDOR" deberá: •Entregar los bienes en un plazo de 3 a máximo 5 días hábiles a partir de la recepción de la "Orden de Compra". Solicitamos a la convocante que para los equipos solicitados se otorgue un plazo de mínimo de 45 días para entrega, instalación y capacitación ¿se acepta?</p> <p>R= Se acepta su propuesta, a más tardar deberá entregar el equipamiento a los 45 días, respetando de 3 a 7 días hábiles la entrega de los insumos posterior a la orden de compra.</p>

26. NUMERAL 7. LOS "PROVEEDORES" TENDRÁN LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES:

INCISO f) El "PROVEEDOR" deberá:

- Para el caso de los reactivos de marcas IL y SYSMEX correspondiente a los analizadores ILAB-ARIES y SYSMEX XS-1000i el proveedor adjudicado deberá prestar mantenimiento correctivo y preventivo sin costo 2 veces (uno cada 6 meses) en los equipos de las Unidades Médicas durante el contrato en Pila Seca, Javier Mina y Federalismo.

Solicitamos a la convocante nos informe si los equipos y marcas mencionadas son propiedad de la institución.

R= Los equipos a los que hace referencia son propiedad del Instituto.

27. NUMERAL 7. LOS "PROVEEDORES" TENDRÁN LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES:

INCISO f) El "PROVEEDOR" deberá:

- Para el caso de los reactivos de marcas IL y SYSMEX correspondiente a los analizadores ILAB-ARIES y SYSMEX XS-1000i el proveedor adjudicado deberá prestar mantenimiento correctivo y preventivo sin costo 2 veces (uno cada 6 meses) en los equipos de las Unidades Médicas durante el contrato en Pila Seca, Javier Mina y Federalismo.

De ser afirmativa la respuesta anterior solicitamos se permita entregar equipos de similares características ya que lo contrario estaría limitando la libre participación ¿se acepta?

R= Se acepta su propuesta de entregar equipos de similares características para los equipos en préstamo, siempre y cuando cumpla con las funciones solicitadas.

28. NUMERAL 7. LOS "PROVEEDORES" TENDRÁN LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES:

INCISO f) El "PROVEEDOR" deberá:

- Para el caso de los reactivos de marcas IL y SYSMEX correspondiente a los analizadores ILAB-ARIES y SYSMEX XS-1000i el proveedor adjudicado deberá prestar mantenimiento correctivo y preventivo sin costo 2 veces (uno cada 6 meses) en los equipos de las Unidades Médicas durante el contrato en Pila Seca, Javier Mina y Federalismo.

Solicitamos a la convocante nos indique si los equipos mencionados son adicionales a los solicitados y en su caso brindar el desglose de pruebas y cantidades requeridas

R= Los equipos mencionados son propiedad del Instituto por lo cual los insumos ya son solicitados en el Anexo 1 ESPECIFICACIONES.

PERSONA FÍSICA O JURÍDICA:

BIODIST, S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE DEL LICITANTE:

RAÚL SUÁREZ ESPINOSA

29. Con la finalidad de que existan mayor número de oferentes, pedimos a la convocante nos permita ofertar un sistema informático omitiendo las siguientes características:

CONTROL DE CAJA.

- DONDE SE PUEDEN EMITIR COTIZACIONES.
- CONTROL DE APERTURA Y CIERRE DE CAJA POR USUARIOS.
- DESCUENTOS POR GRUPOS DE PACIENTES PREFERENCIALES.

R= Se acepta sin ser limitativo.



30. Con la finalidad de que existan mayor número de oferentes, pedimos a la convocante nos permita ofertar un sistema informático omitiendo las siguientes características: FACTURACIÓN. - ELABORACIÓN DE FACTURAS POR SOLICITUD DE ESTUDIOS, ENVIÁNDOSE LOS ARCHIVOS (PDF Y XML) POR CORREO DEL PACIENTE AUTOMÁTICAMENTE
R= Se acepta sin ser limitativo.


El presente proceso licitatorio está regulado bajo las reglas señaladas en las "Normas complementarias referentes a las reglas de contacto, al sistema de registro de Servidores Públicos y al sistema de manifiestos de vínculos, relaciones y de declaraciones de integridad y no colusión" emitidas por la Contraloría del Estado de Jalisco y Publicadas el 27 de enero de 2018 en el periódico oficial El Estado de Jalisco.

Por otro lado, serán sujetos de Responsabilidad Administrativa y penal, los **LICITANTES, LOS PARTICULARES Y LOS SERVIDORES PUBLICOS** que intervengan en cualquier etapa del procedimiento de adjudicación, que incurran en cualquiera de las conductas señaladas en los artículos 70, 72, 73 o cualquier otra de las referidas en los Capítulos III y IV de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como las que competan en materia penal. Le serán aplicadas las sanciones señaladas en los artículos 75, 78 y 81 del mismo ordenamiento, en los términos del artículo 46 de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco.

Así mismo la presente acta formará parte integral de las bases para los efectos legales a los que haya lugar, conforme a lo establecido en el artículo 62, numeral 3 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Se da por terminado el acto de Junta Aclaratoria a las **10:50 (diez horas con cincuenta minutos)**, firmando los que intervinieron y quisieron hacerlo.

OSCAR SOLÍS ACOSTA REPRESENTANTE DEL LICITANTE DICIPA, S.A. DE C.V.	
GUADALUPE VALENZUELA MARTINEZ REPRESENTANTE DEL LICITANTE VE-GALAB, S.A. DE C.V.	
EDUARDO RUVALCABA HERNÁNDEZ DIRECTOR DE ADQUISICIONES (UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS).	
VALERIA HURTADO FERNÁNDEZ ABOGADO "A", DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORÍA INTERNA	





IPEJAL
Instituto de Pensiones
del Estado de Jalisco

Calle Magisterio #1155, Observatorio
CP. 44266 Guadalajara, Jal.

CARLO EDOARDO NUÑEZ MORGÁ
ASESOR DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS
MÉDICOS SUBROGADOS DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE SERVICIOS MÉDICOS (ÁREA
REQUIRENTE)

ERIKA ALEXANDRA GUZMÁN NAVARRO
AUXILIAR DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS (UNIDAD
CENTRALIZADA DE COMPRAS).