



GOBIERNO
DE JALISCO

SECRETARÍA DE SALUD

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

ACTA DE SEGUNDA Y ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS No. LA-914010985-T20-2015 PRESENCIAL	REQUERIMIENTO DE CONVENIO 2% FPP
OBJETO DE LA LICITACIÓN: AMBULANCIAS.	

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:00 horas del día 26 de agosto de 2015 en la Sala de Juntas de la Dirección General de Planeación del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, ubicado en Dr. Baeza Alzaga número 107, Colonia Centro, C.P. 44100, se reunieron los servidores públicos y licitantes cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la segunda junta de aclaraciones a la Convocatoria de la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), así como del numeral 3.1 de la Convocatoria.

Este acto fue presidido por el LAE. Joel Ochoa Farias, servidor público designado por la convocante, quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el Escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, de forma presencial o a través de CompraNet, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido conforme a lo indicado en la convocatoria y la Primera Junta de Aclaraciones, caso contrario, se les permitirá su asistencia sin poder formular preguntas.

El Presidente del acto, fue asistido por el representante del Área Usuaria del Departamento de Servicios Generales y de la Dirección de Recursos Materiales los cuales solventaron las preguntas de carácter técnico y los representantes del Área Contratante del Departamento de Adquisiciones y la Dirección de Recursos Materiales los cuales solventaron las preguntas de carácter administrativo, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

El Presidente del acto, dio inicio al mismo señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la Convocatoria y el Escrito de interés en participar, tanto en el domicilio de la Convocante como en CompraNet, de las siguientes personas:

No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	No. De PREGUNTAS	No. De HOJAS
1	CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	Electrónico	2	1
2	DIAGNOSTICS SOLUTIONS S.A.P.I. DE C.V.	Electrónico	20	7
3	JET VAN CAR RENTAL, SA DE CV	Electrónico	4	3
4	NOBURU INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.,	Electrónico	10	3
5	QUIROGA TRUCKS, S.A. DE C.V.	Electrónico	9	3
6	VEHICULOS SANTA FE, S.A. DE C.V	Electrónico	1	1
7	SYC MOTORS, SA DE CV	Por escrito	1	1
8	GEMSCO SA DE CV	Electrónico	17	4
9	AMBULANCIAS EQUIPOS DE EMERGENCIAS Y RESCATE, S.A. DE C.V.	Electrónico	20	5

La Convocante realizó las siguientes Aclaraciones a la Convocatoria:

ACTA DE SEGUNDA Y ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS No. LA-914010985-T20-2015 PRESENCIAL	REQUERIMIENTO DE CONVENIO 2% FPP
OBJETO DE LA LICITACIÓN: AMBULANCIAS.	

1.- Se reitera a los licitantes lo señalado en la Sección II, Muestras Físicas, punto 3.3, la entrega de la muestra física es un día posterior a la última junta de aclaraciones, en las oficinas de Inventarios y Activo Físico del Organismo, sita en calle Privada de Atotonilco no. 500, colonia Nuevo México, Zapopan, Jalisco, teléfonos (0133) 3624-0207 y 3825-5800, en horarios de 9:00 a 13:30 horas.

2.- Sección VI, partida 2 y 3 referente al equipo médico: DESFIBRILADOR-MONITOR PARA REGISTRO DE SIGNOS VITALES Y MARCA PASOS EXTERNO

Equipo electromédico portátil, de soporte de vida, para la descarga eléctrica sincrónica o asincrónica, con el fin de revertir alteraciones del ritmo y de la conducción, así como para la vigilancia de la actividad eléctrica del corazón. Para desfibrilación, cardioversión y monitoreo continuo integrado. Con pantalla LCD, TRC, FED alta resolución o electroluminiscente. Con despliegue digital y de onda de los siguientes parámetros: frecuencia cardíaca, despliegue de un trazo de ECG como mínimo a seleccionar entre 6 derivaciones: (DI, DII, DIII, aVR, aVL y aVF). Energía para descarga externa, dentro del rango de 0 a 360 o más joules. Alarmas visibles y audibles, ajustables por el usuario, para alteraciones en la: frecuencia cardíaca, conexión del paciente y carga de la batería. Paletas convertibles para adulto y para niño, para excitación externa que detecte actividad electrocardiográfica, reusables. Con selector de modo: sincrónico (o cardioversión), asincrónico (o desfibrilación). Con descarga: desde las paletas y desde el panel de control. Capacidad de autodescarga cuando no se utilice en un plazo máximo de 60 segundos. Con sistema para probar descarga. Tiempo de carga máximo de 8 segundos para carga de 0 a 360 joules. Con batería recargable integrada que permita dar 30 desfibrilaciones a 360 joules o 2 horas de monitoreo continuo como mínimo. Tiempo de carga máximo de la batería de 4 horas. Sistema de impresión térmica integrado, con un canal como mínimo. Con soporte para la tabla para compresiones cardíacas externas. Con soporte ajustable y resistente para tanque de oxígeno. Soporte de altura ajustable para soluciones, Resistente a golpes y aprueba de agua.

Se hace la siguiente adecuación: DESFIBRILADOR-MONITOR PARA REGISTRO DE SIGNOS VITALES Y MARCA PASOS EXTERNO

Equipo electromédico portátil, de soporte de vida, para la descarga eléctrica sincrónica o asincrónica, con el fin de revertir alteraciones del ritmo y de la conducción, así como para la vigilancia de la actividad eléctrica del corazón. Para desfibrilación, cardioversión y monitoreo continuo integrado. Con pantalla LCD, TRC, FED alta resolución o electroluminiscente. Con despliegue digital y de onda de los siguientes parámetros: frecuencia cardíaca, despliegue de un trazo de ECG como mínimo a seleccionar entre 6 derivaciones: (DI, DII, DIII, aVR, aVL y aVF). Energía para descarga externa, dentro del rango de 0 a 360 o más joules. Alarmas visibles y audibles, ajustables por el usuario, para alteraciones en la: frecuencia cardíaca, conexión del paciente y carga de la batería. Paletas convertibles para adulto y para niño, para excitación externa que detecte actividad electrocardiográfica, reusables. Con selector de modo: sincrónico (o cardioversión), asincrónico (o desfibrilación). Con descarga: desde las paletas y desde el panel de control. Capacidad de autodescarga cuando no se utilice en un plazo máximo de 60 segundos. Con sistema para probar descarga. Tiempo de carga máximo de 8 segundos para carga de 0 a 360 joules. Con batería recargable integrada que permita dar 30 desfibrilaciones a 360 joules o 2 horas de monitoreo continuo como mínimo. Tiempo de carga máximo de la batería de 4 horas. Sistema de impresión térmica integrado, con un canal como mínimo. Resistente a golpes y aprueba de agua.

3.- las ambulancias deberá ser entregadas con los rótulos institucionales de acuerdo al anexo de la presente acta. La convocante proporcionara los archivos de las imágenes al licitante ganador.

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como la respuesta otorgada por la Convocante, como se indica a continuación:

NOMBRE DEL LICITANTE:		CONTINENTAL AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
1.	Punto 7.	Plazo, lugar y condiciones de entrega de los bienes. En este punto indican que "El Organismo no acepta entregas parciales por partida", sin embargo solicitamos atentamente se reconsidere el aceptar entregas parciales, en virtud del volumen de unidades requeridas. Favor de aceptar.	Para la partida 1, 2 y 3 se aceptan entregas parciales, siempre y cuando no exceda el tiempo de entrega establecido en las bases.

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

ACTA DE SEGUNDA Y ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS No. LA-914010985-T20-2015 PRESENCIAL	REQUERIMIENTO DE CONVENIO 2% FPP
OBJETO DE LA LICITACIÓN: AMBULANCIAS.	

2.	Sección IV.	Plazo, lugar y condiciones de entrega de los bienes. Debido al volumen de unidades, así como a la conversión y equipo que requieren, solicitamos atentamente se amplíe el plazo de entrega 15 días naturales adicionales a los solicitados, esto con la finalidad de cumplir en tiempo y forma con el suministro de las mismas? Favor de considerar.	El tiempo de entrega queda de la siguiente manera: a más tardar dentro de los 65 días naturales posteriores a la fecha del fallo.
NOMBRE DEL LICITANTE:		DIAGNOSTICS SOLUTIONS S.A.P.I. DE C.V.	
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
1.	SECCIÓN II. MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS. (Sección I, punto 3.3)	Mencionan que debe ser entregada una muestra física un día hábil posterior a la junta de aclaraciones, solicitamos a la convocante el sustento legal por el cual se debe presentar dicha muestra, ya que esto implica una inversión por parte de los licitantes, además solicitamos sea eliminado este punto ya que por el tiempo tan corto no es factible la fabricación de dicha muestra.	No se acepta, con fundamento en el art 26 párrafo 7mo. De la ley de adquisiciones arrendamientos y servicios del sector público. "Las condiciones contenidas en la licitación presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas. No se acepta su petición en virtud de que la muestra es necesaria para llevar a cabo el dictamen de cumplimiento a las especificaciones de acuerdo al anexo técnico, el sustento legal son precisamente las bases de la presente licitación.
2.	SECCIÓN II. EJERCICIOS FISCALES	Mencionan que el ejercicio fiscal aplicable es 2015, sin embargo mencionan que no se debe presentar estados financieros, ¿nos podrían indicar como nos aplica para los licitantes?	Este dato es para informar de que ejercicio fiscal proviene los recursos de la presente licitación, no se solicitan estados financieros.
3.	SECCIÓN II. PROPUESTA TÉCNICA (Sección I punto 2) Documento 9	Se solicita presentar el Anexo 7 debidamente requisitado, solicitamos que para los licitantes que nos dedicamos a la conversión, sea eliminado este punto, ya que únicamente la Planta Armadora del Vehículo proporcionara a las agencias distribuidoras de su marca dicho documento, dejando sin oportunidad de participar a las empresas dedicadas a la conversión, apelando a la declaración de integridad en el cual se menciona que se debe abstener de conductas que otorguen condiciones mas ventajosas a cierto tipo de licitantes. ¿es aceptado?	No se acepta, apegarse al anexo 7 Ya que dicho documento se refiere al contenido nacional del vehículo y que se encuentre cumpliendo cabalmente con la legislación automotriz vigente.
4.	SECCIÓN II. PROPUESTA TÉCNICA (Sección I punto 2) Documento 9ª	Se solicita presentar el Anexo 7A debidamente requisitado, en nuestro caso somos distribuidores de ambulancias y participaremos en la licitación, ¿es correcto que podemos firmar como distribuidor y licitante?	Es correcto tal y como se señala en el instructivo de llenado del anexo 7ª siempre y cuando si los componentes del bien ofertar cumplen con el grado de contenido nacional establecidos en el artículo 28 fracción I de la Ley.
5.	SECCIÓN II.	¿Es correcto que en el caso de no estar en	Es correcto si se encuentra en el

3

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

ACTA DE SEGUNDA Y ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS No. LA-914010985-T20-2015 PRESENCIAL	REQUERIMIENTO DE CONVENIO 2% FPP
OBJETO DE LA LICITACIÓN: AMBULANCIAS.	

	PROPUESTA TÉCNICA (Sección I punto 2) Documento 9B	dicho supuesto, no es necesario presentar dicho documento?	supuesto del artículo 28 fracción I de la Ley
6.	SECCIÓN II. PROPUESTA TÉCNICA (Sección I punto 2) Documento 10	Se solicita Carta Original del fabricante de los equipos de Advertencia, entendemos que esto aplica para las luces de emergencia, así como a la sirena ¿es correcta nuestra apreciación?	Es correcta su apreciación
7.	SECCIÓN II. PROPUESTA TÉCNICA (Sección I punto 2) Documento 10	Se solicita carta original del fabricante de los equipos de advertencia, solicitamos poder presentar carta del distribuidor mayorista del país, ¿es aceptado?	No se acepta, deberá ser directamente del fabricante
8.	SECCIÓN II. PROPUESTA TÉCNICA (Sección I punto 2) Documento 10	Se solicita carta original del fabricante de los equipos de advertencia en el cual se debe listar 20 centros de servicio con domicilio y teléfonos, en el mismo número de estados en el país. Ya que las ambulancias darán servicio únicamente en el estado de Jalisco, solicitamos poder presentar dicha carta con los centros de servicio en el Estado de Jalisco sin un mínimo de centros. ¿es aceptado?	No se acepta, deberá de cumplir con lo mínimo requerido en el documento 10
9.	SECCIÓN II. PROPUESTA TÉCNICA (Sección I punto 2) Documento 11	Se solicita carta original del fabricante del chasis que nombre distribuidor autorizado al participante. Solicitamos sea eliminado dicho documento ya que este documento solo será entregado por las agencias automotrices limitando la participación de las empresas que nos dedicamos a la conversión de ambulancias. En su caso solicitamos poder presentar carta de apoyo de la agencia distribuidora del vehículo en la que se mencione que será obligado solidario en conjunto con el licitante.	No se acepta, se deberá apegar al documento 11, debido a que con dicha carta la garantía del chasis que se está solicitando de 2 años o 40,000 kms. no se perderá una vez hecha la conversión a ambulancia.
10.	SECCIÓN II. PROPUESTA TÉCNICA (Sección I punto 2) Documento 12	Se pide carta original del fabricante del chasis en la que se mencione que no pierde garantía, al igual que la pregunta anterior, dicho documento solo sería otorgado a una agencia, lo que limita la participación de las empresas que nos dedicamos a la conversión de vehículos, solicitamos poder presentar carta de apoyo de la agencia distribuidora del vehículo en la que mencione dicho contenido. ¿es aceptado?	No se acepta, apegarse al documento 12, debido a que con dicha carta la garantía del chasis que se está solicitando de 2 años o 40,000 kms. no se perderá una vez hecha la conversión a ambulancia
11.	SECCIÓN II. PROPUESTA TÉCNICA (Sección I punto 2) Documento 13	Se solicita que la empresa fabricante de ambulancias este certificada en ISO 9001:2008 con un alcance para el <i>proceso</i> <i>de diseño, fabricación y servicio post-venta</i> <i>de ambulancias y unidades móviles</i> <i>especializadas.</i> Solicitamos a la convocante sea aceptado nuestro alcance que a la letra dice: <i>Proceso de fabricación y habilitación</i> <i>de vehículos de emergencias y especiales</i> <i>en sus etapas de planeación de la</i> <i>producción, estructurado y acorazado,</i> <i>sistema eléctrico, habilitación interna y</i>	No se acepta dado que el objeto de la presente licitación es la compra de ambulancias, por lo que deberá apegarse al ISO 9001:2008 con los alcances solicitados en el documento 13

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

ACTA DE SEGUNDA Y ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS No. LA-914010985-T20-2015 PRESENCIAL	REQUERIMIENTO DE CONVENIO 2% FPP
OBJETO DE LA LICITACIÓN: AMBULANCIAS.	

		externa, con base en las normas NOM – 237 – SSA1, KKK – A – 1822, NFPA 1901 y 1917, en sus ediciones vigentes y sus procesos administrativos. La convocante debe tener en cuenta que los alcances son personalizados para cada empresa, por lo cual si no acepta otros alcances relacionados, estaría limitando la participación para una sola empresa fabricante de ambulancias, por lo que solicitamos sea aceptado nuestro alcance.	
12.	SECCIÓN II. PROPUESTA TÉCNICA (Sección I punto 2) Documento 14	Se solicita carta del fabricante de las Ambulancias donde manifieste que cuenta con un taller de servicio en la zona metropolitana de Guadalajara y que dicho taller esté dado de alta a nombre del fabricante de las ambulancias con una antigüedad de cuando menos cinco años de establecido en la zona metropolitana de Guadalajara. Además piden para comprobar la existencia del taller, el giro y su antigüedad, presentar copia del alta ante hacienda a nombre del fabricante de las ambulancias y documento legal que acredite el giro de fabricación o reparación de ambulancias pudiendo ser el acta constitutiva. Esto va dirigido exclusivamente a un solo convertidor de ambulancias, por lo que la convocante estaría favoreciendo a una sola empresa. Solicitamos poder presentar carta en la que se manifieste que se cuenta con un taller de servicio en la zona metropolitana de Guadalajara, pudiendo ser esto a través de un tercero siempre y cuando exista un convenio de trabajo en conjunto. ¿es aceptado?	No se acepta, con fundamento en el art 26 párrafo 7mo. De la ley de adquisiciones arrendamientos y servicios del sector público. "Las condiciones contenidas en la licitación presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas. Dado que lo que se pretende es garantizar en tiempo y forma el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las ambulancias
13.	SECCIÓN II. PROPUESTA TÉCNICA (Sección I punto 2) Documento 17	Solicitamos que dicho dictamen sea eliminado ya que la presentación del prototipo es imposible en un periodo tan corto. ¿es aceptado?	No se acepta, apegarse al documento 17
14.	SECCIÓN III. OBLIGACIONES CONTRACTUAL ES GENERALES PUNTO 7. PLAZO, LUGAR Y CONCIDICONES DE ENTREGA DE LOS BIENES	Solicitamos que la convocante reconsidere dicha postura para la partida 1, esto considerando toda la logística que implicaría para mover los 36 vehículos para su entrega en el lugar determinado por ustedes, ¿es aceptado?	Para la partida 1, 2 y 3 se aceptan entregas parciales, siempre y cuando no exceda el tiempo de entrega establecido en las bases
15.	SECCIÓN IV. OBLIGACIONES CONTRACTUAL ES ESPECÍFICAS PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES	Sección IV, Entrega, piden un tiempo de entrega para las 50 ambulancias de 45 días naturales posteriores al fallo. Actualmente existe un desabasto de unidades y el tiempo de entrega para dicha cantidad es de 40 días, a estos hay que agregar el tiempo que conllevaría la conversión de cada vehículo,	No se acepta su solicitud y queda el tiempo de entrega de la siguiente manera: a más tardar dentro de los 65 días naturales posteriores a la fecha del fallo.



GOBIERNO
DE JALISCO

SECRETARÍA DE SALUD

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

ACTA DE SEGUNDA Y ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES

licitación PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS No. LA-914010985-T20-2015 PRESENCIAL	REQUERIMIENTO DE CONVENIO 2% FPP
OBJETO DE LA LICITACIÓN: AMBULANCIAS.	

	DE ENTREGA DE LOS BIENES (Sección III, punto 7)	por lo que solicitamos que el tiempo de entrega sea ampliado a por lo menos 140 días naturales posteriores al fallo. ¿Es aceptado?	
16.	SECCIÓN IV. OBLIGACIONES CONTRACTUAL ES ESPECÍFICAS PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES (Sección III, punto 7) IDENTIFICACIÓN Y EMPAQUE DE LOS BIENES A ENTREGAR	Se pide que los bienes sean identificados en envases colectivos, para el caso de las ambulancias no es posible colocar en un empaque, por lo que solicitamos sea eliminado este requisito para las ambulancias. ¿Es aceptado?	Se deberá de apegar a lo que indica en la sección IV punto 8 de la convocatoria, mismo que nos conduce al anexo F de la convocatoria.
17.	SECCIÓN VI. ANEXO TÉCNICO No. de Partida 1, 2 y 3	Solicitamos a la convocante que por ser el año en curso las ambulancias sean mínimo año 2015, ¿es aceptado?	No se acepta, deberá de ser 2014 como mínimo
18.	SECCIÓN VI. ANEXO TÉCNICO No. de Partida 1, 2 y 3	¿Es correcto que los materiales usados en la conversión serán conforme a cada fabricante?	No, se deberán apegarse a lo mínimo solicitado en las fichas técnicas de la sección VI de la convocatoria.
19.	SECCIÓN VI. ANEXO TÉCNICO No. de Partida 1, 2 y 3	Solicitamos a la convocante que toda la iluminación de emergencia sea de acuerdo a cada fabricante siempre y cuando sea demostrado que cumple con las normas solicitadas.	No, se deberán apegarse a lo mínimo solicitado en las fichas técnicas de la sección VI de la convocatoria.
20.	SECCIÓN VI. ANEXO TÉCNICO No. de Partida 1, 2 y 3	¿Es correcto que toda la iluminación debe ser en LED última generación?	Si, Es correcta su apreciación
NOMBRE DEL LICITANTE:		JET VAN CAR RENTAL S. A. DE C. V.	
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
1.	2.2 PROPOSICION ES POR VÍA ELECTRÓNICA	¿Solicitamos a la convocante aclare si la licitación es presencial o mixta (presencial y electrónica)?	Presencial, tal como se indica en la Sección II Procedimiento Especifico de Esta licitación, Criterios de Adjudicación, Forma de Procedimiento.
2.	2.- Documento 13 (Obligatorio) Copia certificada del SO-9001:2008 del	Solicitamos a la convocante acepte carta Bajo Protesta de Decir Verdad, que en caso de resultar adjudicado presentará copia simple del certificado ya que al ser documentos importante del Fabricante, es imposible que expidan una copia certificada. ¿Se acepta?	No se acepta, deberá presentar dicho documento debidamente requisitado

ACTA DE SEGUNDA Y ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS No. LA-914010985-T20-2015 PRESENCIAL	REQUERIMIENTO DE CONVENIO 2% FPP
OBJETO DE LA LICITACIÓN: AMBULANCIAS.	

	fabricante de las Ambulancias		
3.	3.- Documento 14 (Obligatorio) Presentar carta bajo protesta de decir verdad expedida por el fabricante de las Ambulancias donde este manifieste que cuenta con un taller de servicio en la zona metropolitana de Guadalajara	a) Solicitamos a la convocante que el taller sea del distribuidor autorizado, ¿Se acepta? b) Para demostrar la existencia del taller, el giro y la antigüedad de mi representada podemos presentar contratos.	No se acepta, deberá apegarse a los requerimientos solicitados en el documento 14
4.	MUESTRAS FÍSICAS, CATÁLOGOS, FICHAS TÉCNICAS O FOLLETOS. (Sección I, punto 3.3) Prototipo de ambulancia de conformidad a la Sección II.	Solicitamos a la convocante ampliar el plazo de entrega del prototipo al 28 de agosto del año en curso. ¿Se acepta?.	No se acepta, deberá apegarse a lo requerido de acuerdo en la convocatoria
NOMBRE DEL LICITANTE:		NOBURU INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
1.		En la caratula de la convocatoria señalan que el procedimiento es "Presencial" y posteriormente en la página 12 punto 2.2 indican que podrá ser vía electrónica ¿Debemos entender que este procedimiento será mixto? Favor de aclarar.	Presencial, tal como se indica en la Sección II Procedimiento Específico de Esta licitación, Criterios de Adjudicación, Forma de Procedimiento.
2.		En el documento número 8 de la sección II, solicitan el cumplimiento a las Normas Oficiales; Para dar cumplimiento a este requisito ¿Las normas que debemos presentar para la conversión a ambulancias deben presentarse en hoja membretada de la empresa que realizara dicha conversión como respaldo al licitante?	Deberá ser en papel membretado del licitante de conformidad a los requerimientos establecidos en el anexo 10
3.		En el documento 10 de la sección II, SOLICITAN CARTA ORIGINAL NOTARIADA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO DE ADVERTENCIA EN HOJA MEMBRETADA, señalando que el licitante es distribuidor autorizado de los bienes de la marca que oferta y que cuenta con respaldo para entrega, garantía y servicio, debiendo contar con centros de servicio a nivel nacional en un mínimo de 20 estados,	No se acepta, deberá de cumplir con lo mínimo requerido en el documento 10



0

7

ACTA DE SEGUNDA Y ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS No. LA-914010985-T20-2015 PRESENCIAL	REQUERIMIENTO DE CONVENIO 2% FPP
OBJETO DE LA LICITACIÓN: AMBULANCIAS.	

		<p>debiendo anexar domicilios y teléfonos de estos centros de servicio, lo cual será verificado para poder asegurar el buen funcionamiento y servicio de los equipos. Así como contar con las normas SAE. ¿Pueden fundamentar legalmente porque solicitan la carta NOTARIADA y con 20 centros a nivel nacional? Esto podría confundir a los licitantes y pensar que este requisito esta agregado por una marca específica de equipo de advertencia y al ser notariada, además contraviene el requisito en el documento 14 donde solicitan que el licitante debe tener un taller de servicio en la zona metropolitana de Guadalajara, con lo que se asume que las unidades solo brindaran servicio en el Estado de Jalisco, no en todo el País. Claramente, tratan de imponer requisitos que solo una marca de equipo de advertencia, y lo decimos claramente; estos requisitos solo los cumple la marca CODE 3 lo cual limitaría la libre participación al estar las especificaciones inducidas por los requisitos anteriormente señalados. Por lo anterior solicitamos que esta carta sea original sin ser notariada y se elimine que deben de demostrar contar con centros de servicio a nivel nacional en un mínimo de 20 estados, ya que es irrelevante ya que las unidades brindan servicio solo en el Estado de Jalisco.</p>	
4.		<p>Solicitan en el documento 13 Copia certificada del ISO-9001:2008 del fabricante de las Ambulancias que se encuentre vigente con alcance para el proceso de diseño, fabricación y servicio post-venta de ambulancias y unidades móviles especializadas. Dicho certificado deberá manifestar que el registro inicial tiene cuando menos cinco años. Queremos informarles que el alcance para este ISO no advierte el servicio post-venta ya que estamos hablando de un proceso de fabricación. ¿Quiere decir que el servicio post-venta no aplica? Favor de aclarar.</p>	<p>Se aclara que el ISO 9001:2008 solicitado deberá tener el siguiente alcance: proceso de diseño, fabricación y servicio post-venta de ambulancias y unidades móviles especializadas.</p>
5.		<p>En el documento 14 señalan "Presentar carta bajo protesta de decir verdad expedida por el fabricante de las Ambulancias donde este manifieste que cuenta con un taller de servicio en la zona metropolitana de Guadalajara con el fin de poder otorgar a las Ambulancias servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de manera rápida, señalando domicilio del mismo firmada por el representante legal. El taller deberá estar dado de alta a nombre del fabricante de las ambulancias con una antigüedad de cuando menos cinco años de establecido en la zona</p>	<p>No se acepta, con fundamento en el art 26 párrafo 7mo. De la ley de adquisiciones arrendamientos y servicios del sector público. "Las condiciones contenidas en la licitación presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas, por lo que deberá de cumplir con los requerimientos mínimos solicitados</p>



GOBIERNO
DE JALISCO

SECRETARÍA DE SALUD

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

ACTA DE SEGUNDA Y ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS No. LA-914010985-T20-2015 PRESENCIAL	REQUERIMIENTO DE CONVENIO 2% FPP
OBJETO DE LA LICITACIÓN: AMBULANCIAS.	

	<p>metropolitana de Guadalajara y deberá contar con personal calificado y capacitado para atender cualquier situación que surgiera de la conversión de las ambulancias. Para comprobar la existencia del taller, el giro y su antigüedad, deberá presentar copia del alta ante hacienda a nombre del fabricante de las ambulancias y documento legal que acredite el giro de fabricación o reparación de ambulancias pudiendo ser el acta constitutiva.</p> <p>Al respecto les comento que esto es un claro requisito para beneficiar a un fabricante de ambulancias ubicado en la zona metropolitana de Guadalajara. Cabe mencionar que este es un procedimiento de LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS; al ser así, deja de ser un procedimiento Estatal y todos los requisitos establecidos en la convocatoria, podrán dar cumplimiento cualquier Licitante a nivel Nacional o incluso extranjero.</p> <p>En cuanto al tema que señalan del servicio de manera rápida, la Ley de Adquisiciones advierte todos los mecanismos para asegurar que los bienes se les otorgue servicio y garantía.</p> <p>Por último, mi representada, una empresa Internacional, desde hace algunos años, brindamos servicios de manera exprés y a domicilio gracias a unidades móviles designadas exclusivamente para este tema, por lo que estaría resuelto el tema de servicio. Una vez más, los licitantes nos podemos confundir pensando que se quiere beneficiar a un solo licitante ubicado en la zona metropolitana de Guadalajara, y si buscamos en Internet, el único que manufactura el tipo de ambulancias con los requisitos y características solicitados, y que convenientemente se encuentra en Zapopan, es el Dorado, S.A. de C.V.</p> <p>Por todo lo anterior, solicitamos eliminar este requisito y solicitamos a la contraloría tomar nota de una posible contubernio entre las empresas mencionadas y alguien de la dependencia que acepto estos requisitos que las benefician.</p>	
6.	<p>En documento 17 solicitan que presentemos dictamen que avale la conversión de ambulancia en chasis, terminados, distribuciones y espacios del prototipo físico de la ambulancia solicitada en el anexo 1 y además la entrega de dicho prototipo tendrá que ser un día hábil posterior de la Junta aclaratoria. ¿Cómo se puede cumplir con un prototipo sin saber</p>	<p>No se acepta, deberá de cumplir con los requerimientos mínimos solicitados en la convocatoria.</p>

9

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

ACTA DE SEGUNDA Y ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS No. LA-914010985-T20-2015 PRESENCIAL	REQUERIMIENTO DE CONVENIO 2% FPP
OBJETO DE LA LICITACIÓN: AMBULANCIAS.	

		que existirá un procedimiento? ¿Cómo sabemos que ninguna empresa tuvo acceso a información privilegiada que la pusiera en ventaja con relación a otros competidores? Solicitamos eliminar este requisito, y solicitamos a contraloría interna investigar a la empresa El Dorado, S.A. de C.V. realizando visitas a sus instalaciones, ya que todo apunta que podrían ser los únicos en contar con este prototipo.	
7.		En sus especificaciones, técnicas dice: Piso en madera de pino de 16 mm con tratamiento antihumedad y sobre esta cubierta con linóleo de uso rudo con zoclo de 15 cm sellado perimetralmente, solicitamos a la convocante que nos permita ofertar un piso de madera de pino de 12 mm de espesor con tratamiento antihumedad y sobre esta cubierta con linóleo de uso rudo con zoclo de 15 cm sellado perimetralmente ya que la unidad requiere considerando que la unidad tiene un espacio para el cierre de las puertas al tener un triplay de 16 mm tiene a estar muy justo a la hora del cierre. Favor de considerar	No se acepta, deberá de cumplir con los requerimientos mínimos solicitados en la convocatoria.
8.		En sus especificaciones, dice: tarjeta electrónica original especial para ambulancias, importada, compuesta por 25 relevadores de 30amp, todos los relevadores cuentan con un led en color ambar que se enciende al estar energizado el relevador, 25 fusibles de 20amp protegidos contra ignición, todos los fusibles son monitoreados electrónicamente donde por medio de un led en color rojo indica que determinado fusible está abierto, cuenta con 23 salidas con led indicador en color verde. Medidas de 18cm x 19cm. (esta tarjeta es de diseño y fabricación especial para ambulancias, controla todos los circuitos de manera digital). Solicitamos a la convocante que nos permita ofertar un centro de carga fabricado en gabinete de aluminio, con circuitos aislados, que impide las interferencias tanto térmicas, eléctricas y electromagnéticas. Conectores automotrices a prueba de polvo, con diodos de protección, señalizadores visuales de fallas eléctricas. Lay out impreso en la cubierta, para facilitar su mantenimiento, con tablero control delantero: ubicado en la cabina de conductor de forma ergonómica a modo de no distraer al conductor, fabricado en policarbonato traslucido con interruptores con luz de encendido de fácil identificación para los equipos electrónicos. Pantalla led procesadora de funciones textuales y	No se acepta, deberá de cumplir con los requerimientos mínimos solicitados en la convocatoria

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

ACTA DE SEGUNDA Y ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS	REQUERIMIENTO DE CONVENIO 2% FPP
No. LA-914010985-T20-2015 PRESENCIAL	
OBJETO DE LA LICITACIÓN: AMBULANCIAS.	

		audibles como: nivel de energía de cada una de las baterías, puerta abierta, el semáforo de vida en forma textual y visual con sus indicadores de iluminación (verde, amarillo y rojo). Interruptor maestro (master switch) que aísla todo el sistema eléctrico de la ambulancia, tablero control trasero: ubicado en área de pacientes, fabricado en policarbonato traslucido y opaco donde van alojados los interruptores para el manejo de: 1. iluminación interior. 2.- extractor. 3. toma auxiliar de corriente de 12 vcd. 4. dos tomas de corriente de 110 vca. 5. encendido de inversor de corriente. 6. control de a/c trasero 7. Semáforo de vida, este centro de carga está diseñado especialmente para vehículos de emergencia (ambulancia) que garantiza un fácil manejo al operador a la hora de que este en servicio. ¿Se acepta la propuesta?	
9.		Solicitan centros de carga digital con 25 relevadores. ¿Podemos ofertar centros de carga digital con 10 relevadores pantalla digital?	No se acepta, deberá de cumplir con los requerimientos mínimos solicitados en la convocatoria
10.		Mencionan que requieren una torreta, sirena electrónica e iluminación exterior con ciertas características en común, que se deriva a una marca en específico, limitando la participación de los demás competidores, mencionado que el artículo 29 de la ley de adquisiciones, arrendamiento y servicio del sector público, Fracción (V) señala que los requisitos que deberán cumplir los interesados en participar en el procedimiento, los cuales no deberán limitar la libre participación, concurrencia y competencia económica. Solicitamos a la convocante que nos permita ofertar otra marca, modelos ofreciendo la misma tecnología y superior a la que están solicitando, de acuerdo a lo siguiente; una torreta de led de un nivel bajo con base de aluminio en una sola pieza, domo de policarbonato color cristal con protección a rayos UV, con dimensiones de 44"(112 cm) de largo, 12"(30.4cm) de ancho y 2 ½ "(6.4cm), una sirena electrónica de 200 watts con 21 tonos de sirena scan-lock, 5 años de garantía con dimensiones 2 ½ "(6.4cm) de alto, 6"(15.2 cm) de ancho y 6 7/8"(17.5 cm) de profundidad, con un peso de 2.27 kgs., los cuales cumplen con la norma SAE J-845 e ISO que están solicitando ¿Se acepta la propuesta?	Podrá ofertar lo mínimo requerido en la convocatoria
NOMBRE DEL LICITANTE:		QUIROGA TRUCKS, S.A. DE C.V.	
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA



GOBIERNO
DE JALISCO

SECRETARÍA DE SALUD

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

ACTA DE SEGUNDA Y ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS No. LA-914010985-120-2015 PRESENCIAL	REQUERIMIENTO DE CONVENIO 2% FPP
OBJETO DE LA LICITACIÓN: AMBULANCIAS	

1.	PUNTO 2.1 Y 2.2	Favor de aclarar si las proposiciones se deberán presentar únicamente por escrito o se podrán presentar por compranet.	Presencial
2.	Sección Documento 10	II Favor de aclarar cuál es el objetivo de que el Fabricante de los equipos de Advertencia cuente con centros de servicio a nivel nacional en un mínimo de 20 estados, toda vez que las unidades serán para el estado de Jalisco y además el licitante ganador debe siempre comprometerse a hacer válidas las garantías otorgadas en sitio?	No se acepta, deberá de cumplir con los requerimientos mínimos solicitados en la convocatoria
3.	Sección Documento 11	II Solicitamos se elimine este requisito toda vez que las plantas armadoras como Ford, Chevrolet, Chrysler, etc. únicamente dan este apoyo a las agencias distribuidoras de los chasis no a los fabricantes de ambulancias y con este requisito estarían dirigiendo la licitación únicamente a distribuidores autorizados por la planta fabricante de los vehículos a ser convertidos para los bienes de ésta licitación y no estarían permitiendo la libre participación.	No se acepta, con fundamento en el art 26 párrafo 7mo. De la ley de adquisiciones arrendamientos y servicios del sector público. "Las condiciones contenidas en la licitación presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas
4.	Sección Documento 12	II Solicitamos se elimine este requisito toda vez que las plantas armadoras como Ford, Chevrolet, Chrysler, etc únicamente dan este apoyo a las agencias distribuidoras de los chasis no a los fabricantes de ambulancias y con este requisito estarían dirigiendo la licitación únicamente a agencias distribuidoras y no estarían permitiendo la libre participación, por lo que solicitamos se acepte escrito bajo protesta de decir verdad por parte del licitante en el que indique que la garantía será de 2 años o 40,000 kilómetros lo que ocurra primero se acepta?	No se acepta, apegarse al documento 12, debido a que con dicha carta la garantía del chasis que se está solicitando de 2 años o 40,000 kms. no se perderá una vez hecha la conversión a ambulancia
5.	Sección Documento 13	II Solicitan copia del Certificado ISO 9001:2008 del fabricante de ambulancias que se encuentre vigente con alcance para el proceso de diseño, fabricación y servicio post-venta de ambulancias y unidades móviles especializadas, nos permitimos hacer el comentario que este Certificado no garantiza la calidad de su producto final o el cumplimiento de las normas internaciones, el ISO 9001 solo certifica, "procesos" los cuales son determinados por la misma empresa fabricante, es decir, una empresa certificada ISO 9001 está cumpliendo con sus propios procesos previamente establecidos, pero en ningún momento con procedimiento o estándares de calidad o cumplimiento a normas de referencia nacionales y/o internacionales, solicitamos para no limitar nuestra participación, aceptar que se entreguen certificados, en cumplimiento de la norma internacional KKK-A-1822F, que es la reguladora de	No se acepta, deberá de cumplir con los requerimientos mínimos solicitados en la convocatoria

10 12

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

ACTA DE SEGUNDA Y ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS No. LA-914010985-T20-2015 PRESENCIAL	REQUERIMIENTO DE CONVENIO 2% FPP
OBJETO DE LA LICITACIÓN: AMBULANCIAS.	

		ambulancias, para los procesos de fabricación, desempeños y calidad de las mismas, lo cual dará real garantía a la Convocante de que sus unidades serán fabricadas con estricta calidad se acepta?	
6.	Sección Documento 14	II Solicitamos para no limitar la participación a únicamente, fabricantes de Guadalajara se acepte escrito bajo protesta de decir verdad en el que se indique que el fabricante de las Ambulancias otorgará el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de manera rápida en sitio.	No se está solicitando que la fábrica de las ambulancias este ubicada en la zona metropolitana de Guadalajara, por lo que deberá de cumplir con los requerimientos mínimos solicitados
7.	Sección Documento 17	II Solicitamos sea eliminado este requisito, toda vez que las Ambulancias motivo de la presente licitación, son vehículos cuya fabricación se realiza de acuerdo a las especificaciones en chasis, terminados, distribuciones y espacios solicitados por los Servicios de Salud Jalisco, por lo que no sería posible tener una Ambulancia terminada que cumple con todas y cada una de las especificaciones contenidas en el anexo 1 de la presente convocatoria a menos que se supiera con anticipación que los Servicios de Salud de Jalisco harían una compra de unidades con las características indicadas, lo que daría a esa empresa ventajas sobre los demás participantes y estaría en contra de lo indicado en la ley de adquisiciones arrendamientos y servicios del sector público en el Artículo 26 párrafo 5to que a la letra dice "...En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para todos los participantes, debiendo las dependencias y entidades proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún participante"	No se acepta, deberá de cumplir con los requerimientos mínimos solicitados en la convocatoria
8.	Sección Documento 19	II Solicitan presentar copia legible de los registros sanitarios, solicitamos este requisito sea eliminado toda vez que los bienes que se están licitando son Ambulancias, y este tipo de certificados únicamente los tienen los distribuidores de equipo médico, se acepta para no ver limitada la participación?	No se acepta, deberá de cumplir con los requerimientos mínimos solicitados en la convocatoria
9.	Sección Partida 1, 2 y 3	VI Ficha técnica, solicitan unidades 2014, nos permitimos indicar que en este momento se encuentran disponibles en el mercado unidades modelos 2015 y/o unidades 2016 por lo que les solicitamos que el modelo de las Van utilizadas para fabricar las Ambulancias correspondan a Vehículos 2015 o 2016 y así la convocante tenga la seguridad que está comprando unidades nuevas que serán fabricadas para las necesidades que tienen y no Ambulancias	No se acepta, deberá de ser 2014 como mínimo

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

ACTA DE SEGUNDA Y ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS No. LA-914010985-T20-2015 PRESENCIAL	REQUERIMIENTO DE CONVENIO 2% FPP
OBJETO DE LA LICITACIÓN: AMBULANCIAS.	

		que un fabricante ya tenía hechas y les quedaron en bodega, se acepta?	
NOMBRE DEL LICITANTE:		VEHICULOS SANTA FE, S.A. DE C.V.	
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
1.		PARA LAS PARTIDAS NUM. 1, 2, Y 3, SOLICITAMOS ATENTAMENTE AMPLIAR EL TIEMPO DE ENTREGA A 70 DIAS POSTERIORES AL FALLO ¿ES POSIBLE?	No se acepta su solicitud y queda el tiempo de entrega de la siguiente manera: a más tardar dentro de los 65 días naturales posteriores a la fecha del fallo
NOMBRE DEL LICITANTE:		SYC MOTORS SA DE CV	
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
2.	SECCIO VI ANEXO TECNICO	Referente a la unidad esta deberá de contar con separación o mampara entre la cabina de conductor y copiloto y el área de paramédico y paciente.	Sí, es correcta su apreciación

NOMBRE DEL LICITANTE: GEMSCO SA DE CV			
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
1	Sección VI Partida 1 Desfibrilador Externo Automatizado	Solicitamos a la Convocante de la manera más atenta y para no limitar las libres competencias nos permita ofertar equipo desfibrilador automatizado externo de diferente marca y con características superiores al que solicitan. Sin que esto demerite la calidad del mismo. Se acepta?	Si, se acepta siempre y cuando cumpla los requisitos mínimos solicitados.
2	Sección VI Partida 2 DEFIBRILADOR -MONITOR PARA REGISTRO DE SIGNOS VITALES Y MARCA PASOS EXTERNO	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar equipos que tienen capacidad de Desfibrilar de 2 a 360 Joules en el entendido que 0 no puede considerarse un valor de descarga. Se acepta?	Si, se acepta siempre y cuando cumpla los requisitos mínimos solicitados.
3	Sección VI Partida 2 DEFIBRILADOR -MONITOR PARA REGISTRO DE SIGNOS VITALES Y MARCA PASOS EXTERNO	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar equipos con baterías recargables intercambiables, es decir se pueden retirar del equipo para mayor facilidad de carga. Se acepta?	Si, se acepta siempre y cuando cumpla los requisitos mínimos solicitados. Sin ser requisito para el resto de los licitantes
4	Sección VI Partida 2 DEFIBRILADOR -MONITOR PARA REGISTRO DE SIGNOS	Solicitamos a la convocante aclare si el soporte para la tabla para compresiones cardiacas externas, Con soporte ajustable y resistente para tanque de oxígeno. Soporte de altura ajustable para soluciones, deben de formar parte integral del equipo o si es un error de redacción.	Se da respuesta con el punto 2 de Aclaraciones a la Convocatoria.

14



O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

ACTA DE SEGUNDA Y ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS No. LA-914010985-T20-2015 PRESENCIAL	REQUERIMIENTO DE CONVENIO 2% FPP
OBJETO DE LA LICITACIÓN: AMBULANCIAS	

	VITALES Y MARCA PASOS EXTERNO	(Creemos que ésta descripción forma parte de un carro rojo.)	
5	Sección VI Partida 3 DESFIBRILADO R- MONITOR PARA REGISTRO DE SIGNOS VITALES Y MARCA PASOS EXTERNO	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar equipos que tienen capacidad de Desfibrilar de 2 a 360 Joules en el entendido que 0 no puede considerarse un valor de descarga. Se acepta?	SI, se acepta siempre y cuando cumpla los requisitos mínimos solicitados.
6	Sección VI Partida 3 DESFIBRILADO R -MONITOR PARA REGISTRO DE SIGNOS VITALES Y MARCA PASOS EXTERNO	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar equipos con baterías recargables intercambiables, es decir se pueden retirar del equipo para mayor facilidad de carga. Se acepta?	SI, se acepta siempre y cuando cumpla los requisitos mínimos solicitados. Sin ser requisito para el resto de los licitantes
7	Sección VI Partida 3 DESFIBRILADO R -MONITOR PARA REGISTRO DE SIGNOS VITALES Y MARCA PASOS EXTERNO	Solicitamos a la convocante aclare si el soporte para la tabla para compresiones cardiacas externas, Con soporte ajustable y resistente para tanque de oxígeno. Soporte de altura ajustable para soluciones, deben de formar parte integral del equipo o si es un error de redacción. (Creemos que ésta descripción forma parte de un carro rojo.)	Se da respuesta con el punto 2 de Aclaraciones a la Convocatoria.
8	Sección VI Partida 1 Desfibrilador Externo Automatizado	Solicitamos a la Convocante que sea obligatorio mostrar el Registro Sanitario del Desfibrilador Externo Automatizado a fin de evitar que se entreguen equipos de contrabando, no aptos para su venta en México o incluso Remanufacturados. Esto con el fin de garantizar la seriedad de las propuestas de los licitantes y de que los Servicios de Salud Jalisco cuenten con equipos óptimos. Recordemos que el Registro Sanitario es el único documento que avala que cumplimos con las leyes mexicanas y que el equipo fue introducido legalmente al País y que sobre todo garantiza que es nuevo. Sobre todo en un equipo de tal importancia como este, ya que en otros equipos de esta partida lo solicitan y para este equipo no lo solicitan. Se acepta?	No se acepta. Favor de apegarse a lo solicitado en la convocatoria sin embargo podrá presentarlo, sin ser requisito para los demás licitantes.
9	Sección VI Partida 2 DESFIBRILADO R MONITOR	Solicitamos a la convocante que sea obligatorio mostrar el Registro Sanitario del Desfibrilador- Monitor para Registro de Signos Vitales y Marcapasos Externo a fin	No se acepta. Favor de apegarse a lo solicitado en la convocatoria sin embargo podrá presentarlo, sin ser requisito para los demás licitantes.



GOBIERNO
DE JALISCO

SECRETARÍA DE SALUD

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

ACTA DE SEGUNDA Y ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES

licitación pública INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS No. LA-914010985-T20-2015 PRESENCIAL	REQUERIMIENTO DE CONVENIO 2% FPP
OBJETO DE LA LICITACIÓN: AMBULANCIAS.	

	PARA REGISTRO DE SIGNOS VITALES Y MARCA PASOS EXTERNO	de evitar que se entreguen equipos de contrabando, no aptos para su venta en México o incluso Remanufacturados. Esto con el fin de garantizar la seriedad de las propuestas de los licitantes y de que los Servicios de Salud Jalisco cuenten con equipos óptimos. Recordemos que el Registro Sanitario es el único documento que avala que cumplimos con las leyes mexicanas y que el equipo fue introducido legalmente al País y que sobretodo garantiza que es nuevo Sobre todo en un equipo de tal importancia como éste, ya que en otros equipos de esta partida lo solicitan y para este equipo no lo solicitan. Se acepta?	
10	Sección VI Partida 2 VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO- ADULTO	Solicitamos a la convocante abrir las especificaciones del ventilador de traslado pediátrico adulto, ya que las que publicaron, no cumplen con las especificaciones del CENETEC y estarían comprando tecnología fuera de especificación.	No se acepta, favor de apegarse a lo mínimo solicitado
11	Sección VI >Partida 2 VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO- ADULTO	Solicitamos a la convocante que sea obligatorio mostrar el Registro Sanitario del Ventilador de Traslado Pediátrico -Adulto a fin de evitar que se entreguen equipos de contrabando, no aptos para su venta en México o incluso Remanufacturados. Esto con el fin de garantizar la seriedad de las propuestas de los licitantes y de que los Servicios de Salud Jalisco cuenten con equipos óptimos. Recordemos que el Registro Sanitario es el único documento que avala que cumplimos con las leyes mexicanas y que el equipo fue introducido legalmente al País y que sobretodo garantiza que es nuevo Sobre todo en un equipo de tal importancia como éste, ya que en otros equipos de esta partida lo solicitan y para este equipo no lo solicitan. Se acepta?	No se acepta. Favor de apegarse a lo solicitado en la convocatoria sin embargo podrá presentarlo, sin ser requisito para los demás licitantes.
12	Sección VI Partida 3 DESFIBRILADO R -MONITOR PARA REGISTRO DE SIGNOS VITALES Y MARCA PASOS EXTERNO	Solicitamos a la Convocante que sea obligatorio mostrar el Registro Sanitario del Desfibrilador -Monitor para Registro de Signos Vitales y Marcapasos Externo a fin de evitar que se entreguen equipos de contrabando, no aptos para su venta en México o incluso Remanufacturados. Esto con el fin de garantizar la seriedad de las propuestas de los licitantes y de que los Servicios de Salud Jalisco cuenten con equipos óptimos. Recordemos que el Registro Sanitario es el único documento que avala que cumplimos con las leyes mexicanas y que el equipo fue introducido legalmente al País y que sobretodo garantiza que es nuevo Sobre todo en un	No se acepta. Favor de apegarse a lo solicitado en la convocatoria sin embargo podrá presentarlo, sin ser requisito para los demás licitantes.



GOBIERNO
DE JALISCO

SECRETARÍA DE SALUD

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

ACTA DE SEGUNDA Y ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS Nº. LA-914010986-T20-2015 PRESENCIAL	REQUERIMIENTO DE CONVENIO 2% FPP
OBJETO DE LA LICITACIÓN: AMBULANCIAS.	

		equipo de tal importancia como éste, ya que en otros equipos de esta partida lo solicitan y para este equipo no lo solicitan. Se acepta?	
13	Sección VI Partida 3 VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO- ADULTO	Solicitamos a la convocante abrir las especificaciones del ventilador de traslado pediátrico adulto, ya que las que publicaron, no cumplen con las especificaciones del CENETEC y estarían comprando tecnología fuera de especificación.	No se acepta, favor de apegarse a lo mínimo solicitado
14	Sección VI Partida 3 VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO- ADULTO	Solicitamos a la Convocante que sea obligatorio mostrar el Registro Sanitario del Ventilador de Traslado Pediátrico-Adulto a fin de evitar que se entreguen equipos de contrabando, no aptos para su venta en México o incluso Remanufacturados. Esto con el fin de garantizar la seriedad de las propuestas de los licitantes y de que los Servicios de Salud Jalisco cuenten con equipos óptimos. Recordemos que el Registro Sanitario es el único documento que avala que cumplimos con las leyes mexicanas y que el equipo fue introducido legalmente al País y que sobretodo garantiza que es nuevo Sobre todo en un equipo de tal importancia como éste, ya que en otros equipos de esta partida lo solicitan y para este equipo no lo solicitan. Se acepta?	No se acepta. Favor de apegarse a lo solicitado en la convocatoria sin embargo podrá presentarlo, sin ser requisito para los demás licitantes.
15	Sección VI Partida 3 Capnómetro Capnógrafo	Solicita la convocante en la misma partida. Oxímetro de Pulso, vuelve a solicitar Capnógrafo con Oxímetro, lo cual indica que solicitan dos Oxímetros para una misma unidad, es correcta nuestra apreciación?	No es correcta su apreciación, deberá ofertar oxímetro de pulso y capnógrafo de acuerdo a lo solicitado en el anexo técnico
16	Sección VI Partida 3 Capnómetro Capnógrafo	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar el Capnógrafo y el Oxímetro que solicitan para esta partida integrado al Desfibrilador Monitor para Registro de Signos Vitales y Marcapasos Externo ya que de esta forma en un solo equipo pueden tener toda la tecnología necesaria para que el Médico o Paramédico no requiera de tanto equipo suelto que abarca más espacio y limita su accionar con el paciente. Se acepta?	No se acepta, deberá ofertar de acuerdo a lo solicitado en la Sección VI de la convocatoria.
17	Sección VI Partida 2 Oxímetro de Pulso Portátil	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar el Oxímetro de Pulso Portátil que solicitan para esta partida integrado al Desfibrilador Monitor para Registro de Signos Vitales y Marcapasos Externo ya que de esta forma en un solo equipo pueden tener toda la tecnología necesaria para que el medico o paramédico no requiera de tanto equipo suelto que abarca mas espacio y limita su accionar con el paciente. Se acepta?	No se acepta, deberá ofertar de acuerdo a lo solicitado en la Sección VI de la convocatoria.

ACTA DE SEGUNDA Y ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS No. LA-914010985-T20-2015 PRESENCIAL	REQUERIMIENTO DE CONVENIO 2% FPP
OBJETO DE LA LICITACIÓN: AMBULANCIAS.	

NOMBRE DEL LICITANTE:		AMBULANCIAS EQUIPOS DE EMERGENCIA Y RESCATE, S.A. DE C.V.	
Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
1.	Sección II	Mencionan que debe ser entregada una muestra física un día hábil posterior a la junta de aclaraciones, solicitamos a la convocante el sustento legal por el cual se debe presentar dicha muestra; ya que esto implica una inversión por parte de los licitantes, además solicitamos sea eliminado este punto ya que por el tiempo tan corto no es factible la fabricación de dicha muestra.	<p>No se acepta, con fundamento en el art 26 párrafo 7mo. De la ley de adquisiciones arrendamientos y servicios del sector público. "Las condiciones contenidas en la licitación presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas.</p> <p>No se acepta su petición en virtud de que la muestra es necesaria para llevar a cabo el dictamen de cumplimiento a las especificaciones de acuerdo al anexo técnico, el sustento legal son precisamente las bases de la presente licitación.</p>
2.	Sección II	Mencionan que el ejercicio fiscal aplicable es 2015, sin embargo mencionan que no se debe presentar estados financieros, ¿nos podrían indicar como nos aplica para los licitantes?	Este dato es para informar de que ejercicio fiscal proviene los recursos de la presente licitación, no se solicitan estados financieros.
3.	Sección II Documento 9	Propuesta técnica, Solicitan presentar el anexo 7 debidamente requisitado, solicitamos que para los licitantes que nos dedicamos a la conversión, sea eliminado este punto, ya que únicamente la Planta Armadora del Vehículo proporcionara a las agencias distribuidoras de su marca dicho documento, dejando sin oportunidad de participar a las empresas dedicadas a la conversión, apelando a la declaración de integridad en el cual se menciona que se debe abstener de conductas que otorguen condiciones mas ventajosas a cierto tipo de licitantes. ¿es aceptado?	<p>No se acepta, apegarse al anexo 7</p> <p>Ya que dicho documento se refiere al contenido nacional del vehículo y que se encuentre cumpliendo cabalmente con la legislación automotriz vigente.</p>
4.	Sección II Documento 9A	Propuesta técnica, Solicitan presentar el anexo 7A debidamente requisitado, en nuestro caso somos fabricantes de ambulancias y participaremos en la licitación, ¿es correcto que podemos firmar como fabricante y licitante?	Es correcto tal y como se señala en el instructivo de llenado del anexo 7ª siempre y cuando si los componentes del bien ofertar cumplen con el grado de contenido nacional establecidos en el artículo 28 fracción I de la Ley.
5.	Sección II Documento 9B	Propuesta técnica, ¿Es correcto que en el caso de no estar en dicho supuesto, no es necesario presentar dicho documento?	Es correcto si se encuentra en el supuesto del artículo 28 fracción I de la Ley
6.	Sección II Documento 10	Propuesta técnica, Solicitan carta original del fabricante de los equipos de advertencia, entendemos que esto aplica para las luces de emergencia, así como a la sirena ¿es correcta nuestra	Es correcta su apreciación

18



ACTA DE SEGUNDA Y ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS No. LA-914010985-120-2016 PRESENCIAL	REQUERIMIENTO DE CONVENIO 2% FPP
OBJETO DE LA LICITACIÓN: AMBULANCIAS.	

		apreciación?	
7.	Sección II Documento 10	Propuesta técnica, Solicitan carta original del fabricante de los equipos de advertencia, solicitamos poder presentar carta del distribuidor mayorista del país, ¿es aceptado?	No se acepta, deberá ser directamente del fabricante
8.	Sección II Documento 10	Propuesta técnica, Solicitan carta original del fabricante de los equipos de advertencia en el cual se debe listar 20 centros de servicio con domicilio y teléfonos, en el mismo número de estados en el país. Ya que las ambulancias darán servicio únicamente en el estado de Jalisco, solicitamos poder presentar dicha carta con los centros de servicio en el Estado de Jalisco sin un mínimo de centros. ¿es aceptado?	No se acepta, deberá de cumplir con lo mínimo requerido en el documento 10
9.	Sección II Documento 11	Propuesta técnica, Solicitan carta original del fabricante del chasis que nombre distribuidor autorizado al participante. Solicitamos sea eliminado dicho documento ya que este documento solo será entregado por las agencias automotrices limitando la participación de las empresas que nos dedicamos a la conversión de ambulancias. En su caso solicitamos poder presentar carta de apoyo de la agencia distribuidora del vehículo en la que se mencione que será obligado solidario en conjunto con el licitante.	No se acepta, se deberá apegar al documento 11, debido a que con dicha carta la garantía del chasis que se está solicitando de 2 años o 40,000 kms. no se perderá una vez hecha la conversión a ambulancia.
10.	Sección II Documento 12	Propuesta técnica, Piden carta original del fabricante del chasis en la que se mencione que no pierde garantía, al igual que la pregunta anterior, dicho documento solo sería otorgado a una agencia, lo que limita la participación de las empresas que nos dedicamos a la conversión de vehículos, solicitamos poder presentar carta de apoyo de la agencia distribuidora del vehículo en la que mencione dicho contenido. ¿es aceptado?	No se acepta, apegarse al documento 12, debido a que con dicha carta la garantía del chasis que se está solicitando de 2 años o 40,000 kms. no se perderá una vez hecha la conversión a ambulancia
11.	Sección II Documento 13	Propuesta técnica, Solicitan que la empresa fabricante de ambulancias este certificada en ISO 9001:2008 con un alcance para el <i>proceso de diseño, fabricación y servicio post-venta de ambulancias y unidades móviles especializadas</i> . Solicitamos a la convocante sea aceptado nuestro alcance que a la letra dice: <i>Proceso de fabricación y habilitación de vehículos de emergencias y especiales en sus etapas de planeación de la producción, estructurado y acorazado, sistema</i>	No se acepta dado que el objeto de la presente licitación es la compra de ambulancias, por lo que deberá apegarse al ISO 9001:2008 con los alcances solicitados en el documento 13

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

ACTA DE SEGUNDA Y ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS No. LA-914010985-T20-2015 PRESENCIAL	REQUERIMIENTO DE CONVENIO 2% FPP
OBJETO DE LA LICITACIÓN: AMBULANCIAS.	

		<p>eléctrico, <i>habilitación interna y externa, con base en las normas NOM – 237 – SSA1, KKK – A – 1822, NFPA 1901 y 1917, en sus ediciones vigentes y sus procesos administrativos.</i> La convocante debe tener en cuenta que los alcances son personalizados para cada empresa, por lo cual si no acepta otros alcances relacionados, estaría limitando la participación para una sola empresa fabricante de ambulancias, por lo que solicitamos sea aceptado nuestro alcance.</p>	
12.	Sección II Documento 14	<p>Propuesta técnica, Solicitan carta del fabricante de las Ambulancias donde manifieste que cuenta con un taller de servicio en la zona metropolitana de Guadalajara y que dicho taller esté dado de alta a nombre del fabricante de las ambulancias con una antigüedad de cuando menos cinco años de establecido en la zona metropolitana de Guadalajara. Además piden para comprobar la existencia del taller, el giro y su antigüedad, presentar copia del alta ante hacienda a nombre del fabricante de las ambulancias y documento legal que acredite el giro de fabricación o reparación de ambulancias pudiendo ser el acta constitutiva. Esto va dirigido exclusivamente a un solo convertidor de ambulancias, por lo que la convocante estaría favoreciendo a una sola empresa. Solicitamos poder presentar carta en la que se manifieste que se cuenta con un taller de servicio en la zona metropolitana de Guadalajara, pudiendo ser esto a través de un tercero siempre y cuando exista un convenio de trabajo en conjunto. ¿es aceptado?</p>	<p>No se acepta, con fundamento en el art 26 párrafo 7mo. De la ley de adquisiciones arrendamientos y servicios del sector público. "Las condiciones contenidas en la licitación presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas.</p> <p>Dado que lo que se pretende es garantizar en tiempo y forma el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las ambulancias</p>
13.	Sección II Documento 17	<p>Propuesta técnica, Solicitamos que dicho dictamen sea eliminado ya que la presentación del prototipo es imposible en un periodo tan corto. ¿es aceptado?</p>	<p>No se acepta, apegarse al documento 17</p>
14.	Sección III Punto 7	<p>Mencionan que no serán aceptadas entregas parciales, solicitamos que la convocante reconsidere dicha postura para la partida 1, esto considerando toda la logística que implicaría para mover los 36 vehículos para su entrega en el lugar determinado por ustedes, ¿es aceptado?</p>	<p>Para la partida 1, 2 y 3 se aceptan entregas parciales, siempre y cuando no exceda el tiempo de entrega establecido en las bases</p>
15.	Sección IV	<p>Entrega. Piden un tiempo de entrega para las 50 ambulancias de 45 días naturales posteriores al fallo. Actualmente existe un desabasto de unidades y el tiempo de</p>	<p>No se acepta su solicitud y queda el tiempo de entrega de la siguiente manera: a más tardar dentro de los 65 días naturales posteriores a la fecha del fallo.</p>



GOBIERNO
DE JALISCO

SECRETARÍA DE SALUD

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

ACTA DE SEGUNDA Y ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES

licitación pública INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS NO. LA-914010985-T20-2015 PRESENCIAL	REQUERIMIENTO DE CONVENIO 2% FPP
OBJETO DE LA LICITACIÓN: AMBULANCIAS	

		entrega para dicha cantidad es de 40 días, a estos hay que agregar el tiempo que conllevaría la conversión de cada vehículo, por lo que solicitamos que el tiempo de entrega sea ampliado a por lo menos 140 días naturales posteriores al fallo. ¿es aceptado?	
16.	Sección IV	Entrega. Piden que los bienes sean identificados en envases colectivos, para el caso de las ambulancias no es posible colocar en un empaque, por lo que solicitamos sea eliminado este requisito para las ambulancias. ¿es aceptado?	Se deberá de apegar a lo que indica en la sección IV punto 8 de la convocatoria, mismo que nos conduce al anexo F de la convocatoria.
17.	Sección VI partida 1,2 y 3	Solicitamos a la convocante que por ser el año en curso las ambulancias sean mínimo año 2015, ¿es aceptado?	No se acepta, deberá de ser 2014 como mínimo
18.	Sección VI partida 1,2 y 3	¿Es correcto que los materiales usados en la conversión serán conforme a cada fabricante?	No, se deberán apegarse a lo mínimo solicitado en las fichas técnicas de la sección VI de la convocatoria.
19.	Sección VI partida 1,2 y 3	Solicitamos a la convocante que toda la iluminación de emergencia sea de acuerdo a cada fabricante siempre y cuando sea demostrado que cumple con las normas solicitadas.	No, se deberán apegarse a lo mínimo solicitado en las fichas técnicas de la sección VI de la convocatoria.
20.	Sección VI partida 1,2 y 3	¿Es correcto que toda la iluminación debe ser en LED última generación?	Si, Es correcta su apreciación

Se hace la observación que el licitante DIAGNOSTICS SOLUTIONS S.A.P.I. DE C.V. envía el formato anexo no. 2 formato de Aclaración a la Convocatoria con 20 preguntas, y en el mismo aparecen respuestas, lo cual no se toma en cuenta las respuesta que ahí se mencionan, las respuestas a las solicitudes de aclaración a la convocatoria solo las puede emitir la convocante.

El licitante Gemsco, S.A. de C.V. solicita la siguiente aclaración a las respuestas dadas por la convocante:

Consecutivo Licitante	Partida y/o Punto de Convocatoria	PREGUNTA	RESPUESTA
1.		El ejercicio fiscal es 2015 y uds. Solicitan vehículos modelo 2014, esto limita la participación debido a que solo 1 empresa cuenta con demo de ese año, y puede resultar beneficiada por este caso.	El ejercicio fiscal es un dato informativo para indicar que año del presupuesto afectara la presente licitación, no tiene que ver con el año de los bienes solicitados, y el modelo solicitado es el mínimo, es decir no podrá ser un modelo anterior al año 2014.
2		Por que razón no se solicita de manera obligatoria la presentación de registro sanitario en el caso de las partidas con monitor desfibrilador en las bases.	Los requisitos solicitados en la convocatoria son mínimos, los licitantes podrán presentar registros, esto no será limitante para los demás participantes, cabe mencionar que la convocante solicita garantía de todos los bienes

De conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la Convocatoria.



GOBIERNO
DE JALISCO

SECRETARÍA DE SALUD

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

ACTA DE SEGUNDA Y ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS No. LA-914010985-T20-2015 PRESENCIAL	REQUERIMIENTO DE CONVENIO 2% FPP
OBJETO DE LA LICITACIÓN: AMBULANCIAS.	

Para efectos de la notificación y en términos de los artículos 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta Acta en: en el Departamento de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, ubicado en Dr. Baeza Alzaga número 107, Colonia Centro, C.P. 44100, en donde se fijará copia de la carátula del Acta o un ejemplar o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en la dirección electrónica: www.compranet.gob.mx

Finalmente, se recuerda que el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día 3 de Septiembre de 2015, en el Auditorio Central del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, ubicado en Dr. Baeza Alzaga número 107, Colonia Centro, C.P. 44100, a las 12:00 horas, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora no se permitirá el acceso a ningún licitante ni observador social, de conformidad con el artículo 39 del Reglamento de la Ley.

Después de dar lectura a la presente Acta, se consultó a los licitantes si las respuestas a sus cuestionamientos fueron otorgadas con claridad y precisión, quienes respondieron afirmativamente y manifestaron no tener más dudas o cuestionamientos que hacer a la Convocatoria, así como ninguna objeción respecto de este acto, por lo que se dio por terminada esta segunda y última junta, siendo las 18:15 horas, del día 26 del mes de agosto del año 2015.

Esta Acta, preguntas entregadas por los licitantes y anexo 1 consta de 24 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

POR LOS LICITANTES

NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	REPRESENTANTE Y CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
Continental Automotriz, SA de CV	Gabriela Gomez Arellano. gabriela.gomez.arellano@hotmail.com	
DESPA Conversiones Especiales, SA de CV	Rosalva Covarrubias Najar ventaspriv.gob@grupodespa.com	
GEMSCO, SA de CV	Jesús Castañeda Mariaca ventas@gemsco.mx	
Plasencia Guadalajara, SA de CV	José Luis Godoy García jlgodoy@fordplasencia.com	
Jiménez Automotriz, SA de CV	Marco A. Nava Zavala marconavazavala@hotmail.com	

POR LA DEPENDENCIA

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
LIC. ALBERTO PONCE GARCÍA	DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	
C. MARTIN ARMANDO IÑIGUEZ GARCÍA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	

22



GOBIERNO
DE JALISCO

SECRETARÍA DE SALUD

O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

ACTA DE SEGUNDA Y ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES

licitación pública internacional bajo la cobertura de los tratados No. LA-914010985-T20-2015 PRESENCIAL	REQUERIMIENTO DE CONVENIO 2% FPP
OBJETO DE LA LICITACIÓN: AMBULANCIAS.	

LAE. JOEL OCHOA FARIAS	APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A8, DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	
ING. GUILLERMO PEÑA ROBLES GIL	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERAL	
ING. JUAN MANUEL REYES GAITAN	BIOMÉDICO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	

----- FIN DEL ACTA -----

9

San

mi

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

ANEXO 1

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

